

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### 1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; 1096 Budapest, Haller u. 29.

### 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Szállítási szerződés konszignációs raktár létesítésével elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése felnőtt és gyermek ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez - azzal, hogy a B mellékletben előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő - 30 %-kal azaz mínusz 30 százalékkal eltérhet.

(Konszignációs raktár feltételei: Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat számol fel ajánlattevő részére, mely díj a felhasznált áru bruttó érték 3,6%-a. A raktározási díj félévente, a felhasználás alapján, 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Szállító. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, ennek hiányában ajánlata érvénytelen, valamint arról, hogy a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.)

CPV kódok: 33140000-3; 24100000-5; 39518000-6

#### Részek:

Rész száma: 1, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben - mozgatható, plusz aszimmetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű ablációs katéter.

55 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

8 db

Mennyiség: 55+8 db

Rész száma: 2, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

7F, B, D-F-görbülettel (vagy ezzel egyenértékű több görbülettel), mozgatható, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott katétervég

55 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

8 db

Mennyiség: 55+8 db

Rész száma: 3, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

7 F,A, B, D, F görbülettel, mozgatható, quadripolaris, braided tip katéter fejjel, thermocouple érzékelővel ellátott katétervég

55 db

A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

6 db

Mennyiség: 55+6 db

Rész száma: 4, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

7F, B-D-F-görbülettel (vagy ezzel egyenértékű görbületekkel), speciálisan kiképzett, mély szöveti hatású külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel,

20 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

3 db

Mennyiség: 20+3 db

Rész száma: 5, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

7F, speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel, kompatibilitás pumпасzerelék biztosítása

20 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

3 db

Mennyiség: 20+3 db

Rész száma: 6, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

Belső hűtéssel rendelkező, 7 F Bidirekcionálisan, pontosan mozgatható, a szöveti kontaktust elősegítő keményebb distális shaftal rendelkező, három görbületmérettel közte aszimmetrikus görbülettel is rendelkező, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott 4mm-es ablációs katéter

10 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

2 db

Mennyiség: 10+2 db

Rész száma: 7, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

7F, pitvarlebegés ablációs kezelésre, speciálisan arany végű 8 mm-es thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel

15 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

3 db

Mennyiség: 15+3 db

Rész száma: 8, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben - mozgatható, plusz aszimmetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablációs kezelésre, speciális, 8 és/vagy 10 mm-es végű ablációs katéter  
20 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel  
4 db  
Mennyiség: 20+4 db

Rész száma: 9, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

5F, mozgatható katéter fejjel, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott ablációs katéter speciális gyermekablációkhoz

5 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel  
2 db  
Mennyiség: 5+2 db

Rész száma: 10, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára, mely reverzibilis (fagyasztásos) lézió kialakítására alkalmas

Mennyiség: 5 db

Rész száma: 11 Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

Pitvarfibrilláció biztonságos kezelésére kialakított 28 mm-res ballonablációs katéter mely reverzibilis (fagyasztásos) lézió kialakítására alkalmas a hozzátartozó mozgatható sheath-tel és gázumbilicalis összekötővel (minden 10 db 28 mm-res ballonhoz 1 db 23 mm-res ballonkatéter és tartozékai megajánlása csomagban kötelező)

50 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (elektromos)  
10 db

Mennyiség: 50+10 db

Rész száma: 12, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

Gázpalack a cryoablációs rendszerhez mely a transzkatéteres cryoablációs rendszerhez kompatibilis

Mennyiség: 12 db

Rész száma: 13, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

Arctic Front cryoablációs katéterrel kompatibilis, 165 cm hosszú, 3,3 F vastagságú, pulmonális véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus mapping katéter

45 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (elektromos)

10 db

Mennyiség: 45+10 db

Rész száma: 14, Elnevezés: Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

Rövid meghatározás:

Speciálisan a laterális és axiális nyomóerő folyamatos idejű megjelenítésére alkalmas, nem bi-direkcionális, folyadékűtésű 7Fr külső átmérőjű 100-130 cm hosszúságú terápiás katéter

5 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (elektromos)

3 db

Mennyiség: 5+3 db

Rész száma: 15, Elnevezés: Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis behatolásra legalább 105 cm es katéterhosszal

61 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

7 db

Mennyiség: 61+7 db

Rész száma: 16, Elnevezés: Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek

1) Rövid meghatározás:

6F, 125 cm-res mozgatható, bidirekcionális decapolaris, 2-6-2 mm elektródatávolsággal femoralis behatolásra

44 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

4 db

Mennyiség: 44+4 db

Rész száma: 17, Elnevezés: Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra

Minimum 1 elérhető F méret

435 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

10 db

Mennyiség: 435+10 db

Rész száma: 18, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

5 illetve 6F, Josephson és Cournard görbülettel, quadripolaris, diagnosztikus katéter, a standard elektródakiképzéshez mérten nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború)

150 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

15 db

Mennyiség: 150+15 db

Rész száma: 19, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

5F, Josephson- és Cournard görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katéter

Minimum 1 elérhető F méret

570 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

35 db

Mennyiség: 570+35 db

Rész száma: 20, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

6Fr , 8 pólusú, 92 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére

15 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

4 db

Mennyiség: 15+4 db

Rész száma: 21, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

5Fr ,4 pólusú, Josephson és DAM görbületű, kifejezetten puha végű, kisgyermekek elektrofiziológiai vizsgálatára alkalmas diagnosztikai katéter

10 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

5 db

Mennyiség: 10+5 db

Rész száma: 22, Elnevezés: Qadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

2/6 F, stabilan rögzíthető, screw in diagnosztikai és referencia katéter

5 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

2 db

Mennyiség: 5+2 db

Rész száma: 23, Elnevezés: Multipoláris diagnosztikus elektródatatóter és összekötő kábel

Rövid meghatározás:

6F, mozgatható diagnosztikus katéter atraumatikus soft tip kiképzéssel, multipolaris (legalább 18 pólusú) fixálható görbülettel, pitvari flutter térképezésére  
40 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

5 db

Mennyiség: 40+5 db

Rész száma: 24, Elnevezés: Multipoláris diagnosztikus elektródatéteer és összekötő kábel

Rövid meghatározás:

7F, 20 pólusú, bidirectionalisan mozgatható, CS és RA egyidejű térképezésére alkalmas mozgatható diagnosztikus katéter

10 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

3 db

Mennyiség: 10+3 db

Rész száma: 25, Elnevezés: Pulmonalis véna mapping katéterek és összekötő kábelek

Rövid meghatározás:

Rögzíthetően mozgatható átmérőjű és mozgatható végű, pulmonális véna mapping katéter

10 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

4 db

Mennyiség: 10+4 db

Rész száma: 26, Elnevezés: Transzeptális sheathok, tűk

Rövid meghatározás:

8,5 F vastagságú, hosszú sheath, multipurpose görbe, transzseptális tűvel

Mennyiség: 40 db

Rész száma: 27, Elnevezés: Transzeptális sheathok, tűk

Rövid meghatározás:

legalább 70 cm hosszú, 18 G shaft, 21 G tip méretű standard Brockenbrough tű transzseptális katéterezéshez

Mennyiség: 10 db

Rész száma: 28, Elnevezés: Transzeptális sheathok, tűk

Rövid meghatározás:

max. 60 cm hosszú, 19 G shaft, 22 G tip méretű standard Brockenbrough tű transzseptális katéterezéshez gyermek ablációkhoz

Mennyiség: 5 db

Rész száma: 29, Elnevezés: Transzeptális sheathok, tűk

Rövid meghatározás:

legalább 8 F vastagságú, soft tip, mozgatható végű sheath a bal pitvarban történő térképezés és abláció támogatásához

Mennyiség: 15 db

Rész száma: 30, Elnevezés: Intracardialis ultrahang katéterek

Rövid meghatározás:

Intracardiális ultrahang katéter 8 és 10F átmérőben (90 cm hosszú), mind a négy irányba görbíthető (A-P, L-R) amelyhez biztosítani kell kompatibilis kompakt és portábilis ultrahang készüléket. A portábilis UH készülék rendelkezzen:

1 db (3S-RS típusú) phased-array felnőtt kardiológiai vizsgálófejjel

1 db Tissue Velocity Imaging & Tissue Tracking modullal

1 db ICE Probe Interface modullal

Mennyiség: 5 db

Rész száma: 31, Elnevezés: Intracardialis ultrahang katéterek

Rövid meghatározás:

10F, 3D Intracardialis ultrahang katéter, amely elektroanatómiai térképező rendszerrel kompatibilis és integrálható.

Az ajánlatkérő elfogad a CARTO 3 rendszertől eltérő elektroanatómiai térképező rendszerrel való kompatibilis UH katétert is, amennyiben az elektroanatómia térképező rendszert és a kompatibilis portábilis UH készüléket (mely UH készülék rendelkezzen: 1 db (3S-RS típusú) phased-array felnőtt kardiológiai vizsgálófejjel, 1 db Tissue Velocity Imaging & Tissue Tracking modullal, 1 db ICE Probe Interface modullal) is biztosít az ajánlattevő.

Mennyiség: 5db

Rész száma: 32, Elnevezés: Vaszkularis sheath-ek ablációs kateter stabilizálására

Rövid meghatározás:

8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a tricuspidalis annulus térképezéséhez

Mennyiség: 10 db

Rész száma: 33, Elnevezés: Vaszkularis sheath-ek ablációs kateter stabilizálására

Rövid meghatározás:

8,5 F, hosszú, legalább 60 cm hosszú vaszkularis sheath a mitralis annulus térképezéséhez

Mennyiség: 100 db

Rész száma: 34, Elnevezés: Vaszkularis sheath-ek ablációs kateter stabilizálására

Rövid meghatározás:

6Fr max. 48 cm vaszkularis longsheath gyermek transzseptalis katéterezéshez

Mennyiség: 10 db

Rész száma: 35, Elnevezés: Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra

Rövid meghatározás:

5-13 F, dilatátorral, 0.038´ méretű, rövid vezetővel ellátott, több mint 10 cm hosszú, teljes hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező

Mennyiség: 1750 db

Rész száma: 36, Elnevezés: Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra

Rövid meghatározás:

7-10 F, dilatátorral, 0.038´ méretű, rövid vezetővel ellátott, teljes hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező, 40 cm hosszú

Mennyiség: 40 db

Rész száma: 37, Elnevezés: Steril alapsomag

Rövid meghatározás:

Egyszerhasználatos , steril alapsomag elektrofiziológiai beavatkozásokhoz

Anyagok, eszközök mennyiség ( db )

~150 x ~150 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető ,csomag tartalmának csomagolására alkalmas 1 db

~220 x ~300 cm nagyságú steril ,széltében középtájon, hosszában ~ az első harmadánál két db ~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással ellátott betegizoláló lepedő. Nyílások körül és ~ 120cm hosszán megerősített nedvszívó réteggel ,jobb oldalán ~ 50 cm -es folia csíkkal. 1 db

steril, XL méretű műtőskabát, hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1 db

steril, M méretű műtőskabát,hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1 db

steril, ~150ml folyadék tárolására alkalmas átlátszó,kerek műanyag edény 2 db

steril , ~250 ml folyadék tárolására alkalmas, peremmel ellátott, kerek mérőedény 1 db

steril ,bucitörlő ~ 3 - 5 cm átmérőjű 12 db

steril fecskendők: 20 cm<sup>3</sup>, 10 cm<sup>3</sup>, 5 cm<sup>3</sup> , 2 cm<sup>3</sup> 2, 2, 2, 1 db

steril tűk : 18G, 20G, 22G méretben 1, 1, 1 db

steril egyszerhasználatos szike nyéllel 11- es méretben 1 db

steril szeldinger tű, 18G 0,38X70 mm méretű, lépcsőmentes hegykiképzéssel, vágóélel ellátott, kónuszon tű hegyének irányát megadó jelzéssel 1 db

steril öntapadó matricák ~1,5- 3 cm nagyságú kék, sárga, piros színű 1-1 db

steril, műanyag, kábelkiforgatásra is alkalmas textilkifogó 1 db

lyukaslepedő, ~50- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, közepén ~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással, betegoldalon ~3 cm széles öntapadó résszel, és az egyik rövidebbik szélén öntapadó csíkkal ellátott 1 db

steril, buci befogására alkalmas, ~20- 28 cm hosszú és 0,7-1,2 cm pofaszélességű műanyag fogó 1 db

steril kompressz, ~40- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, folyadék lepergető 1 db

steril mull-lap min. 8 rétegben hajtogatva, hajtogatott állapotban ~10- 10 cm-es nagyságú 100 db

Mennyiség: 600 db

Rész száma: 38, Elnevezés: Steril alapcsomag

Rövid meghatározás:

egyszer használatos steril műtőskabát "L" méretben

Mennyiség: 200 db

Rész száma: 39, Elnevezés: Steril alapcsomag

Rövid meghatározás:

steril, egyszerhasználatos textil kifogó csipesz

Mennyiség: 100 db

Rész száma: 40, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

Rövid meghatározás:

Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti nyomóerőt megjeleníteni tudó, mágneses szenzorrall ellátott katéter, irrigációs szerelékkel együtt.

Kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven működő elektroanatómiai navigációra alkalmasnak kell lenniük.

40 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

5 db



Mennyiség: 40+5 db

Rész száma: 41, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

Rövid meghatározás:

7 F, 10 vagy 20 pólusú, mágneses szenzorral ellátott circuláris mapping katéter, amely alkalmas FAM térképezéséhez. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven működő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük.

10 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

3 db

Mennyiség: 10+3 db

Rész száma: 42, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

Rövid meghatározás:

Elektroanatómiai circularis ablációs és mapping katéter a PV-k ablációjára, elektromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű katétervéggel, irrigációs pumpaszerezlel és speciális ablátorral. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven működő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük.

20 db

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel

3 db

Mennyiség: 20+3 db

Rész száma: 43, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

Rövid meghatározás:

Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elektromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű katétervéggel és irrigációs pumpaszerezlek. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven működő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük.

Mennyiség: 55 db

Rész száma: 44, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

Rövid meghatározás:

Kábel a mapping katéterhez. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven működő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük.

Mennyiség: 8 db

Rész száma: 45, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

1) Rövid meghatározás:

Referencia elektróda. Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, a katétereknek mágneses elven működő elektroanatómiai navigációra alkalmasaknak kell lenniük.

Mennyiség: 55 db

Rész száma: 46, Elnevezés: Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

Rövid meghatározás:

Referencia elektróda. Legyen kompatibilis NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel, vagy amennyiben a termék nem kompatibilis NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel, a referencia elektródáknak impedancia alapú elektroanatómiai navigációra alkalmasnak kell lenniük.

Mennyiség: 25 db

### **3. A választott eljárás fajtája:**

A Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás

### **4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ----**

### **5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ----**

### **6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:**

2013/S 031-048675 - közzététel: 2013.02.13.

KÉ 1848/2013. - közzététel: 2013.02.15.

### **7. a) Eredményes volt-e az eljárás:**

Részben igen, eredménytelen a 16., 31., 34., 36., 39. sz. részre.

**b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:**

A 16., 31., 36., 39. sz. részek tekintetében: a Kbt. 76. § (1) a) pontja szerint nem nyújtottak be ajánlatot.

A 34. sz. rész tekintetében a Kbt. 76. § (1) b) pontja szerint kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

**c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:**

A 16., 31., 34., 36., 39. sz. részek tekintetében: nem

### **8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

1.: 2 db

2.: 5 db

3.: 3 db

4.: 3 db

5.: 2 db

6.: 1 db

7.: 1 db

8.: 1 db

9.: 2 db

10.: 1 db

11.: 1 db  
12.: 1 db  
13.: 1 db  
14.: 1 db  
15.: 2 db  
16.: 0 db  
17.: 1 db  
18.: 2 db  
19.: 2 db  
20.: 1 db  
21.: 2 db  
22.: 1 db  
23.: 1 db  
24.: 2 db  
25.: 3 db  
26.: 2 db  
27.: 2 db  
28.: 2 db  
29.: 2 db  
30.: 1 db  
31.: 0 db  
32.: 1 db  
33.: 1 db  
34.: 1 db  
35.: 2 db  
36.: 0 db  
37.: 3 db  
38.: 3 db  
39.: 0 db  
40.: 1 db  
41.: 1 db  
42.: 1 db  
43.: 1 db  
44.: 1 db  
45.: 1 db  
46.: 1 db

**9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

**1. Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft.**

**Címe:** 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

2. rész: Nettó ajánlati összár: 10.360.000 Ft

9. rész: Nettó ajánlati összár: 1.490.000 Ft

10. rész: Nettó ajánlati összár: 2.575.000 Ft

11. rész: Nettó ajánlati összár: 44.900.000 Ft

12. rész: Nettó ajánlati összár: 2.400.000 Ft

13. rész: Nettó ajánlati összár: 9.075.000 Ft

- 21. rész: Nettó ajánlati összár: 850.000 Ft
- 22. rész: Nettó ajánlati összár: 455.000 Ft
- 27. rész: Nettó ajánlati összár: 510.000 Ft
- 28. rész: Nettó ajánlati összár: 255.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 45 nap.

Műszaki paraméterek:

9. sz. rész:

Választható görbületek (A-E): **igen**

10. sz. rész:

Változó görbület: **igen**

11. sz. rész:

Választható ballonméret: **igen**

13. sz. rész:

Elérhető átmérők: 15 és 20mm: **igen**

Forgatható shaft: **igen**

Elektródák száma 8: **igen**

**2. Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft.**

**Címe:** 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

2. rész: Nettó ajánlati összár: 7.925.000 Ft

3. rész: Nettó ajánlati összár: 9.285.000 Ft

4. rész: Nettó ajánlati összár: 5.305.000 Ft

5. rész: Nettó ajánlati összár: 5.305.000 Ft

7. rész: Nettó ajánlati összár: 3.390.000 Ft

14. rész: Nettó ajánlati összár: 2.925.000 Ft

18. rész: Nettó ajánlati összár: 8.700.000 Ft

23. rész: Nettó ajánlati összár: 8.510.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

Műszaki paraméterek:

3. sz. rész:

2-5-2 elektróda kiosztás: **igen**

4. sz. rész:

Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése:

**igen**

7. sz. rész:

Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése:

**igen**

14. sz. rész:

Speciálisan kialakított üvegszálal nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel:

**igen**

3,5 mm-res katétervég: **igen**

220°-os görbíthetőség: **igen**

18. sz. rész:

2-5-2 elektróda távolság megléte: **igen**

23. sz. rész:

2-8-2 elektróda távolság: **igen**

### **3. Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft.**

**Címe:** 1026 Budapest, Hidász u. 1.

35. rész: Nettó ajánlati összár: 5.250.000 Ft

37. rész: Nettó ajánlati összár: 6.060.000 Ft

38. rész: Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

**Műszaki paraméterek:**

**35. sz. rész**

Elérhető F vastagságok száma (előny a több): **9**

„Cross-cut” technológia: **igen**

### **4. Ajánlattevő megnevezése: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.**

**Címe:** 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

1. rész: Nettó ajánlati összár: 16.726.000 Ft

2. rész: Nettó ajánlati összár: 6.776.000 Ft

6. rész: Nettó ajánlati összár: 4.764.000 Ft

8. rész: Nettó ajánlati összár: 8.508.000 Ft

15. rész: Nettó ajánlati összár: 12.344.000 Ft

24. rész: Nettó ajánlati összár: 4.477.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

**Műszaki paraméterek:**

**1. sz. rész**

Választható puhább/keményebb distalis shaft megléte: **igen**

Bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége: **igen**

Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgásra alkalmas: **igen**

Legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: **igen**

**6. sz. rész**

Választható puhább / keményebb distalis shaft megléte: **igen**

Bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége: **igen**

Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgásra alkalmas: **igen**

Legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: **igen**

**8. sz. rész**

150W magas energia kompatibilitás: **igen**

Bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége: **igen**

Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: **igen**

Választható 10mm-es tip méret: **igen**

**15. sz. rész**

2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte: **igen**

A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: **igen**

**24. sz. rész**

Soft, extended distal tip: **igen**

Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgásra alkalmas: **igen**

### **5. Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft**

**Címe:** 2045 Törökbálint, Tó Park

2. rész: Nettó ajánlati összár: 11.257.000 Ft

- 3. rész: Nettó ajánlati összár: 11.179.000 Ft
- 4. rész: Nettó ajánlati összár: 5.007.000 Ft
- 5. rész: Nettó ajánlati összár: 5.007.000 Ft
- 20. rész: Nettó ajánlati összár: 2.556.000 Ft
- 25. rész: Nettó ajánlati összár: 2.456.000 Ft
- 26. rész: Nettó ajánlati összár: 3.600.000 Ft
- 30. rész: Nettó ajánlati összár: 2.750.000 Ft
- 40. rész: Nettó ajánlati összár: 26.650.000 Ft
- 41. rész: Nettó ajánlati összár: 3.800.000 Ft
- 42. rész: Nettó ajánlati összár: 17.540.000 Ft
- 43. rész: Nettó ajánlati összár: 32.450.000 Ft
- 44. rész: Nettó ajánlati összár: 1.040.000 Ft
- 45. rész: Nettó ajánlati összár: 14.300.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

Műszaki paraméterek:

3. sz. rész

2-5-2 elektróda kiosztás: **igen**

4. sz. rész

Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése:  
**nem**

**6. Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft.**

**Címe:** 1145 Budapest, Amerikai út 33.

35. rész: Nettó ajánlati összár: 3.342.500 Ft

38. rész: Nettó ajánlati összár: 190.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap.

Műszaki paraméterek:

35. sz. rész

Elérhető F vastagságok **11 féle**

„Cross-cut” technológia: **igen**

**7. Ajánlattevő megnevezése: Mölnlycke Health Care Kft.**

**Címe:** 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

37. rész: Nettó ajánlati összár: 5.400.000 Ft

38. rész: Nettó ajánlati összár: 86.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

**8. Ajánlattevő megnevezése: Variomedic Kft.**

**Címe:** 2030 Érd, Lócsi út 14-16.

15. rész: Nettó ajánlati összár: 8.292.400 Ft

17. rész: Nettó ajánlati összár: 35.865.500 Ft

19. rész: Nettó ajánlati összár: 22.508.500 Ft

21. rész: Nettó ajánlati összár: 578.500 Ft

24. rész: Nettó ajánlati összár: 2.120.600 Ft

25. rész: Nettó ajánlati összár: 2.789.200 Ft

29. rész: Nettó ajánlati összár: 2.367.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

Műszaki paraméterek:

15. sz. rész

2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte: **nem**

A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: **nem**

17. sz. rész

Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) Előny, ha minél több F méret érhető: **2 féle: 5F és 6F**

19. sz. rész

Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) Előny, ha minél több F méret érhető el: **2 féle: 5F és 6F**

24. sz. rész

Soft, extended distal tip: **igen**

Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgásra alkalmas: **nem**

29. sz. rész

180-90 fokos bidirekcionális mozgathatóság: **igen**

**9. Ajánlattevő megnevezése: St. Jude Medical Kft.**

**Címe:** 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

2. rész: Nettó ajánlati összár: 6.775.000 Ft

4. rész: Nettó ajánlati összár: 4.471.000 Ft

9. rész: Nettó ajánlati összár: 647.000 Ft

19. rész: Nettó ajánlati összár: 17.527.000 Ft

25. rész: Nettó ajánlati összár: 2.034.000 Ft

26. rész: Nettó ajánlati összár: 4.400 000 Ft

27. rész: Nettó ajánlati összár: 550.000 Ft

28. rész: Nettó ajánlati összár: 275.000 Ft

29. rész: Nettó ajánlati összár: 2.130.000 Ft

32. rész: Nettó ajánlati összár: 550.000 Ft

33. rész: Nettó ajánlati összár: 5.500.000 Ft

46. rész: Nettó ajánlati összár: 5.625.000 Ft

Fizetési határidő minden rész esetében: 60 nap

Műszaki paraméterek:

4. sz. rész

Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése: **nem**

9. sz. rész

Választható görbületek (A-E): **igen**

19. sz. rész

Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) Előny, ha minél több F méret érhető el: **3**

29. sz. rész

180-90 fokos bidirekcionális mozgathatóság: **igen**

32. sz. rész

Görbületek száma (kérjük megadni a görbületeket) Előny, ha minél többféle görbület elérhető: **8**

Hosszméretek száma (kérjük megadni a hosszúság méreteket) Előny, ha minél többféle hossz méret elérhető: **2**

33. sz. rész

Irrigációs lyukak megléte: **igen**

**10. Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Medical Kft.**

**Címe:** 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

**37. rész: Nettó ajánlati összár: 5.334.000 Ft**

Fizetési határidő: 60 nap

**b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

<b>1. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
választható puhább/keményebb distalis shaft megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>2</b>	10	20				
bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgásra alkalmas (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>2</b>	10	20				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			310				



<b>2. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronic Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	5,964	119,278	8,549	170,978	9,999	199,97	6,018	120,37	10	200
Fizetési határidő	<b>1</b>	7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	10	10
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			126,778		180,978		209,97		130,37		210

<b>3. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200	8,306	166,12		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
2-5-2 elektróda kiosztás (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>7</b>	10	70	10	70		
A súlyszerammal szorzott értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			280		246,12		

<b>4. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	8,428	168,558	8,929	178,59	10	200
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	60	10	60	10	60
Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>10</b>	10	100	1	10	1	10
A súlyszerammal szorzott értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			328,558		248,59		270

<b>5. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	9,438	188,765	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
A súlyszerammal			198,765		210		

szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>6. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
választható puhább / keményebb distalis shaft megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>10</b>	10	100				
bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			400				

<b>7. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
Azonos körülmények között	<b>10</b>	10	100				

PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (igen=10 pont; nem=1 pont)							
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			310				

<b>8. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
150W magas energia kompatibilitás (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>7</b>	1	70				
bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>1</b>	10	10				
bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>1</b>	10	10				
választható 10mm-es tip méret (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>1</b>	10	10				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			310				

<b>9. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

Ajánlati ár	<b>20</b>	4,342	86,846	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	7,5	7,5	10	10		
választható görbületek (A-E) (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>10</b>	10	100	10	100		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			194,346		310		

<b>10. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
változó görbület (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			240				

<b>11. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
választható ballonméret (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			240				

<b>12. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramjai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramjai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerammal szorzott értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>13. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramjai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramjai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
Elérhető átmérők: 15 és 20mm (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
forgatható shaft (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>4</b>	10	40				
elektródák száma 8 (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>3</b>	10	30				
A súlyszerammal szorzott értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			310				

<b>14. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramjai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramjai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
Speciálisan kialakított	<b>5</b>	10	50				

üvegszálas nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel (igen=10 pont; nem=1 pont)							
3,5 mm-res katétervég (igen=10 pont; nem=1 pont)	2	10	20				
220°-os görbítettség (igen=10 pont; nem=1 pont)	3	10	30				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			310				

<b>15. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysúlyszorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysúlyszorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysúlyszorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	6,718	134,355	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródátávolságok megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>5</b>	10	50	1	5		
a görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>5</b>	10	50	1	5		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			244,355		220		

<b>17. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysúlyszorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysúlyszorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysúlyszorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				

Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) (Előny, ha minél több F méret érhető el)	<b>10</b>	10	100				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			310				

<b>18. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlysámai (adott esetben az alszempontok súlysámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
2-5-2 elektróda távolság megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>2</b>	10	20				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			230				

<b>19. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlysámai (adott esetben az alszempontok súlysámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlysám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	7,787	155,737	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
Elérhető F méretek száma (kérjük megadni milyen F méretek érhetők el) (Előny, ha minél több F méret érhető el)	<b>10</b>	6,667	66,667	10	100		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei			232,403		310		



ajánlattevőnként:							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>20. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerammal szerzött értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>21. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	6,806	136,118	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	7,5	7,5	10	10		
A súlyszerammal szerzött értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			143,618		210		

<b>22. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram szerzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerammal szerzött értékelési pontszeramok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>23. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Biotronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerámai (adott esetben az alszerpontok súlyszerámai is)	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
2-8-2 elektróda távolság (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerámmal szerorzott értékelési pontszerámok összerzei ajánlattevőnként:			220				

<b>24. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerámai (adott esetben az alszerpontok súlyszerámai is)	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	4,737	94,733	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
Soft, extended distal tip (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>8</b>	10	80	10	80		
bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgatásra alkalmas (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>1</b>	10	10	1	1		
A súlyszerámmal szerorzott értékelési pontszerámok összerzei ajánlattevőnként:			194,733		291		

<b>25. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerámai (adott esetben az alszerpontok súlyszerámai is)	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	8,282	165,635	7,292	145,848	10,000	200,000
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10	10	10

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			175,635		155,848		210
---	--	--	---------	--	---------	--	-----

<b>26. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részzempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részzempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	210	8,182	163,636		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			210		173,636		

<b>27. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részzempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részzempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200	9,273	185,455		
Fizetési határidő	<b>1</b>	7,5	7,5	10	10		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			207,5		195,455		

<b>28. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Medtronik Hungária Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részzempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részzempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200	9,273	185,455		
Fizetési határidő	<b>1</b>	7,5	7,5	10	10		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei			207,5		195,455		

ajánlattevőnként:							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>29. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Variomedic Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	8,999	179,975	10	200		
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10		
180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság (igen=10 pont; nem=1 pont)	<b>10</b>	10	100	10	100		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			289,975		310		

<b>30. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>32. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
görbületek száma (kérjük megadni a görbületeket) (Előny, ha minél többféle görbület	<b>5</b>	10	50				

elérhető)							
hosszméretetek száma (kérjük megadni a hosszúság méreteket) (Előny, ha minél többféle hossz méret elérhető)	5	10	50				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			310				

<b>33. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: .		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	20	10	200				
Fizetési határidő	1	10	10				
irrigációs lyukak megléte (igen=10 pont; nem=1 pont)	5	10	50				
A súlyszerammal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			260				

<b>35. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Premier G. Med Cardio Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>CPP Budapest Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata
Ajánlati ár	20	6,367	127,333	10	200		
Fizetési határidő	1	10	10	10	10		
elérhető F vastagságok száma (előny a több)	2	8,182	16,364	10	20		
„cross-cut” technológia (igen=10 pont; nem=1 pont)	8	10	80	10	80		
A súlyszerammal szorzott értékelési pontszámok összegei			233,697		310		

ajánlattevőnként:							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>37. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Premier G. Med Cardio Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Mölnlycke Health Care Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>B.Braun Medical Kft.</b>	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	8,802	176,040	9,878	197,556	1	200
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10	10	10
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			186,040		207,556		210

<b>38. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Premier G. Med Cardio Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>CPP Budapest Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Mölnlycke Health Care Kft.</b>	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	7,818	156,364	4,526	90,526	10	200
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10	10	10	10	10
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			166,364		100,526		210

<b>40. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>41. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerámai (adott esetben az alszerpontok súlyszerámai is)	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerámmal szerorzott értékelési pontszerámok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>42. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerámai (adott esetben az alszerpontok súlyszerámai is)	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerámmal szerorzott értékelési pontszerámok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>43. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerámai (adott esetben az alszerpontok súlyszerámai is)	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata	Értékelési pontszerám	Értékelési pontszerám és súlyszerám szerorzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerámmal szerorzott értékelési pontszerámok összegei ajánlattevőnként:			210				

<b>44. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerammal sizerzött értékelési pontszeramok ösizerzei ajánlattevőnként:			210				

<b>45. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Johnson &amp; Johnson Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerammal sizerzött értékelési pontszeramok ösizerzei ajánlattevőnként:			210				

<b>46. rész</b>		Az ajánlattevő neve: <b>St. Jude Medical Kft.</b>		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramiai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramiai is)	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata	Értékelési pontszeram	Értékelési pontszeram és súlyszeram sizerzata
Ajánlati ár	<b>20</b>	10	200				
Fizetési határidő	<b>1</b>	10	10				
A súlyszerammal sizerzött értékelési pontszeramok ösizerzei ajánlattevőnként:			210				

c) Az ösizerzegeiben legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszeram alsó és felső határának megadása: **1-10**

d) Az ösizerzegeiben legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok



**részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

**Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában:**

1. Ajánlati ár – súlyszám: 20

Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze.

A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra:  $A = (A_{min} / A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$ , ahol: A: a kapott pontszám,  $A_{min}$ : a legalacsonyabb érték,  $A_a$ :

Az adott pályázó által megajánlott érték.

2. Fizetési határidő – súlyszám: 1

A fizetési határidő vonatkozásában:  $B = (B_a / B_{max}) \times 10 \times \text{súlyszám}$ , ahol: B: a számított súlyozott pontszám,  $B_a$ : az adott pályázó által adott érték,  $B_{max}$ : a legmagasabb érték.

Minimum a Kbt. 130. § (3) szerinti 30 nap, maximum a Kbt. 130. § (4) szerinti 60 nap.

**Szakmai szempontok értékelése, az egyes alább megjelölt részek vonatkozásában:**

– abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok felszorozásra kerülnek a súlyszámmal,

– értékarányosítás módszere:

a. Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb:  $A = (A_{min} / A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$ , ahol: A: a kapott pontszám,  $A_{min}$ : a legalacsonyabb érték,  $A_a$ : az adott pályázó által megajánlott érték

b. Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb:  $B = (B_a / B_{max}) \times 10 \times \text{súlyszám}$ , ahol: B: a számított pontszám,  $B_a$ : az adott pályázó által adott érték,  $B_{max}$ : a legmagasabb érték

**10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:**

**Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft.**

**Címe:** 2045 Törökbálint, Tó Park

**1. rész tekintetében:**

**Érvénytelenség oka:** Az ajánlattevő sem a felolvasólapon, sem a felvilágosítás kérését követően követően nem jelölte meg, hogy ajánlatában hol található az általa megajánlott termék vonatkozásában a következő követelmény: „választható puhább/keményebb distalis shaft megléte”, továbbá az ajánlattevő által ajánlott termék bidirekcionális hajlíthatóság rögzíthetősége kritériummal sem rendelkezik, így az ajánlattevő 1. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

**Ajánlattevő megnevezése: St. Jude Medical Kft.**

**Címe:** 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

**3. rész tekintetében:**

**Érvénytelenség oka:** A megajánlott termékkel kapcsolatban az ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem nyújtott be eredeti szakmai referenciát/bizonyítékot a specifikációban előírt „braided tip” katéterfej kiképzés meglétére, ezért az ajánlattevő 3. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

**18. rész tekintetében:**

**Érvénytelenség oka:** A megajánlott termék nem domború, így nem felel meg a specifikációban előírt követelményeknek (nagyobb felületű/jobboldokardium tip érintkezést

biztosító kiképzés/domború), ezért az ajánlattevő 18. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen.

**Ajánlattevő megnevezése: CPP Budapest Kft.**

**Címe:** 1145 Budapest, Amerikai út 33.

**34. rész tekintetében:**

**Érvénytelenség oka:** Az ajánlatban sem a felolvasólapon, sem a hiánypótlást követően nem jelölte meg, hogy hol található az „irrigációs lyukak meglétére” vonatkozó érték, ezért az ajánlattevő 34. részre tett ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

**11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**1. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

**Székhelye:** 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

**Nettó ajánlati ár:** 16.726.000 Ft

**Az ajánlat kiválasztásának indoka:** az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**2. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** St. Jude Medical Kft.

**Székhelye:** 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

**Nettó ajánlati ár:** 6.775.000 Ft

**Az ajánlat kiválasztásának indoka:** az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**3. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** Biotronik Hungária Kft.

**Székhelye:** 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

**Nettó ajánlati ár:** 9.285.000 Ft

**Az ajánlat kiválasztásának indoka:** az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**4. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** Biotronik Hungária Kft.

**Székhelye:** 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

**Nettó ajánlati ár:** 5.305.000 Ft

**Az ajánlat kiválasztásának indoka:** az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**5. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** Johnson & Johnson Kft.

**Székhelye:** 2045 Törökbálint, Tó Park

**Nettó ajánlati ár:** 5.007.000 Ft

**Az ajánlat kiválasztásának indoka:** az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**6. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

**Székhelye:** 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

**Nettó ajánlati ár:** 4.764.000 Ft

**Az ajánlat kiválasztásának indoka:** az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**7. sz. rész:**

**Ajánlattevő:** Biotronik Hungária Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

Nettó ajánlati ár: 3.390.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**8. sz. rész:**

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

Nettó ajánlati ár: 8.508.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**9. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 647.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**10. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 2.575.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**11. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 44.900.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**12. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 2.400.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**13. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 9.075.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**14. sz. rész:**

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

Nettó ajánlati ár: 2.925.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**15. sz. rész:**

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

Nettó ajánlati ár: 12.344.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**17. sz. rész:**

Ajánlattevő: Variomedic Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16.

Nettó ajánlati ár: 35.865.500 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**18. sz. rész:**

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

Nettó ajánlati ár: 8.700.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**19. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 17.527.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**20. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 2.556.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**21. sz. rész:**

Ajánlattevő: Variomedic Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16.

Nettó ajánlati ár: 578.500 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**22. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 455.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**23. sz. rész:**

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

Nettó ajánlati ár: 8.510.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**24. sz. rész:**

Ajánlattevő: Variomedic Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16.

Nettó ajánlati ár: 2.120.600 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**25. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 2.034.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**26. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 3.600.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**27. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 510.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**28. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati ár: 255.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**29. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 2.130.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**30. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 2.750.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**32. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 550.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**33. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 5.500.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**35. sz. rész:**

Ajánlattevő: CPP Budapest Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33.

Nettó ajánlati ár: 3.342.500 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**37. sz. rész:**

Ajánlattevő: B.Braun Medical Kft.

Székhelye: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.

Nettó ajánlati ár: 5.334.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**38. sz. rész:**

Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Nettó ajánlati ár: 86.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a legkedvezőbb.

**40. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 26.650.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**41. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 3.800.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**42. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 17.540.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**43. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 32.450.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**44. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 1.040.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**45. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati ár: 14.300.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**46. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati ár: 5.625.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes.

**b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**2. sz. rész:**

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

Nettó ajánlati összár: 6.776.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**3. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati összár: 11.179.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**4. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati összár: 4.471.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**5. sz. rész:**

Ajánlattevő: Biotronik Hungária Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Fajd u. 2/B.

Nettó ajánlati összár: 5.305.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**9. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati összár: 1.490.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**15. sz. rész:**

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

Nettó ajánlati összár: 12.344.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**19. sz. rész:**

Ajánlattevő: Variomedic Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16.

Nettó ajánlati összár: 22.508.500 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**21. sz. rész:**

Ajánlattevő: Medtronic Hungária Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Nettó ajánlati összár: 850.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**24. sz. rész:**

Ajánlattevő: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. fszt. Ü/12.

Nettó ajánlati összár: 4.477.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**25. sz. rész:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Nettó ajánlati összár: 2.456.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**26. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati összár: 4.400.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**27. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati összár: 550.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**28. sz. rész:**

Ajánlattevő: St. Jude Medical Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Nettó ajánlati összár: 275.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**29. sz. rész:**

Ajánlattevő: Variomedic Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Lőcsi út 14-16.

Nettó ajánlati összár: 2.367.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**35. sz. rész:**

Ajánlattevő: Premier G Med. Cardio Kft.

Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1.

Nettó ajánlati összár: 5.250.000 Ft



Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**37. sz. rész:**

Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Nettó ajánlati összár: 5.400.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**38. sz. rész:**

Ajánlattevő: Premier G Med. Cardio Kft.

Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1.

Nettó ajánlati összár: 110.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat érvényes, és összességében a második legkedvezőbb.

**12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:**

**38. sz. rész:** szállítás, raktározás

Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

**b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:**

**37. sz. rész:** szállítás, raktározás

Ajánlattevő: Mölnlycke Health Care Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

**13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ----**

**b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ----**

**14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:**

**5., 20., 26., 30., 40., 41., 42., 43., 44., 45. sz. részek:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Felhívás III.2.2. pontjában lévő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására: Johnson & Johnson s.r.o. (Karadzicova 12, Pozsony, 821 08, Szlovákia) erőforrásaira támaszkodik.

**b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:**

**3., 25. sz. részek:**

Ajánlattevő: Johnson & Johnson Kft.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park

Felhívás III.2.2. pontjában lévő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására: Johnson & Johnson s.r.o. (Karadzicova 12, Pozsony, 821 08, Szlovákia) erőforrásaira támaszkodik.

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. május 30.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013. június 9.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. május 29.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. május 30.

18. Az összegezés módosításának indoka: ---

19. Az összegezés módosításának időpontja: ---

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: ---

21. Az összegezés javításának indoka: ---

22. Az összegezés javításának időpontja: ---

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: ---

**24. Egyéb információk:**

A 4. sz. rész vonatkozásában a Johnson & Johnson Kft. a szakmai bírálati szempontra „igen” értéket jelölt meg. Azonban a termék nem rendelkezik az „Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése” tulajdonsággal, így az értékelésnél a „nem” értéket értékeltük.

A 4. sz. rész vonatkozásában a St. Jude Medical Kft. a szakmai bírálati szempontra „igen” értéket jelölt meg. Azonban a termék nem rendelkezik az „Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése” tulajdonsággal, így az értékelésnél a „nem” értéket értékeltük.