

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### 1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
AK02685  
Haller út 29.  
1096 Budapest  
MAGYARORSZÁG

### 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Coronaria stent és nyomásmérő vezetődrót beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével. 14 részben, a B mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a teljesítés során a dokumentációban előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) –30%-kal eltérhet.  
EFI keret a gyógyszerkibocsátó stentekre: 154 156 693 HUF.  
Becsült érték áfa nélkül: 396 004 500 HUF

### 3. A választott eljárás fajtája:

Uniós nyílt.

4.\* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.\* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

### 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

2014/S 079-138394

23/04/2014

és

2014/S 102-178042

28/05/2014

### 7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

igen

b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---

c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

### 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. sz. rész:2

6. sz. rész:4

11. sz. rész:2

2. sz. rész:3

7. sz. rész:2

12. sz. rész:1

3. sz. rész:5

8. sz. rész:2

13. sz. rész:2

4. sz. rész:2

9. sz. rész:2

14. sz. rész:1

5. sz. rész:4

10. sz. rész:3

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

**Ajánlattevő megnevezése: SUTURA Képviselői és Kereskedelmi Kft**

**Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.**

**6. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **8.900.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Crossing profil 3,0mm-es stentnél: **0,039”**
- Markerek a stenten: **nem**
- Méret mátrix: **87 db**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**13. rész**

Nettó Ft ellenérték összesen: **11.460.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM): **4 ATM**
- Méretválaszték: **35 db**
- Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F): **12 F**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**14. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **1.799.500 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM): **4 ATM**
- Méretválaszték: **86 db**
- Kisebb vezető katéter méret, 25 mm-es ballonnál (F): **12 F**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft**

**Címe: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.**

**3. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **19.470.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm): **15,9**
- Moduláris gyártástechnológia: **igen**
- Méret mátrix (db): **42**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**7. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **32.985.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **16**
- Méretmátrix (db): **48**
- DM indukció megléte (IFU): **igen**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**9. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **32.985.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) /3,0 mm-es stentnél: **15,9**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **1,09 mm (0,043" in.)**
- MVD indikáció megléte (IFU): **igen**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft**

**Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1.**

**10. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **7.125.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Méret mátrix (db): **25**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,044" (1,11 mm)**
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél: **0,00492"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**12. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **109.750.000 Ft**

- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi Műszer- és Elektrotechnikai Kft**  
**Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.**

**6. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **9.376.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,032"**
- Markerek a stenten: **nem**
- Méret mátrix (db): **106**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő 60 nap.**

**Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft**  
**Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.**

**2. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **13.170.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **18 ATM**
- Méret mátrix (db): **52 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,040"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**7. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **31.350.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **18 ATM**
- Méret mátrix (db): **64**
- DM indikáció megléte (IFU): **igen**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**8. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **31.350.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél: **0,65**
- Elérhető kétféle hatóanyaggal: **nem**
- >4,0 mm átmérőben is elérhető: **nem**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Vascular Venture Kft**

**Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.**

**1. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **27.600.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **18**
- Méret mátrix (db): **48**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,04"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**8. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **36.000.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél: **0,4 mm**
- Elérhető kétféle hatóanyaggal: **igen**
- >4,0 mm átmérőben is elérhető: **igen**

**9. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **36.000.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülte (mm) / 3,0 mm-es stentnél: **12,76 mm**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,04"**
- MVD indikáció megléte (IFU): **nem**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**11. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **18.000.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,04”**
- Markerek a stenten: **nem**
- Abluminális gyógyszerkibocsátás: **nem**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **30 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: B.Braun Medical Kft**

**Címe: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.**

**6. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **12.498.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,0032”**
- Markerek a stenten: **nem**
- Méret mátrix (db): **79**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő 60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Medico-Digitalis Kft**

**Címe: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9.**

**2. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **17.367.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **16-18 ATM**
- Méret mátrix (db): **72 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,032”**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**3. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **17.367.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm): **12,56 mm**
- Moduláris gyártástechnológia: **nem / egyenértékű technológia**
- Méret mátrix (db): **72 db**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**6. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **11.578.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,032"**
- Markerek a stenten: **igen**
- Méret mátrix (db): **72 db**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft**

**Címe: 1025 Budapest, Fajd u. 2/b.**

**4. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **19.470.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Méret mátrix (db): **66 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,037"**
- Strut vastagság / 3,00 mm-es stentnél: **0,0024"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**10. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **11.992.500 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Méret mátrix (db): **54 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,039"**
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél: **0,0024"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Medtech Kft**

**Címe: 1121 Budapest, Kút völgyi út 91/a.**

**2. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **14.100.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **16 ATM**
- Méret mátrix (db): **38 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,039"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**10. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **16.500.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Méret mátrix (db): **44 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,045"**
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél: **0,0047"**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.

**Ajánlattevő megnevezése: Biomedica Hungária Kft**

**Címe: 1027 Budapest, Ganz u. 16.**

**5. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **19.500.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél: **18 ATM**
- Méret mátrix (db): **38 db**
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,038" inch = 0,9652 mm**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**11. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **14.250.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél: **0,039"**
- Markerek a stenten: **igen**
- Abluminális gyógyszerkibocsátás: **igen**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**13. rész**

Nettó Ft ellenérték összesen: **10.000.000 Ft**

**Műszaki követelmények:**

- RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM): **3.0 ATM**
- Méretválaszték: **4 db**
- Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F): **12 Fr**
- Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

**Fizetési határidő** valamennyi rész tekintetében **60 nap**.



b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

<b>1. rész: Általános célú coronaria stentek</b>		<b>Vascular Venture Kft.</b>			
Szempon	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	69 000	27 600 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		30	10,00	10,00
RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél	10		18	10,00	100,00
Méret mátrix (db)	10		48	10,00	100,00
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,0400	10,00	100,00
Pontszám összesen					<b>1 310,00</b>

<b>2. rész: Általános célú, CoCr ötvözet stentek</b>		<b>Medico-Digitális Kft.</b>				<b>MedlineS Kft</b>				<b>Medtech Kft.</b>			
Szempon	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	57 890	17 367 000	7,83	782,50	43 900	13 170 000	10,00	1 000,00	47 000	14 100 000	9,41	940,64
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00
RBP (ATM) / 3,0 mm-	10		16	1,00	10,00		18	10,00	100,00		16	1,00	10,00

es stentnél													
Méret mátrix (db)	10		72	10,00	100,00		52	4,71	47,06		38	1,00	10,00
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,0320	10,00	100,00		0,0400	1,00	10,00		0,0390	2,125	21,25
Pontszám összesen					<b>1 002,50</b>				<b>1 167,06</b>				<b>991,89</b>

3. rész: Oldalág-eléréshez optimalizált stentek		Medico-Digitális Kft.				Medtronic Kft.			
		Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám
Ajánlati ár	100	57 890	17 367 000	10,00	1 000,00	64 900	19 470 000	9,03	902,79
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00
Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél	10		12,56	1,00	10,00		15,900	10,00	100,00
Moduláris gyártástechnológia	10		nem	1,00	10,00		igen	10,00	100,00
Méret mátrix (db)	10		72	10,00	100,00		42	1,00	10,00
Pontszám összesen					<b>1 130,00</b>				<b>1 122,79</b>

<b>4. rész: Passzív bevonatos stentek</b>		<b>Biotronik Hungária Kft.</b>			
Szempont	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	64 900	19 470 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00
Méret mátrix (db)	10		66	10,00	100,00
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,0370	10,00	100,00
Strut vastagság	10		0,0024	10,00	100,00
Pontszám összesen					<b>1 310,00</b>

<b>5. rész: Markeres stentek</b>		<b>Biomedica Hungária Kft.</b>			
Szempont	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	65 000	19 500 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00
RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél	10		18	10,00	100,00
Méret mátrix (db)	10		38	10,00	100,00
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,0380	10,00	100,00
Pontszám összesen					<b>1 310,00</b>

6. rész: Stentek nehéz anatómiahoz	B. Braun Medical Kft.					Elektro-Oxigén Kft.				Medico-Digitális Kft.				Sutura Kft.			
	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	62 490	12 498 000	7,41	740,90	46 880	9 376 000	9,54	954,31	57 890	11 578 000	7,92	791,83	44 500	8 900 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,0032	10,00	100,00		0,0320	10,00	100,00		0,0320	10,00	100,00		0,0390	1,00	10,00
Markerek a stenten	10		nem	1,00	10,00		nem	1,00	10,00		igen	10,00	100,00		nem	1,00	10,00
Méret mátrix (db)	10		79	2,85	28,53		106	10,00	100,00		72	1,00	10,00		87	4,97	49,71
Pontszám összesen					<b>889,43</b>				<b>1 174,31</b>				<b>1 011,83</b>				<b>1 079,71</b>

7. rész: Workhorse gyógyszerkibocsátó stent	MedlineS Kft.					Medtronic Kft.			
	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	209 000	31 350 000	10,00	1 000,00	219 900	32 985 000	9,55	955,39
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00
RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél	10		18	10,00	100,00		16	1,00	10,00
Méret mátrix (db)	10		64	10,00	100,00		48	1,00	10,00

DM indikáció megléte (IFU)	10	igen	10,00	100,00	igen	10,00	100,00
Pontszám összesen				<b>1 310,00</b>			<b>1 085,39</b>

8. rész: Gyógyszerkibocsátó stent in-stent restenosis		MedlineS Kft.				Vascular Venture Kft.			
Szempon	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	209 000	31 350 000	10,00	1 000,00	240 000	36 000 000	8,84	883,75
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		30	5,50	5,50
Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél (mm-ben kérjük megadni)	10		0,6500	1,00	10,00		0,4000	10,00	100,00
Elérhető kétféle hatóanyaggal	10		nem	1,00	10,00		igen	10,00	100,00
>4,0 mm átmérőben is elérhető	10		nem	1,00	10,00		igen	10,00	100,00
Pontszám összesen					<b>1 040,00</b>				<b>1 189,25</b>

9. rész: Jó oldalág elérhetőséget biztosító gyógyszerkibocsátó stent		Medtronic Kft.				Vascular Venture Kft.				
		Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Szempon										
Ajánlati ár	100	219 900	32 985 000	10,00	1 000,00	240 000	36 000 000	9,25	924,63	
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		30	5,50	5,50	
Strutserülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél	10		15,9	10,00	100,00		12,76	1,00	10,00	
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,043	1,00	10,00		0,040	10,00	100,00	
MVD indikáció megléte (IFU)	10		igen	10,00	100,00		nem	1,00	10,00	
Pontszám összesen					<b>1 220,00</b>				<b>1 050,13</b>	

10. rész: Gyógyszerkibocsátó stent AMI-hoz		Biotronik Hungária Kft.				Medtech Kft.				Premier G. Med Cardio Kft.			
		Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám
Szempon													
Ajánlati ár	100	159 900	11 992 500	6,35	634,71	220 000	16 500 000	4,89	488,64	95 000	7 125 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00
Méret mátrix (db)	10		54	10,00	100,00		44	6,90	68,97		25	1,00	10,00

Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10	0,0390	10,00	100,00	0,0450	1,00	10,00	0,0440	2,50	25,00
Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél	10	0,0024	10,00	100,00	0,0047	1,79	17,86	0,00492	1,00	10,00
Pontszám összesen				<b>944,71</b>			<b>595,46</b>			<b>1 055,00</b>

<b>11 rész: Kiváló láthatóságú gyógyszerkibocsátó stent</b>		<b>Biomedica Hungária Kft.</b>				<b>Vascular Venture Kft.</b>			
Szempont	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	190 000	14 250 000	10,00	1 000,00	240 000	18 000 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		30	5,50	5,50
Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél	10		0,0390	10,00	100,00		0,0400	1,00	10,00
markerek a stenten	10		igen	10,00	100,00		nem	1,00	10,00
abluminális gyógyszerkibocsátás	10		igen	10,00	100,00		nem	1,00	10,00
Pontszám összesen					<b>1 310,00</b>				<b>1 035,50</b>

<b>12. rész: Nyomásmérő vezetődrót</b>		<b>Premier G. Med Cardio Kft.</b>			
Szempont	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	219 500	109 750 000	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00
Pontszám összesen					<b>1 010,00</b>

<b>13. rész: Ballonkatéter aorta valvuloplasztikához (BAV) és TAVI előkészítéshez</b>		<b>Biomedica Hungária Kft.</b>				<b>Sutura Kft.</b>			
Szempont	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	250 000	10 000 000	10,00	1 000,00	286 500	11 460 000	8,85	885,34
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00		60	10,00	10,00
RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél	10		3	1,00	10,00		4	10,00	100,00
Méret választék (db)	10		4	1,00	10,00		35	10,00	100,00
Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F)	10		12	10,00	100,00		12	10,00	100,00
Pontszám összesen					<b>1 130,00</b>				<b>1 195,34</b>



14. rész: Ballonkatéter TAVI utódilatációhoz		Sutura Kft.			
Szempont	Súlyszám	Megajánlott nettó egységár	Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	179 950	1 799 500	10,00	1 000,00
Fizetési határidő	1		60	10,00	10,00
RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél	10		4	10,00	100,00
Méret választék (db)	10		86	10,00	100,00
Kisebb vezető katéter méret, 25 mm-es ballonnál (F)	10		12	10,00	100,00
Pontszám összesen					<b>1 310,00</b>

c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

1-10

d)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

— nettó ajánlati ár – súlyszám: 100

A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra:  $A = (A_{\min} / A_a) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min} \times \text{súlyszám}$ , ahol: A: a kapott pontszám,  $A_{\min}$ : a legalacsonyabb érték,  $A_a$ :

Az adott pályázó által megajánlott érték,  $P_{\max}$ : maximális pontszám,  $P_{\min}$ : minimális pontszám.

Az ajánlati ár nettó HUF összeg; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást.

A bírálat során az adott részre tett nettó összegek kerülnek összehasonlításra.

— fizetési határidő – súlyszám: 1 – a legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra; a következő képlettel számol Ajánlatkérő: a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb:  $B = (B_a / B_{\max}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min} \times \text{súlyszám}$ , ahol: B: a számított pontszám,  $B_a$ : az adott pályázó által adott érték,  $B_{\max}$ : a legmagasabb érték,  $P_{\max}$ : maximális pontszám,  $P_{\min}$ : minimális pontszám.

Minimum a Kbt. és Ptk. 6:130. § (1) szerinti 30 nap, maximum a Ptk. 6:130. § (3) szerinti 60 nap ajánlható!

— műszaki követelmények

– súlyszám: műszaki szempontonként 10-10,

– abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok felszorozásra kerülnek a súlyszámmal, vagy

– arányosítás módszere, a következők szerint:

súlyozott pontszám =  $((\text{vizsgált érték} - \text{legrosszabb érték}) / (\text{legjobb érték} - \text{legrosszabb}$

érték)) x 9) + 1) x súlyszám

1. sz. rész esetében:

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere.

2. sz. rész esetében:

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték - arányosítás módszere,
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere.

3. sz. rész esetében:

- Strutsérülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Moduláris gyártástechnológia – abszolút értékelés,
- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,

4. sz. rész esetében:

- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,
- Strut vastagság – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere.

5. sz. rész esetében:

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere.

6. sz. rész esetében:

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,
- Markerek a stenten – abszolút értékelés, előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont.
- Méret mátrix (db) - előny a magasabb érték - arányosítás módszere.

7. sz. rész esetében:

- RBP (ATM) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere.
- DM indikáció megléte (IFU) – abszolút értékelés, előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont.

8. sz. rész esetében:

- Ballon túlnyúlás / 3,0 mm-es stentnél (mm-ben kérjük megadni) – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,
- Elérhető kétféle hatóanyaggal – abszolút értékelés,
- >4,0 mm átmérőben is elérhető- abszolút értékelés,

9. sz. rész esetében:

- Strutserülés nélkül legnagyobbra tágítható cella kerülete (mm) / 3,0 mm-es stentnél – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,
- MVD indikáció megléte (IFU) – abszolút értékelés előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont.

10. sz. rész esetében:

- Méret mátrix (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,
- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,
- Strut vastagság / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,

11. sz. rész esetében:

- Crossing profil / 3,0 mm-es stentnél – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,
- markerek a stenten- abszolút értékelés. előny a megléte – igen: 10 pont, nem: 1 pont.
- abluminális gyógyszerkibocsátás – abszolút értékelés. előny a megléte – igen: 10 pont,

nem: 1 pont.

12. sz. rész: műszaki követelmény értékelési szempontok nem kerülnek előírásra, kizárólag a nettó ajánlati ár és a fizetési határidő kerül értékelésre.

13. sz. rész

— RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,

— Méret választék (db) - előny a magasabb érték - arányosítás módszere,

— Kisebb vezető katéter méret, 20 mm-es ballonnál (F) – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,

14. sz. rész

— RBP /20-25 mm-es ballonnál/ (ATM) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,

— Méret választék (db) – előny a magasabb érték – arányosítás módszere,

— Kisebb vezető katéter méret, 25 mm-es ballonnál (F) – előny az alacsonyabb érték – arányosítás módszere,

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

#### **Számitek 2011 Kft**

**Címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 32. 2. lép. 3. em. 14 ajtó** Ajánlata valamennyi rész vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 74. § (1) szerint, mert nem nyújtott be hiánypótlást (aláírt felolvasólap, köztartozásról igazolás, közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat, adatlap, referenciaigazolás, nyilatkozat az 57. § (1) vonatkozásában, gyártói nyilatkozat a forgalmazói jogosultságról, 21-32. oldal vonatkozásában magyar nyelvű fordítás.)

#### **MedlineS Kft**

**Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.3. sz. rész**

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert az "oldalág hozzáféréshez a cellakerület > 12.5 mm" követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 11.78 mm), így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény nem teljesül.

#### **Medtech Kft**

**Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a.3. sz. rész**

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert az "oldalág hozzáféréshez a cellakerület > 12.5 mm" követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 11.79 mm), így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény nem teljesül.

#### **VMD Kórházi Technológiai Zrt**

**Címe: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 63.3. sz. rész**

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) és e) alapján érvénytelen, mert megajánlott terméke nem moduláris gyártástechnológiával készül így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény nem teljesül, és nem került benyújtásra hiánypótlás (az 57§ (1) kizáró okok vonatkozásában, referenciaigazolásokat (db szám, időszak), valamint nem adott indokolást az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában).

### **Medico-Digitalis Kft**

**Címe: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9.5. sz. rész**

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert a „> 16 ATM (3,0 mm-es stent-nél)” követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 16 atm), így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény nem teljesül.

### **Premier G. Med Cardio Kft**

**Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1.5. sz. rész**

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) alapján érvénytelen, mert a „> 16 ATM (3,0 mm-es stent-nél)” követelménynek a megajánlott termék nem felel meg (az ajánlott termék 14atm), így a felhívás III.2.3. M1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény nem teljesül.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

### **Ajánlattevő megnevezése: SUTURA Képviselési és Kereskedelmi Kft**

**Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.**

#### **13. rész**

Nettó Ft ellenérték összesen: **11.460.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

#### **14. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **1.799.500 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

### **Ajánlattevő megnevezése: Medtronic Hungária Kft**

**Címe: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.**

#### **9. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **32.985.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Cardio Kft**  
**Címe: 1026 Budapest, Hidász utca 1.**

**10. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **7.125.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**12. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **109.750.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**Ajánlattevő megnevezése: ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi Műszer- és Elektrotechnikai Kft**  
**Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.**

**6. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **9.376.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft**  
**Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.**

**2. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **13.170.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**7. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **31.350.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**Ajánlattevő megnevezése: Vascular Venture Kft**  
**Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. B/3.**

**1. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **27.600.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**8. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **36.000.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**Ajánlattevő megnevezése: Medico-Digitalis Kft**

**Címe: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 9.**

**3. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **17.367.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft**

**Címe: 1025 Budapest, Fajd u. 2/b.**

**4. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **19.470.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat..

**Ajánlattevő megnevezése: Biomedica Hungária Kft**

**Címe: 1027 Budapest, Ganz u. 16.**

**5. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **19.500.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

**11. rész:**

Nettó Ft ellenérték összesen: **14.250.000 Ft**

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő és az ajánlata az adott rész vonatkozásában megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és az ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12. \* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13. \* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14. \* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**szervezet neve: Meril Life Sciences Pvt. Ltd.**

Sutura Kft. **a felhívás vonatkozó pontja: III.2.3) M2)**

Elektro Oxigén Kft.: Balton S.p.z.o.o., Lengyelo. III.2.3. Műszaki, szakmai alkalmasság (M2)

Biomedica Hungária Kft.

- Biomedica Medizinprodukte GmbH & Co KG
- AF III.2.3. M2) pontra

Medtronic Hungária Kft.

- Medtronic Trading NLBV
- AF III.2.2., pénzügyi kezességvállaló szervezetként

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.09.16

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.09.25

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.09.15

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.09.15

18. \* Az összegezés módosításának indoka:

19. \* Az összegezés módosításának időpontja:

20. \* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21. \* Az összegezés javításának indoka:

22. \* Az összegezés javításának időpontja:

23. \* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24. \* Egyéb információk:

A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A \*\*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.