

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Egyszer használatos nyomásmérők és tartozások

Rész	Méret, megnevezés	Igényelt db
	Egyszer használatos nyomásmérők és tartozékok	
	1. sz. rész	
1	<p>Invazív, egyszerhasználatos latex free nyomásmérő szett, amelynek átmosó szelepe minden irányból könnyen működtethető. Biztosít mikro és makrocseppes folyadékáramlást 3ml/óra áramlási sebességgel. A nyomásmérő legyen teljes egészében átlátszó, a biztonságos légtelenítés érdekében, a monitor kábel csatlakozója és a nyomásmérő csatlakozója legyen egymásba illeszthető védőburokkal ellátva, ami megakadályozza a folyadék esetleges bejutását a csatlakozók közé. A csatlakozások fémérintős részeinek kialakítása legyen megtörés ellen biztosított. Rendelkezzen teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére. Legyen kompatibilis a meglévő monitor összekötő kábelekkel. Amennyiben nem kompatibilis, az intézet valamennyi monitorjának felszerelése szükséges térítésmentesen a nyomásmérők szállítását megelőzően olyan összekötő kábelekkel, melyek egyik vége kompatibilis az intézetben meglévő Philips és Drager monitorokkal, másik vége a szállítandó egyszer használatos nyomásmérőkkel. Legyen lehetőség zárt rendszerű vérvételre. Pontos vérnyomásmérést biztosítson és egyszerűen összeszerelhető legyen.</p> <p>Műszaki adatok: Működési nyomás tartomány: -50 és + 300 Hgmm között, Működési hőmérséklet: +15 és +40 Celsius fok között. Érzékenység: 5.0 µV/V/Hgmm Jel impedancia 300 +/- 5%, Túlnyomás tolerancia -500 és +500 Hgmm, Áramlási sebesség 3ml/óra</p>	3 800
	2. sz. rész	
2.1	<p>Gyermekeknek alkalmas invazív, egyszer használatos latex free nyomásmérő szett, amelynek átmosó szelepe minden irányból könnyen működtethető. Biztosít mikro és makrocseppes folyadékáramlást 3ml/óra áramlási sebességgel. A nyomásmérő legyen teljes egészében átlátszó, a biztonságos légtelenítés érdekében, a monitor kábel csatlakozója és a nyomásmérő csatlakozója legyen egymásba illeszthető védőburokkal ellátva, ami megakadályozza a folyadék esetleges bejutását a csatlakozók közé. A csatlakozások fémérintős részeinek kialakítása legyen megtörés ellen biztosított. Rendelkezzen teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére. Legyen kompatibilis a gyermek műtőben és intenzíveken meglévő monitor összekötő kábelekkel. Amennyiben nem kompatibilis, a gyermek műtők és intenzív valamennyi monitorjának felszerelése szükséges térítésmentesen a nyomásmérők szállítását megelőzően olyan összekötő kábelekkel, melyek egyik vége kompatibilis az intézetben meglévő Philips és Drager monitorokkal, másik vége a szállítandó egyszer használatos nyomásmérőkkel. Legyen lehetőség zárt rendszerű vérvételre. Pontos vérnyomásmérést biztosítson és egyszerűen összeszerelhető legyen.</p> <p>Műszaki adatok: Áramlási sebesség: 3ml/h (±1ml/h) Érzékenység 5µV/V/Hgmm Működési nyomás tartomány: -50 és + 300 Hgmm Jel impedancia: 270Ohm és 400 Ohm között Túlnyomás tolerancia -400 - +400 Hgmm</p>	800

3

	Működési hőmérséklet: +15°C és +40° között.	
2.2	A 2.1 pont alatti kritériumnak megfelelő nyomásmérő, ami újszülötteknek alkalmas	10
	3. sz. rész	
3	Szívomotor tartozékhoz nyomásmérő dome (MEDTRONIC 61000) DLP Pressure Display 60000, az artériás szárban speciális nyomást mérő készülékhez nyomásmérő fej, membránnal, három ágú csappal és 114,3 cm hosszú összekötővel ellátva.	310
	4. sz. rész	
4	Nyomásmérő Jostra szivmotorhoz, MEDEX (MX 848) Novalogic kompatibilis fej, dome	180
	5. sz. rész	
5.1	Nyomásmérő Jostra szivmotorhoz, MX960XYP1	160
5.2	Szintérezkélő JOSTRA szivmotorhoz	260
	6. sz. rész	
6.1	Nyomásérzékelő Terumo szivmotorhoz	110
6.2	Szintérezkélő Terumo szivmotorhoz	180

3. A választott eljárás fajtája:

Kbt. 122/A. § szerint

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: **az árubeszerzés értéke nem éri el a nettó 25 millió forintot, ezért ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § bekezdés szerinti eljárást folytatja le.**

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: **2014. május 21.**

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **1., 2., 3., 5. és 6. részek tekintetében igen, a 4. rész tekintetében nem**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

Ajánlatkérőnek a 4. rész vonatkozásában a 12 havi mennyiségre kalkulált becstilt értéke, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, mely megegyező: nettó 1.162.800 Ft.

A részben egyetlen ajánlatot tevő ajánlatának nettó ellenértéke: nettó 1.656.000 Ft.

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § (1) c) bekezdése alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az egyetlen ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: **nem**
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Rész:2	4. Rész:1
2. Rész:2	5. Rész:1
3. Rész:1	6. Rész:1

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő megnevezése: Medibis Kft.

Címe: 1046 Budapest, Jósika u. 12.

3. rész

Nettó ajánlati összára: **2 077 000 Ft**

Fizetési határidő: **60 nap**

Ajánlattevő megnevezése: Variomedic Kft.

Címe: 1119 Budapest, Andor u. 8.

1. rész

Nettó ajánlati összára: **12 160 000 Ft**

Fizetési határidő: **60 nap**

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft.

Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.

6. rész

Nettó ajánlati összára: **872 000 Ft**

Fizetési határidő: **30 nap**

Ajánlattevő megnevezése: Ameco 2000 Kft.

Címe: 1052 Budapest, Bécsi u. 1.

2. rész

Nettó ajánlati összára: **2 661 900 Ft**

Fizetési határidő: **45 nap**

Ajánlattevő megnevezése: Biomedica H. Kft.

Címe: 1027 Budapest, Ganz u.16.

4. rész

Nettó ajánlati összára: **1 656 000 Ft**

Fizetési határidő: **60 nap**

5. rész

Nettó ajánlati összára: 1 810 000Ft
 Fizetési határidő: 60 nap

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére a fenti részek tekintetében.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész Invazív nyomásmérő szett EH.	Súlyszám:	Variomedic Kft.		
		Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ár	5	12 160 000 Ft	10,0000	50,00
Fizetési határidő	1	60	10,00	10,00
Pont összesen				60,00
2. rész 2.1 Invazív nyomásszabályzó rendszer EH. 2.2 Nyomásszabályzó rendszer, újszülött EH.	Súlyszám:	Ameco 2000 Kft.		
		Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ár	5	2 661 900 Ft	10,0000	50,00
Fizetési határidő	1	45	10,00	10,00
Pont összesen				60,00
3. rész Nyomásmérő szett szívmotorhoz 45" 114,3cm	Súlyszám:	Medibis Kft.		
		Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ár	5	2 077 000 Ft	10,00	50,00
Fizetési határidő	1	60	10,00	10,00
Pont összesen				60,00
4. rész Nyomásszabályzó szívmotorhoz	Súlyszám:	Biomedica H Kft.		
		Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ár	5	1 656 000 Ft	10,00	50,00
Fizetési határidő	1	60	10,00	10,00
Pont összesen				60,00

5. rész 5.1 Nyomákszabályzó Jostra szívmotorhoz 5.2 Szintérezékelő lap szívmotorhoz	Súlyszám:	Biomedica H Kft.		
		Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ár	5	1 810 000 Ft	10,00	50,00
Fizetési határidő	1	60	10,00	10,00
Pont összesen				60,00
6. rész 6.1 Nyomásmérő szerelék TERUMO szív-tüdő készülékhez 6.2 Szintérezékelő TERUMO szívmotorhoz	Súlyszám:	MedlineS Kft.		
		Megajánlott érték	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ár	5	872 000 Ft	10,00	50,00
Fizetési határidő	1	30	10,00	10,00
Pont összesen				60,00

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: **1-10**

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Részszerpont	Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	5
2. Fizetési határidő (nap)	1

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

Az ár tartalmazza a termék árát és a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást is; előny az alacsonyabb érték. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva **fordított arányosítással** kerül meghatározásra; (L.: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról, Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám.)

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

3

Fizetési határidő: A számla benyújtását követő pénzügyi teljesítés napokban kifejezve. Minimum a Kbt. 130. § és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) szerinti 30 nap, maximum a Kbt. 130. § és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) szerinti 60 nap.

Előny a magasabb érték. Amennyiben ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli megajánlást tesz ajánlatában, ez ajánlata automatikus érvénytelenségét vonja maga után.

A legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva **egyenes arányosítással** kerül meghatározásra. (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról, Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám.)

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

10. Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Medexpert Kft. (Címe: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.);

Az ajánlattevő az **1., és 2. részek tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja** alapján - mely szerint az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek – **érvénytelen, az alábbi okok miatt.**

1. rész: Invazív, egyszer használatos latex free nyomásmérő szett

Specifikáció szerinti követelmény	Megajánlott termék
Rendelkezzen teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére.	<i>Nem rendelkezik teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére.</i>

2.1. rész: Gyermekeknek alkalmas, invazív, egyszer használatos latex free nyomásmérő szett

Specifikáció szerinti követelmény	Megajánlott termék
Rendelkezzen teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére.	<i>Nem rendelkezik teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére.</i>

2.2. rész: A 2.1. pont alatti kritériumnak megfelelő nyomásmérő, ami újszülötteknek alkalmas

Specifikáció szerinti követelmény	Megajánlott termék
Rendelkezzen teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére.	<i>Nem rendelkezik teszt csatlakozóval a nyomásmérők és a kábelek ellenőrzésére.</i>
Újszülötteknek alkalmas	<i>A csacsémő méretéhez képest túl sok vért kell visszaszívni vérvételkor.</i>

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő megnevezése: Variomedic Kft.

Címe: 1119 Budapest, Andor u. 8.

1. rész

Nettó ajánlati összára: **12 160 000 Ft**

Fizetési határidő: **60 nap**

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlattevő megnevezése: Ameco 2000 Kft.

Címe: 1052 Budapest, Bécsi u. 1.

2. rész

Nettó ajánlati összára: **2 661 900 Ft**

Fizetési határidő: **45 nap**

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlattevő megnevezése: Medibis Kft.

Címe: 1046 Budapest, Jósika u. 12.

3. rész

Nettó ajánlati összára: **2 077 000 Ft**

Fizetési határidő: **60 nap**

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlattevő megnevezése: Biomedica H. Kft.

Címe: 1027 Budapest, Ganz u.16.

5. rész

Nettó ajánlati összára: **1 810 000 Ft**

Fizetési határidő: **60 nap**

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft.

Címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.

6. rész

Nettó ajánlati összára: **872 000 Ft**

Fizetési határidő: **30 nap**

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat

- b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---
- 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---
- b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---
- 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---
- b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
- 14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---
- b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2014. 07.11.**
- b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2014.07.20.**
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2014.07.25.**
17. Az összegezés megküldésének időpontja:**2014.07.28.**
- 18.* Az összegezés módosításának indoka:
- 19.* Az összegezés módosításának időpontja:
- 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:
- 21.* Az összegezés javításának indoka:
- 22.* Az összegezés javításának időpontja:
- 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:
- 24.* Egyéb információk: ---