

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Postai cím: Haller út 29.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1096

Ország: Magyarország

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Adásvételi szerződés konszignációs raktár létesítésével oxigenátor és csőkészlet beszerzéséhez – azzal, hogy az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő mínusz 30 %-kal eltérhet.

12 részben, 1854 db oxigenátor és csőkészlet, a B mellékletben megjelöltek szerint.
Becsült érték áfa nélkül: 75 878 140 HUF

3. A választott eljárás fajtája:

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 83. § szerinti nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Közzététel dátuma: 24/09/2015

Iktatószám: TED: **2015/S 185-335622**

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

1. rész: igen

5. rész: igen

9. rész: igen

2. rész: igen

6. rész: igen

10. rész: igen

3. rész: igen

7. rész: igen

11. rész: nem

4. rész: igen

8. rész: igen

12. rész: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

11. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 2 db

5. rész: 2 db

9. rész: 2 db

2. rész: 2 db

6. rész: 2 db

10. rész: 1 db

3. rész: 2 db

7. rész: 1 db

11. rész: 0 db

4. rész: 2 db

8. rész: 2 db

12. rész: 1 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1, Ajánlattevő megnevezése:

Medibis Kft.

Címe:

1126 Budapest, Szendrő utca 37/D.

Rész száma: 2

Elnevezés: 2,0 m²-2,5 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor

Nettó ajánlati összár: **12.300.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Beépített artériás filter előnyt jelent: **igen van beépített artériás filter** / nincs
- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 300 ml:
260 ml
- Hőcserélő kapacitás (Q_b=4 l /min, Q_w=10 l /min) Minimum 0,4: **0,7**
- Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt jelent) Min: 4500 ml: **4500 ml**
- Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, Max: 40 µm:
26 µm
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **igen**/nem
- Kezelhetőség előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmosást: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 8

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 2,0 - 2,5 m²-membránfelületig, 60 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **902.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Beépített artériás filter előnyt jelent: **igen van beépített artériás filter** / nincs
- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:300 ml: **260 ml**
- Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4: **0,7**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 4500 ml: **4500 ml**
- Előnyt jelent, ha a Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oximodulról: **igen**/nem
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást: igényel/**nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2, Ajánlattevő megnevezése:

MedlineS Kft.

Címe:

2314 Halásztelek , Óvoda u 7.

Rész száma: 3

Elnevezés: Csőkészlet Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis bevonattal.

Nettó ajánlati összár: **24.675.000 Ft**

Rész száma: 4

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal: 0,2- 0,5 m² membránfelület, 0-7 tskg beteg részére BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL

RENDELKEZŐ

Nettó ajánlati összár: **6.320.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 50 ml:
Ajánlott érték 43 ml
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 600 ml:
Ajánlott érték 1.100 ml
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosázt: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 6

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric I., 0,8 m²-1,5 m² membránfelület 15 -40 tskg betegek részére

Nettó ajánlati összár: **3.710.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:175 ml: **Ajánlott érték 135 ml**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás - Minimum: 2500 ml:
Ajánlott érték 4.500 ml
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosázt: igényel / **nem igényel**

[Alkalmasság indokolása:](#) Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

3. Ajánlattevő megnevezése:

ReplantMed Kft.

Címe:

1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.

Rész száma: 5

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant.: 0,5-0,8 m² membránfelület, 7-15 tskg beteg részére

Nettó ajánlati összár: **5.710.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 100 ml: **87 ml**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 1200 ml: **1500 ml**
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosázt: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 9

Elnevezés: CSŐKÉSZLETEK ÚJSZÜLÖTT-CSECSEMŐ-GYERMEK OXIGENÁTORHOZ

Nettó ajánlati összár: **8.702.500 Ft**

Rész száma: 10

Elnevezés: ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen)

Neonatal-Infant: < 0,8m² membránfelület 0-15 tskg betegek részére

Nettó ajánlati összár: **276.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 100 ml: **90 ml**
- Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő: **5 nap**
- Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosázt: igényel/**nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

4, Ajánlattevő megnevezése:

Planmed Kft.

Címe:

1223 Budapest, Kistétény u. 16.

Rész száma: 1

Elnevezés: 1,8m²-2,0 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor.

Biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **16.629.600 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség(Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml: **220 ml**
- Hőcserélő kapacitás (Q_b=4 l /min, Q_w=10 l /min) Minimum 0,4: **0,58**
- Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Min: 3800 ml: **4500 ml**
- Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, Max: 40 µm: **40 µm**
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **Igen** / nem
- Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmosázt.: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 9

Elnevezés: CSŐKÉSZLETEK ÚJSZÜLÖTT-CSECSEMŐ-GYERMEK OXIGENÁTORHOZ

Nettó ajánlati összár: **9.984.235 Ft**

Rész száma: 12

Elnevezés: ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen)

Adult < 2,5m² membránfelület 45 tskg-nál nagyobb betegek részére

Nettó ajánlati összár: **1.066.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume),ml,Maximum: 270 ml: **225 ml**
- Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő: **14 nap**
- Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosázt: igényel/**nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

5. Ajánlattevő megnevezése:

Mediszer Kft.

Címe:

1037 Budapest, Bécsi út 267.

Rész száma: 1

Elnevezés: 1,8m2-2,0 m2 membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor.

Biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **24.567.900 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség(Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml: **215 ml**
- Hőcserélő kapacitás ($Q_b=4$ l /min, $Q_w=10$ l /min) Minimum 0,4: **0,8**
- Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Min: 3800 ml: **4200 ml**
- Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 μ m közötti legyen, Max: 40 μ m: **40**
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **Igen** / nem
- Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmoszt.: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 7

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 1,8 - 2,0 m2-membránfelületig, 40 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **1.796.850 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:250 ml: **215 ml**
- Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 : **0,8**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 3800 ml: **4200 ml**
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **igen**/nem
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmoszt: igényel / nem igényel–az ajánlat 27. oldalán került megjelölésre: nem igényel CO₂ atmoszt

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

| 1.rész | | Planmed Kft | | | Mediszer Kft | | |
|---|-----|---------------|----------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | Súly-szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám | megajánlott érték összesen | pontszám |
| 1,8m2-2,0 m2 membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor. Biocompatibilis bevonattal | | | | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 16 629 600 Ft | 10,000 | 1000,00 | 24 567 900 Ft | 6,769 | 676,883 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség(Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml Az alacsonyabb érték előnyt jelent | 3 | 220,00 | 9,773 | 29,32 | 215,00 | 10,000 | 30,000 |
| — Hőcserélő kapacitás (Qb=4 l /min, Qw=10 l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt jelent | 3 | 0,58 | 7,250 | 21,75 | 0,80 | 10,000 | 30,000 |
| — Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt je-lent) Min: 3800 ml | 3 | 4500,00 | 10,000 | 30,00 | 4200,00 | 9,333 | 28,000 |
| — Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, kisebb érték előnyt, Max: 40 µm | 3 | 40,00 | 10,000 | 30,00 | 40,00 | 10,000 | 30,000 |
| — Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem | 3 | igen | 10,000 | 30,00 | igen | 10,000 | 30,000 |
| — Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO2 atmoszfért. | 3 | nem igényel | 10,000 | 30,00 | nem igényel | 10,000 | 30,000 |
| Összesen: | | | | 1171,07 | | | 854,883 |

| 2.rész | Medibis Kft | | | |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| 2,0 m2-2,5 m2 membrán felületű felnőtt oxygenátor | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 12 300 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Beépített artériás filter előnyt jelent | 2 | igen | 10,000 | 20,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 300 ml Az alacsonyabb érték előnyt jelent | 2 | 260 | 10,000 | 20,00 |
| — Hőcserélő kapacitás (Qb=4 l /min, Qw=10 l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt jelent | 2 | 0,7 | 10,000 | 20,00 |
| — Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt jelent), ml, Min: 4500 ml | 2 | 4 500 | 10,000 | 20,00 |
| — Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, kisebb érték előnyt jelent Max: 40 µm | 2 | 26 | 10,000 | 20,00 |
| — Előnyt jelent ha a vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról | 2 | igen | 10,000 | 20,00 |
| — Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO2 atmoszfért. | 2 | nem igényel | 10,000 | 20,00 |
| Összesen: | | | | 1140,00 |

| 4.rész | | MedlineS Kft | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal: 0,2- 0,5 m2 membránfelület, 0-7 tskg beteg részére BIOCMPATIBILIS BEVONATTAL RENDELKE-ZŐ | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 6 320 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 50 ml A kisebb érték előnyt jelent | 6 | 43 | 10,000 | 60,00 |
| — Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 600 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent. | 6 | 1 100 | 10,000 | 60,00 |
| Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást | 6 | nem igényel | 10,000 | 60,00 |
| Összesen: | | | | 1180,00 |

| 5.rész | | ReplantMed Kft | | |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant.: 0,5-0,8 m2 membránfelület, 7-15 tskg beteg részére | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 5 710 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 100 ml A kisebb érték előnyt jelent | 6 | 87 | 10,000 | 60,00 |
| — Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 1200 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent | 6 | 1 500 | 10,000 | 60,00 |
| — Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást | 6 | nem igényel | 10,000 | 60,00 |
| Összesen: | | | | 1180,00 |

| 6.rész | | MedlineS Kft | | |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| Újszülött— csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric I., 0,8 m2-1,5 m2 membránfelület 15 -40 tskg betegek részére | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 3 710 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 175 ml A kisebb érték előnyt jelent- | 6 | 135 | 10,000 | 60,00 |
| — Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás – Minimum: 2500 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent. | 6 | 4 500 | 10,000 | 60,00 |
| — Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást | 6 | nem igényel | 10,000 | 60,00 |
| Összesen: | | | | 1180,00 |

| 7.rész | | Mediszer Kft | | |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 1,8 – 2,0 m ² - membránfelületig, 40 tskg-<, biocompatibilis bevonattal | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 1 796 850 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:250 ml A kisebb érték előnyt jelent | 4 | 215,0 | 10,000 | 40,00 |
| — Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték előnyt jelent | 4 | 0,8 | 10,000 | 40,00 |
| — Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 3800 ml Na-gyobb kapacitás előnyt jelent. | 4 | 4200,0 | 10,000 | 40,00 |
| — Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem- | 4 | igen | 10,000 | 40,00 |
| — Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást- | 4 | nem igényel | 10,000 | 40,00 |
| Összesen: | | | | 1200,00 |

| 8.rész | | Medibis Kft | | |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 2,0 – 2,5 m ² - membránfelületig, 60 tskg-<, biocompatibilis bevonattal | | | | |
| Ajánlati ár | 100 | 902 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Beépített artériás filter előnyt jelent- | 3 | igen | 10,000 | 30,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:300 ml A kisebb érték előnyt jelent- | 3 | 260,0 | 10,000 | 30,00 |
| — Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték előnyt jelent | 3 | 0,7 | 10,000 | 30,00 |
| — Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 4500 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent. | 3 | 4500,0 | 10,000 | 30,00 |
| — Előnyt jelent, ha a Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oximodulról | 3 | igen | 10,000 | 30,00 |
| — Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást- | 3 | nem igényel | 10,000 | 30,00 |
| Összesen: | | | | 1180,00 |

| 10.rész | | ReplantMed Kft | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | Súly- szám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen) Neonatal-Infant: < 0,8m ² membránfelület 0-15 tskg betegek részére. | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-------------|--------|----------------|
| Ajánlati ár | 100 | 276 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 100 ml, előny az alacsonyabb érték | 6 | 90 | 10,000 | 60,00 |
| — Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. | 6 | 5 | 10,000 | 60,00 |
| — Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszfért- | 6 | nem igényel | 10,000 | 60,00 |
| Összesen: | | | | 1180,00 |

| | | | | |
|--|----------|----------------------|--|-------------|
| 11.rész | | | | |
| ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen) Pediatric: < 1,5m ² membránfelület 15-45 tskg betegek részére. | Súlyszám | NEM ÉRKEZETT AJÁNLAT | | |
| Ajánlati ár | 100 | | | |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 190 ml, előny az alacsonyabb érték | 6 | | | |
| — Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő | 6 | | | |
| — Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszfért- | 6 | | | |
| Összesen: | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------|----------------------------|----------|--------------------|
| 12.rész | | Planmed Kft | | |
| ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen) Adult < 2,5m ² membránfelület 45 tskg-nál nagyobb betegek részére. | Súlyszám | megajánlott érték összesen | pontszám | súlyozott pontszám |
| Ajánlati ár | 100 | 1 066 000 Ft | 10,000 | 1000,00 |
| — Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume),ml,Maximum: 270 ml, előny az alacsonyabb érték- | 6 | 225 | 10,000 | 60,00 |
| — Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő | 6 | 14 | 10,000 | 60,00 |
| Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszfért | 6 | nem igényel | 10,000 | 60,00 |
| Összesen: | | | | 1180,00 |

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerint tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

A 3. és 9. sz. részek esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az értékelési szempont

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A) Az ajánlatok részszerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában:

1. Ajánlati ár:

Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze.

A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra: $A = (A_{min} / A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: A : a kapott pontszám, A_{min} : a legalacsonyabb érték, A_a :

Az adott pályázó által megajánlott érték.

Súlyszám: 100

2. Szakmai szempontok

ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb, az alábbi képlettel számol Ajánlatkérő:

$P = (P_{min} / P_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$.

Ahol: P : a kapott pontszám.

P_{min} : a legalacsonyabb érték.

P_a : az adott pályázó által ajánlott érték.

Azoknál a szakmai bírálati szempontoknál, ahol a magasabb érték a kedvezőbb:

$P = (P_a / P_{max}) \times 10 \times \text{súlyszám}$.

Ahol: P : a számított pontszám.

P_a : az adott pályázó által kapott pontok száma.

P_{max} : az adható pontszám maximuma.

Igen/nem válasz esetén abszolút értékelés: igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont. Az „előnyt jelent ha nem igényel CO₂ átmosást” szempont esetében az igényel CO₂ átmosást az 1, a nem igényel CO₂ átmosást a 10 pontot kapja.

Műszaki szempontok, súlyszám: az alább megjelöltek szerint

Rész száma: 1

Elnevezés: 1,8m²-2,0 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor.

Biocompatibilis bevonattal

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml Az alacsonyabb érték előnyt jelent – súlyszám: 3

— Hőcserélő kapacitás ($Q_b=4$ l /min, $Q_w=10$ l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt jelent- súlyszám: 3

— Vénás / kardiotoriás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt jelent) Min: 3800 ml- súlyszám: 3

— Integrált kardiotoriás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, kisebb érték előnyt, Max: 40 µm – súlyszám: 3

— Vénás / kardiotoriás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem- súlyszám: 3

— Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ átmosást. – súlyszám: 3

Rész száma: 2

Elnevezés: 2,0 m²-2,5 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor

— Beépített artériás filter előnyt jelent- súlyszám: 2

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 300 ml-
súlyszám: 2

Az alacsonyabb érték előnyt jelent

— Hőcserélő kapacitás ($Q_b=4$ l /min, $Q_w=10$ l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt
jelent – súlyszám: 2

— Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb ka-pacitás előnyt
jelent), ml, Min: 4500 ml- súlyszám: 2

— Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 μ m közötti legyen, kisebb érték előnyt jelent
Max: 40 μ m- súlyszám: 2

— Előnyt jelent ha a vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról- súlyszám: 2

— Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmosást. – súlyszám: 2

Rész száma: 4

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal: 0,2- 0,5 m²
membránfelület, 0-7 tskg beteg részére BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL

RENDELKEZŐ

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 50 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 6

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 600 ml Nagyobb kapacitás
előnyt jelent. – súlyszám: 6

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást- súlyszám: 6

Rész száma: 5

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant.: 0,5-0,8 m²
membránfelület, 7-15 tskg beteg részére

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 100 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 6

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 1200 ml Na-gyobb
kapacitás előnyt jelent- súlyszám: 6

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást. – súlyszám: 6

Rész száma: 6

Elnevezés: Újszülött— csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric I., 0,8 m²-
1,5 m² membránfelület 15 -40 tskg betegek részére

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:175 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 6

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás – Minimum: 2500 ml Na-gyobb
kapacitás előnyt jelent. – súlyszám: 6

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást- súlyszám: 6

Rész száma: 7

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 1,8 – 2,0 m²-
membránfelületig, 40 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:250 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 4

— Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték
előnyt jelent. – súlyszám: 4

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 3800 ml Na-gyobb
kapacitás előnyt jelent. – súlyszám: 4

— Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem- súlyszám: 4

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosást- súlysám: 4

Rész száma: 8

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 2,0 – 2,5 m2-membránfelületig, 60 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

— Beépített artériás filter előnyt jelent- súlysám: 3

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:300 ml A kisebb érték előnyt jelent- súlysám: 3

— Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték előnyt jelent- súlysám: 3

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 4500 ml Na-gyobb kapacitás előnyt jelent. – súlysám: 3

— Előnyt jelent, ha a Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oximodulról- súlysám: 3

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosást- súlysám: 3

Rész száma: 10

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 100 ml, előny az alacsonyabb érték- súlysám: 6

— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. – súlysám: 6

— Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosást- súlysám: 6

Rész száma: 11

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 190 ml, előny az alacsonyabb érték- súlysám: 6

— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. – súlysám: 6

— Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosást- súlysám: 6

Rész száma: 12

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume),ml,Maximum: 270 ml, előny az alacsonyabb érték- súlysám: 6

— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. – súlysám: 6

— Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmosást- súlysám: 6

A 3. és 9. sz. részek esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az értékelési szempont.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft.

Címe: 2314 Halásztelek , Óvoda u 7.

2.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

8. rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

Ajánlattevő megnevezése: Mediszer Kft.

Címe: 1037 Budapest, Bécsi út 267.

4.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

5.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

6.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft.

Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16.

3.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be megfelelő mennyiségű referenciát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M3) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel referencia hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. rész:

Neve: **Planmed Kft**

Címe: **1223 Budapest, Kistétény u. 16.**

1. rész: **16.629.600** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

2. rész:

Neve: **Medibis Kft**

Címe: **1126 Budapest, Szendrő utca 37/D.**

2. rész: **12.300.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

3. rész:

Neve: **MedlineS Kft**

Címe: **2314 Halásztelek , Óvoda u 7.**

3. rész: **24.675.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

4. rész:

Neve: **MedlineS Kft**

Címe: **2314 Halásztelek , Óvoda u 7.**

4. rész: **6.320.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

5. rész:

Neve: **ReplantMed Kft.**

Címe: **1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35**

5. rész: **5.710.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

6. rész:

Neve: **MedlineS Kft**

Címe: **2314 Halásztelek , Óvoda u 7.**

6. rész: **3.710.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a

felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

7. rész:

Neve: **Mediszer Kft.**

Címe: **1037 Budapest, Bécsi út 267.**

7. rész: **1.796.850** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

8. rész:

Neve: **Medibis Kft**

Címe: **1126 Budapest, Szendrő utca 37/D.**

8. rész: **902.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

9. rész:

Neve: **ReplantMed Kft.**

Címe: **1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35**

9. rész: **8.702.500** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

10. rész:

Neve: **ReplantMed Kft.**

Címe: **1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35**

10. rész: **276.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

12. rész:

Neve: **Planmed Kft**

Címe: **1223 Budapest, Kistétény u. 16.**

12. rész: **1.066.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. rész: **Planmed Kft (1123 Budapest, Kistétény u. 16.): műszaki-szakmai tanácsadás**

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. rész: **Planmed Kft (1123 Budapest, Kistétény u. 16.):**

Eurosets Srl Strada Statale 12 no 143 41036 Medolla (MO) Olaszország III.2.3 M3) pontja

7. rész: **Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.)**

Getinge Group SEE Spanskih Boraca 3 11000 Belgrade, Serbia III.2.3 M3) pontja

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2016.04.12**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2016.04.21**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2016.04.11**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2016.04.11**

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21.* Az összegezés javításának indoka:

22.* Az összegezés javításának időpontja:

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.