

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Postai cím: Haller út 29.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1096

Ország: Magyarország

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Adásvételi szerződés konszignációs raktár létesítésével oxigenátor és csőkészlet beszerzéséhez – azzal, hogy az előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő mínusz 30 %-kal eltérhet.

12 részben, 1854 db oxigenátor és csőkészlet, a B mellékletben megjelöltek szerint.
Becsült érték áfa nélkül: 75 878 140 HUF

3. A választott eljárás fajtája:

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 83. § szerinti nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Közzététel dátuma: 24/09/2015

Iktatószám: TED: **2015/S 185-335622**

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

1. rész: igen

5. rész: igen

9. rész: igen

2. rész: igen

6. rész: igen

10. rész: igen

3. rész: ~~igen~~ nem

7. rész: igen

11. rész: nem

4. rész: igen

8. rész: igen

12. rész: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

11. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

3. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ~~nem~~-igen

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 2 db

3. rész: 2 db

5. rész: 2 db

2. rész: 2 db

4. rész: 2 db

6. rész: 2 db

7. rész: 1 db

8. rész: 2 db

9. rész: 2 db

10. rész: 1 db

11. rész: 0 db

12. rész: 1 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1, Ajánlattevő megnevezése:

Medibis Kft.

Címe:

1126 Budapest, Szendrő utca 37/D.

Rész száma: 2

Elnevezés: 2,0 m²-2,5 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor

Nettó ajánlati összár: **12.300.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Beépített artériás filter előnyt jelent: **igen van beépített artériás filter** / nincs
- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 300 ml:
260 ml
- Hőcserélő kapacitás (Q_b=4 l /min, Q_w=10 l /min) Minimum 0,4: **0,7**
- Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt jelent) Min: 4500 ml: **4500 ml**
- Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, Max: 40 µm:
26 µm
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **igen/nem**
- Kezelhetőség előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmoszfért: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 8

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 2,0 - 2,5 m²-membránfelületig, 60 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **902.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Beépített artériás filter előnyt jelent: **igen van beépített artériás filter** / nincs
- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:300 ml: **260 ml**
- Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4: **0,7**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 4500 ml: **4500 ml**
- Előnyt jelent, ha a Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oximodulról: **igen/nem**
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmoszfért: igényel/**nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2, Ajánlattevő megnevezése:

MedlineS Kft.

Címe:

2314 Halásztelek , Óvoda u 7.

~~Rész száma: 3~~

~~Elnevezés: Csőkészlet Adult oxygenátorhoz Biocompatibilis bevonattal.~~

~~Nettó ajánlati összár: **24.675.000 Ft**~~

Rész száma: 4

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal: 0,2- 0,5 m² membránfelület, 0-7 tskg beteg részére BIOCOPATIBILIS BEVONATTAL

RENDELKEZŐ

Nettó ajánlati összár: **6.320.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 50 ml:
Ajánlott érték 43 ml
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 600 ml:
Ajánlott érték 1.100 ml
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 6

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric I., 0,8 m²-1,5 m² membránfelület 15 -40 tskg betegek részére

Nettó ajánlati összár: **3.710.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:175 ml: **Ajánlott érték 135 ml**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás - Minimum: 2500 ml:
Ajánlott érték 4.500 ml
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást: igényel / **nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

3. Ajánlattevő megnevezése:

ReplantMed Kft.

Címe:

1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.

Rész száma: 5

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant.: 0,5-0,8 m² membránfelület, 7-15 tskg beteg részére

Nettó ajánlati összár: **5.710.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 100 ml: **87 ml**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 1200 ml: **1500 ml**
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 9

Elnevezés: CSŐKÉSZLETEK ÚJSZÜLÖTT-CSECSEMŐ-GYERMEK OXIGENÁTORHOZ

Nettó ajánlati összár: **8.702.500 Ft**

Rész száma: 10

Elnevezés: ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen)

Neonatal-Infant: < 0,8m² membránfelület 0-15 tskg betegek részére

Nettó ajánlati összár: **276.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 100 ml: **90 ml**
- Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő: **5 nap**
- Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszféra: igényel/**nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

4, Ajánlattevő megnevezése:

Planmed Kft.

Címe:

1223 Budapest, Kistétény u. 16.

Rész száma: 1

Elnevezés: 1,8m²-2,0 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor.

Biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **16.629.600 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség(Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml: **220 ml**
- Hőcserélő kapacitás (Q_b=4 l /min, Q_w=10 l /min) Minimum 0,4: **0,58**
- Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Min: 3800 ml: **4500 ml**
- Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, Max: 40 µm: **40 µm**
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **Igen** / nem
- Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmoszféra.: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 9

Elnevezés: CSŐKÉSZLETEK ÚJSZÜLÖTT-CSECSEMŐ-GYERMEK OXIGENÁTORHOZ

Nettó ajánlati összár: **9.984.235 Ft**

Rész száma: 12

Elnevezés: ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen)

Adult < 2,5m² membránfelület 45 tskg-nál nagyobb betegek részére

Nettó ajánlati összár: **1.066.000 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume),ml,Maximum: 270 ml: **225 ml**
- Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő: **14 nap**

- Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmoszféra: igényel/**nem igényel**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

5. Ajánlattevő megnevezése: Mediszer Kft.
Címe: 1037 Budapest, Bécsi út 267.

Rész száma: 1
 Elnevezés: 1,8m²-2,0 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor.
 Biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **24.567.900 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség(Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml:
215 ml
- Hőcserélő kapacitás (Q_b=4 l /min, Q_w=10 l /min) Minimum 0,4: **0,8**
- Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Min: 3800 ml: **4200 ml**
- Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, Max: 40 µm: **40**
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **Igen** / nem
- Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmoszféra.: igényel / **nem igényel**

Rész száma: 7
 Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 1,8 - 2,0 m²-membránfelületig, 40 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

Nettó ajánlati összár: **1.796.850 Ft**

Szakmai szempontok:

- Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:250 ml: **215 ml**
- Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 : **0,8**
- Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 3800 ml: **4200 ml**
- Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról: **igen**/nem
- Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmoszféra: igényel / nem igényel–az ajánlat 27. oldalán került megjelölésre: nem igényel CO₂ atmoszféra

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1.rész	Súly- szám	Planmed Kft			Mediszer Kft		
		megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
1,8m ² -2,0 m ² membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor. Biocompatibilis bevonattal							
Ajánlati ár	100	16 629 600 Ft	10,000	1000,00	24 567 900 Ft	6,769	676,883

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség(Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml Az alacsonyabb érték előnyt jelent	3	220,00	9,773	29,32	215,00	10,000	30,000
— Hőcserélő kapacitás (Qb=4 l /min, Qw=10 l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt jelent	3	0,58	7,250	21,75	0,80	10,000	30,000
— Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt je-lent) Min: 3800 ml	3	4500,00	10,000	30,00	4200,00	9,333	28,000
— Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, kisebb érték előnyt, Max: 40 µm	3	40,00	10,000	30,00	40,00	10,000	30,000
— Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem	3	igen	10,000	30,00	igen	10,000	30,000
— Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO2 atmoszfért.	3	nem igényel	10,000	30,00	nem igényel	10,000	30,000
Összesen:				1171,07			854,883

2.rész	Medibis Kft			
	Súly- szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
2,0 m2-2,5 m2 membrán felületű felnőtt oxygenátor				
Ajánlati ár	100	12 300 000 Ft	10,000	1000,00
— Beépített artériás filter előnyt jelent	2	igen	10,000	20,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 300 ml Az alacsonyabb érték előnyt jelent	2	260	10,000	20,00
— Hőcserélő kapacitás (Qb=4 l /min, Qw=10 l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt jelent	2	0,7	10,000	20,00
— Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt jelent), ml, Min: 4500 ml	2	4 500	10,000	20,00
— Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, kisebb érték előnyt jelent Max: 40 µm	2	26	10,000	20,00
— Előnyt jelent ha a vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról	2	igen	10,000	20,00
— Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO2 atmoszfért.	2	nem igényel	10,000	20,00
Összesen:				1140,00

4.rész		MedlineS Kft		
	Súly- szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal: 0,2- 0,5 m2 membránfelület, 0-7 tskg beteg részére BIOCMPATIBILIS BEVONATTAL RENDELKE-ZŐ				
Ajánlati ár	100	6 320 000 Ft	10,000	1000,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 50 ml A kisebb érték előnyt jelent	6	43	10,000	60,00
— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 600 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent.	6	1 100	10,000	60,00
Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást	6	nem igényel	10,000	60,00
Összesen:				1180,00

5.rész		ReplantMed Kft		
	Súly- szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant.: 0,5-0,8 m2 membránfelület, 7-15 tskg beteg részére				
Ajánlati ár	100	5 710 000 Ft	10,000	1000,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 100 ml A kisebb érték előnyt jelent	6	87	10,000	60,00
— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 1200 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent	6	1 500	10,000	60,00
— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást	6	nem igényel	10,000	60,00
Összesen:				1180,00

6.rész		MedlineS Kft		
	Súly- szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
Újszülött— csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric I., 0,8 m2-1,5 m2 membránfelület 15 -40 tskg betegek részére				
Ajánlati ár	100	3 710 000 Ft	10,000	1000,00
Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 175 ml A kisebb érték előnyt jelent-	6	135	10,000	60,00
— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás – Minimum: 2500 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent.	6	4 500	10,000	60,00
— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást	6	nem igényel	10,000	60,00
Összesen:				1180,00

7.rész		Mediszer Kft		
Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 1,8 – 2,0 m ² - membránfelületig, 40 tskg-<, biocompatibilis bevonattal	Súly-szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	1 796 850 Ft	10,000	1000,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:250 ml A kisebb érték előnyt jelent	4	215,0	10,000	40,00
— Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték előnyt jelent	4	0,8	10,000	40,00
— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 3800 ml Na-gyobb kapacitás előnyt jelent.	4	4200,0	10,000	40,00
— Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem-	4	igen	10,000	40,00
— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást-	4	nem igényel	10,000	40,00
Összesen:				1200,00

8.rész		Medibis Kft		
Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 2,0 – 2,5 m ² - membránfelületig, 60 tskg-<, biocompatibilis bevonattal	Súly-szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám
Ajánlati ár	100	902 000 Ft	10,000	1000,00
— Beépített artériás filter előnyt jelent-	3	igen	10,000	30,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:300 ml A kisebb érték előnyt jelent-	3	260,0	10,000	30,00
— Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték előnyt jelent	3	0,7	10,000	30,00
— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 4500 ml Nagyobb kapacitás előnyt jelent.	3	4500,0	10,000	30,00
— Előnyt jelent, ha a Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oximodulról	3	igen	10,000	30,00
— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 átmosást-	3	nem igényel	10,000	30,00
Összesen:				1180,00

10.rész		ReplantMed Kft		
ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen) Neonatal-Infant: < 0,8m ² membránfelület 0-15 tskg betegek részére.	Súly-szám	megajánlott érték összesen	pontszám	súlyozott pontszám

Ajánlati ár	100	276 000 Ft	10,000	1000,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 100 ml, előny az alacsonyabb érték	6	90	10,000	60,00
— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő.	6	5	10,000	60,00
— Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszfért-	6	nem igényel	10,000	60,00
Összesen:				1180,00

11.rész				
ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen) Pediatric: < 1,5m ² membránfelület 15-45 tskg betegek részére.	Súlyszám		NEM ÉRKEZETT AJÁNLAT	
Ajánlati ár	100			
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 190 ml, előny az alacsonyabb érték	6			
— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő	6			
— Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszfért-	6			
Összesen:				0,00

12.rész		Planmed Kft		
ECMO-hoz Membrán oxigenátor (minimum 5 nap oxigenizálásra legyen alkalmas, BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL rendelkezzen) Adult < 2,5m ² membránfelület 45 tskg-nál nagyobb betegek részére.	Súlyszám			
Ajánlati ár	100	1 066 000 Ft	10,000	1000,00
— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume),ml,Maximum: 270 ml, előny az alacsonyabb érték-	6	225	10,000	60,00
— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő	6	14	10,000	60,00
Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszfért	6	nem igényel	10,000	60,00
Összesen:				1180,00

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerint tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

A 3. és 9. sz. részek esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az értékelési szempont

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

A) Az ajánlatok részszerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámok közötti pontszámot:

Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában:

1. Ajánlati ár:

Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze.

A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra: $A = (A_{min} / A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: A : a kapott pontszám, A_{min} : a legalacsonyabb érték, A_a :

Az adott pályázó által megajánlott érték.

Súlyszám: 100

2. Szakmai szempontok

ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb, az alábbi képlettel számol Ajánlatkérő:

$P = (P_{min} / P_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$.

Ahol: P : a kapott pontszám.

P_{min} : a legalacsonyabb érték.

P_a : az adott pályázó által ajánlott érték.

Azoknál a szakmai bírálati szempontoknál, ahol a magasabb érték a kedvezőbb:

$P = (P_a / P_{max}) \times 10 \times \text{súlyszám}$.

Ahol: P : a számított pontszám.

P_a : az adott pályázó által kapott pontok száma.

P_{max} : az adható pontszám maximuma.

Igen/nem válasz esetén abszolút értékelés: igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont. Az „előnyt jelent ha nem igényel CO2 átmosást” szempont esetében az igényel CO2 átmosást az 1, a nem igényel CO2 átmosást a 10 pontot kapja.

Műszaki szempontok, súlyszám: az alább megjelöltek szerint

Rész száma: 1

Elnevezés: 1,8m²-2,0 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor Gravitációs oxygenátor.

Biocompatibilis bevonattal

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 250 ml Az alacsonyabb érték előnyt jelent – súlyszám: 3

— Hőcserélő kapacitás ($Q_b=4$ l /min, $Q_w=10$ l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt jelent- súlyszám: 3

— Vénás / kardiotoriás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb kapacitás előnyt jelent) Min: 3800 ml- súlyszám: 3

— Integrált kardiotoriás tartály filtere 20 – 40 μ m közötti legyen, kisebb érték előnyt, Max: 40 μ m – súlyszám: 3

— Vénás / kardiotoriás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem- súlyszám: 3

— Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO2 átmosást. – súlyszám: 3

Rész száma: 2

Elnevezés: 2,0 m²-2,5 m² membrán felületű felnőtt oxygenátor

— Beépített artériás filter előnyt jelent- súlyszám: 2

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (Static Priming Volume,ml) Max: 300 ml-
súlyszám: 2

Az alacsonyabb érték előnyt jelent

— Hőcserélő kapacitás (Q_b=4 l /min, Q_w=10 l /min) Minimum 0,4 A magasabb érték előnyt
jelent – súlyszám: 2

— Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (nagyobb ka-pacitás előnyt
jelent), ml, Min: 4500 ml- súlyszám: 2

— Integrált kardiotómiás tartály filtere 20 – 40 µm közötti legyen, kisebb érték előnyt jelent
Max: 40 µm- súlyszám: 2

— Előnyt jelent ha a vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról- súlyszám: 2

— Kezelhetőség: előnyt jelent ha nem igényel CO₂ atmosást. – súlyszám: 2

Rész száma: 4

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal: 0,2- 0,5 m²
membránfelület, 0-7 tskg beteg részére BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL

RENDELKEZŐ

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 50 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 6

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 600 ml Nagyobb kapacitás
előnyt jelent. – súlyszám: 6

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást- súlyszám: 6

Rész száma: 5

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant.: 0,5-0,8 m²
membránfelület, 7-15 tskg beteg részére

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum: 100 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 6

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 1200 ml Na-gyobb
kapacitás előnyt jelent- súlyszám: 6

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást. – súlyszám: 6

Rész száma: 6

Elnevezés: Újszülött— csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric I., 0,8 m²-
1,5 m² membránfelület 15 -40 tskg betegek részére

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:175 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 6

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás – Minimum: 2500 ml Na-gyobb
kapacitás előnyt jelent. – súlyszám: 6

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO₂ atmosást- súlyszám: 6

Rész száma: 7

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 1,8 – 2,0 m²-
membránfelületig, 40 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:250 ml A kisebb
érték előnyt jelent- súlyszám: 4

— Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték
előnyt jelent. – súlyszám: 4

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 3800 ml Na-gyobb
kapacitás előnyt jelent. – súlyszám: 4

— Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oxymodulról Igen / nem- súlyszám: 4

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszféra- súlysúlyszám: 4

Rész száma: 8

Elnevezés: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Adult: 2,0 – 2,5 m²-membránfelületig, 60 tskg-<, biocompatibilis bevonattal

— Beépített artériás filter előnyt jelent- súlysúlyszám: 3

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume) Maximum:300 ml A kisebb érték előnyt jelent- súlysúlyszám: 3

— Hőcserélő teljesítmény (heat exchanger performance) Minimum: 0,4 A nagyobb érték előnyt jelent- súlysúlyszám: 3

— Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum: 4500 ml Na-gyobb kapacitás előnyt jelent. – súlysúlyszám: 3

— Előnyt jelent, ha a Vénás / kardiotómiás tartály leválasztható az oximodulról- súlysúlyszám: 3

— Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszféra- súlysúlyszám: 3

Rész száma: 10

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 100 ml, előny az alacsonyabb érték- súlysúlyszám: 6

— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. – súlysúlyszám: 6

— Kezelhetőség, Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszféra- súlysúlyszám: 6

Rész száma: 11

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume), ml, Maximum: 190 ml, előny az alacsonyabb érték- súlysúlyszám: 6

— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. – súlysúlyszám: 6

— Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszféra- súlysúlyszám: 6

Rész száma: 12

— Statikus feltöltő folyadékmennyiség (static priming volume),ml,Maximum: 270 ml, előny az alacsonyabb érték- súlysúlyszám: 6

— Oxigenizálásra alkalmas idő,nap,Minimum: 5 nap,Előnyt jelent a hosszabb idő. – súlysúlyszám: 6

— Kezelhetőség,Előnyt jelent, ha nem igényel CO2 atmoszféra- súlysúlyszám: 6

A 3. és 9. sz. részek esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az értékelési szempont.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő megnevezése: MedlineS Kft.

Címe: 2314 Halásztelek , Óvoda u 7.

2.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

3.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be az ajánlati felhívás III.2.3.M3) pontja alapján a 3. sz. rész vonatkozásában olyan tartalmú referencia igazolást melyben szerepel a leszállított termék cikkszama, továbbá, az ajánlati felhívás VI.3.S) pontja alapján a 3. sz. részre megajánlott termék gyártójának nyilatkozatát arról, hogy jogosult a terméket forgalmazni, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára.

8. rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

Ajánlattevő megnevezése: Mediszer Kft.

Címe: 1037 Budapest, Bécsi út 267.

4.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

5.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

6.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be termékmintát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M1) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pontja alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel termékminta hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

Ajánlattevő megnevezése: Planmed Kft.

Címe: 1223 Budapest, Kistétény u. 16.

3.rész:

Érvénytelenség indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be megfelelő mennyiségű referenciát, melynek benyújtását az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek M3) pontja írta elő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, ezért ajánlata az adott rész vonatkozásában érvénytelen,

figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára, mivel referencia hiányában az alkalmasság/alkalmatlanság nem állapítható meg.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. rész:

Neve: **Planmed Kft**

Címe: **1223 Budapest, Kistétény u. 16.**

1. rész: **16.629.600** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

2. rész:

Neve: **Medibis Kft**

Címe: **1126 Budapest, Szendrő utca 37/D.**

2. rész: **12.300.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

3. rész:

Neve: ~~MedlineS Kft~~

Címe: ~~2314 Halásztelek, Óvoda u 7.~~

3. rész: ~~24.675.000~~ nettó Ft

~~Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.~~

4. rész:

Neve: **MedlineS Kft**

Címe: **2314 Halásztelek, Óvoda u 7.**

4. rész: **6.320.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

5. rész:

Neve: **ReplantMed Kft.**

Címe: **1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35**

5. rész: **5.710.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

6. rész:

Neve: **MedlineS Kft**

Címe: **2314 Halásztelek , Óvoda u 7.**

6. rész: **3.710.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

7. rész:

Neve: **Mediszer Kft.**

Címe: **1037 Budapest, Bécsi út 267.**

7. rész: **1.796.850** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

8. rész:

Neve: **Medibis Kft**

Címe: **1126 Budapest, Szendrő utca 37/D.**

8. rész: **902.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

9. rész:

Neve: **ReplantMed Kft.**

Címe: **1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35**

9. rész: **8.702.500** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

10. rész:

Neve: **ReplantMed Kft.**

Címe: **1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35**

10. rész: **276.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

12. rész:

Neve: **Planmed Kft**

Címe: **1223 Budapest, Kistétény u. 16.**

12. rész: **1.066.000** nettó Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. rész: **Planmed Kft (1123 Budapest, Kistétény u. 16.): műszaki-szakmai tanácsadás**

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. rész: **Planmed Kft (1123 Budapest, Kistétény u. 16.):**

Eurosets Srl Strada Statale 12 no 143 41036 Medolla (MO) Olaszország III.2.3 M3) pontja

7. rész: **Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.)**

Getinge Group SEE Spanskih Boraca 3 11000 Belgrade, Serbia III.2.3 M3) pontja

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2016.04.12 a 3. sz. rész vonatkozásában: 2016. április 29.**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2016.04.21 a 3. sz. rész vonatkozásában: 2016. május 8.**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2016.04.11**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2016.04.11**

18.* Az összegezés módosításának indoka: **A 3. sz. rész vonatkozásában a Planmed Kft. előzetes vitarendezést kezdeményezett, melynek eredményeként a fent részletezett indokok miatt került az összegezés módosításra.**

19.* Az összegezés módosításának időpontja: **2016. április 28.**

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: **2016. április 28.**

21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
- 24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.