

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Postai cím: Haller út 29.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1096

Ország: Magyarország

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével.

Adásvételi szerződés kihelyezett áruraktár létesítésével elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzéséhez – azzal, hogy az előírt mennyiségektől – az egységár vagy másszerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő mínusz 30 %-kal eltérhet.

(Kihelyezett áruraktár feltételei: ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére. Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a kihelyezett áruraktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, ennek hiányában ajánlatuk érvénytelen, valamint arról, hogy az adásvételi és a raktározási szerződés egymáselválaszthatatlan részei.)

41 részben összesen 4 665 db eszköz beszerzése, a B mellékletekben és a dokumentáció részét képező specifikáció szerint.

A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 486 474 300 HUF; ebből az EFI keret: nettó 422 610 900 HUF. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezet csoportosítson át az egyes részek között.

3. A választott eljárás fajtája:

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 83. § szerinti nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Közzététel dátuma: 2015.10.23.

Iktatószám: TED: 2015/S 206-373604

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

1. rész: nem	10. rész: igen	19. rész: igen
2. rész: igen	11. rész: igen	20. rész: igen
3. rész: nem	12. rész: igen	21. rész: nem
4. rész: igen	13. rész: igen	22. rész: igen
5. rész: igen	14. rész: igen	23. rész: nem
6. rész: igen	15. rész: nem	24. rész: igen
7. rész: igen	16. rész: igen	25. rész: igen
8. rész: nem	17. rész: nem	26. rész: igen
9. rész: igen	18. rész: nem	27. rész: igen

28. rész: igen	33. rész: nem	38. rész: igen
29. rész: igen	34. rész: igen	39. rész: igen
30. rész: igen	35. rész: nem	40. rész: igen
31. rész: igen	36. rész: igen	41. rész: igen
32. rész: igen	37. rész: igen	

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

1. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

3. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

8. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

15. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

17. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

18. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

21. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

23. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

33. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

35. rész: a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménytelen, mert az adott rész vonatkozásában nem nyújtottak be ajánlatot

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 0 db	15. rész: 0 db	29. rész: 3 db
2. rész: 4 db	16. rész: 1 db	30. rész: 1 db
3. rész: 0 db	17. rész: 0 db	31. rész: 1 db
4. rész: 1 db	18. rész: 0 db	32. rész: 1 db
5. rész: 2 db	19. rész: 1 db	33. rész: 0 db
6. rész: 2 db	20. rész: 2 db	34. rész: 1 db
7. rész: 1 db	21. rész: 0 db	35. rész: 0 db
8. rész: 0 db	22. rész: 1 db	36. rész: 1 db
9. rész: 2 db	23. rész: 0 db	37. rész: 1 db
10. rész: 1 db	24. rész: 1 db	38. rész: 1 db
11. rész: 1 db	25. rész: 2 db	39. rész: 1 db
12. rész: 1 db	26. rész: 2 db	40. rész: 1 db
13. rész: 1 db	27. rész: 2 db	41. rész: 1 db
14. rész: 1 db	28. rész: 1 db	

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1, Ajánlattevő megnevezése: **Medtronic Hungária Kft.**
Címe: **1123 Budapest, Alkotás u. 50.**

Rész sorszáma	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
2	9.915.000	minimum 3 elérhető görbület	<u>igen</u> - nem
9	3.025.000	választható görbületek (A-E)	<u>igen</u> - nem
10	12.875.000	1) reverzibilis (fagyasztásos) lézió kialakítására alkalmas 2) változó görbület	1) <u>igen</u> - nem 2) <u>igen</u> - nem
11	54.120.000	1) reverzibilis (fagyasztásos) lézió kialakítására alkalmas 2) választható ballonméret	1) <u>igen</u> - nem – 2) <u>igen</u> - nem
12	2.400.000	cryoablációs rendszerhez kompatibilis	<u>igen</u> - nem
13	10.935.000	1)Elérhető átmérők: 15 és 20mm 2)forgatható shaft 3) elektródák száma 8	1) <u>igen</u> - nem 2) <u>igen</u> - nem 3) <u>igen</u> - nem
27	1.275.000	---	---
28	102.000	---	---

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2, Ajánlattevő megnevezése: **Biotronik Hungária Kft.**
Címe: **1025 Budapest, Fajd u 2/b**

Rész sorszáma	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
2	4.821.400	minimum 3 elérhető görbület	<u>igen</u> - nem
5	11.175.000	Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)	<u>igen</u> - nem

Rész sorszám a	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
7	6.200.000	Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)	<u>Igen</u> -nem
14	2.340.000	1)Speciálisan kialakított üvegszálal nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel 2)3,5 mm-res katétervég 3)220°-os görbíthetőség	1) <u>igen</u> - nem 2) <u>igen</u> - nem 3) <u>igen</u> - nem
19	1.610.000	1) 2-5-2 elektróda távolság 2) nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború)	1) <u>igen</u> - nem 2) <u>igen</u> - nem
24	14.079.000	1) 2-8-2 elektróda távolság 2) atraumatikus soft tip kiképzés 3) görbület fixálhatóság	<u>igen</u> - nem <u>igen</u> - nem <u>igen</u> - nem

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

3, Ajánlattevő megnevezése: Medtech Kft.
Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a

Rész sorszám a	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
26	14.400.000	---	---
29	2.340.000	180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság	<u>igen</u> - nem

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

4. Ajánlattevő megnevezése: Variomedic Kft.**Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4.**

Rész sorszám a	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
16	5.343.150	2-6-2 mm és 2-5-2 mm elektródátávolságok megléte	<u>igen</u> - nem
20	5.406.750	minimum egy elérhető F méret	5 db elérhető F méret
22	4.052.250	minimum egy elérhető F méret	5 db elérhető F méret

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

5. Ajánlattevő megnevezése: St. Jude Medical Kft.**Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.**

Rész sorszám a	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
2	5.792.000	minimum 3 elérhető görbület	<u>igen</u> - nem
5	9.732.000	Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)	<u>igen</u> - nem
9	1.320.000	választható görbületek (A-E)	<u>igen</u> - nem
20	6.080.000	minimum egy elérhető F méret	3 db elérhető F méret
25	1.600.000	---	---
26	16.000.000	---	---
27	1.200.000	---	---
29	2.560.000	180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság	<u>igen</u> - nem
31	260.000	1) görbületek száma 2) hossz méretek száma	1) 11 db görbület 2) 2 db hosszúság
32	13.000.000	1) hossz 62 cm 2) irrigációs lyukak megléte	1) igen - <u>nem</u> 2) <u>igen</u> - nem

Rész sorszám a	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
34	4.860.000	1) széles méretprofil 2) „cross-cut” technológia	1) <u>igen</u> - nem 2) <u>igen</u> - nem
41	14.625.000	kompatibilitás NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel	<u>igen</u> - nem

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

6. Ajánlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft.
Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

Rész sorszám a	Nettó ajánlati összár HUF-ban megadva	Szakmai szempontok	Ajánlott paraméterek – kérjük aláhúzni vagy az ajánlott paramétert megadni
2	5.041.600	minimum 3 elérhető görbület	<u>igen</u> - nem
4	5.200.000	1) minimum 4 elérhető görbület 2) 2-5-2 elektróda kiosztás	1) <u>igen</u> - nem 2) <u>igen</u> - nem
6	3.421.000	kompatibilitás pumпасzerelék biztosítása	<u>igen</u> - nem
25	1.640.000	---	---
29	1.860.000	180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság	<u>igen</u> - nem
30	5.500.000	UH generátorral kompatibilis	<u>igen</u> - nem
36	56.250.000	kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, mely képes a szöveti nyomóerő megjelenítésére	<u>igen</u> - nem
37	16.150.000	kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai rendszerrel	<u>igen</u> - nem
38	4.100.000	kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	<u>igen</u> - nem
39	42.300.000	kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	<u>igen</u> - nem
40	18.200.000	kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	<u>igen</u> - nem

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

2. sz. rész	Súlyszám	Medtronic Hungária Kft.			Biotronik Hungária Kft.			St. Jude Medical Kft.			Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
7F, B, D-F-görbülettel, mozgatható, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott katétervég													
Ajánlati ár	20	9 915 000	4,863	97,255	4 821 400	10,000	200,000	5 792 000	8,324	166,485	5 041 600	9,563	191,265
minimum elérhető 3 görbület	10	igen	10,000	100,000	igen	10,000	100,000	igen	10,000	100,000	igen	10,000	100,000
2. sz. rész összpontszáma				197,255			300,000			266,485			291,265

4. sz. rész	Súlyszám	Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
7 vagy 8 F 4 mm-es tip elektródával rendelkező SmartAblate ablációs generátorral kompatibilis ablációs katéter.				
Ajánlati ár	20	5 200 000	10,000	200,000
minimum 4 elérhető görbület	3	igen	10,000	30,000
2-5-2- elektróda kiosztás	7	igen	10,000	70,000
4. sz. rész összpontszáma				300,000

5. sz. rész	Súlyszám	Biotronik Hungária Kft.			St. Jude Medical Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
7F, B-F-görbülettel, speciálisan kiképzett, mély szöveti hatású külső hűtéses rend-szerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel,							
Ajánlati ár	20	11 175 000	8,709	174,174	9 732 000	10,000	200,000
Azonos körülmények között P1r elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)	10	igen	10,000	100,000	nem	1,000	10,000
5. sz. rész összpontszáma				274,174			210,000

6. sz. rész	Súlyszám	Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
7F, speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel				
Ajánlati ár	20	3 421 000	10,000	200,000
kompatibilis pumaszerelék biztosítása	10	igen	10,000	100,000
6. sz. rész összpontszáma				300,000

7. sz. rész		Biotronik Hungária Kft.		
	Súly- szám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pont- szám	Súlyozott pontszám
7F külső átmérőjű egy irányban állítható görbületű, négypólusú thermocouple ér-zékelővel ellátott, speciálisan kialakított mélyszöveti hatású véggel (nem hűtött fejű), speciálisan pitvari fluttern ablációhoz kialakított, többszörösen erősített szár rüsszel (a fonatosan erősített szárrészen felül), ablációs elektrofiziológiai katéter (B,D,F görbuletekkel).				
Ajánlati ár	10	6 200 000	10,000	200,000
Azonos körülmények között Ptlr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)	10	igen	10,000	100,000
7. sz. rész összpontszáma				300,000

9. sz. rész		Medtronic Hungária Kft.			St. Jude Medical Kft.		
	Súly- szám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pont- szám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pont- szám	Súlyozot t pontszá m
5F, mozgatható katéter fejű, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott ablációs katéter speciális gyermekablációkhoz							
Ajánlati ár	20	3 025 000	4,364	87,273	1 320 000	10,000	200,000
választható görbuletek (A-E)	10	igen	10,000	100,000	igen	10,000	100,000
9. sz. rész összpontszáma				187,273			300,000

10. sz. rész		Medtronic Hungária Kft.		
	Súly- szám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pont- szám	Súlyozott pontszám
ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára				
Ajánlati ár	20	12 875 000	10,000	200,000
reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas	7	igen	10,000	70,000
változó görbület	3	igen	10,000	30,000
10. sz. rész összpontszáma				300,000

11. sz. rész		Medtronic Hungária Kft.		
	Súly- szám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pont- szám	Súlyozott pontszám
Pitvarfibrilláció biztonságos kezelésére kialakított 28 mm-es ballonablációs katé-ter a hozzátartozó mozgatható sheath-tel és gázumbilicalis összekötővel (minden 10 db 28 mm-es ballonhoz 1 db 23 mm-es ballonkatéter és tartozékai megajánlása csomagban kötelező)				
Ajánlati ár	20	54 120 000	10,000	200,000
reverzibilis (fagyasztásos) lézio kialakítására alkalmas	7	igen	10,000	70,000
választható ballonméret	3	igen	10,000	30,000
11. sz. rész összpontszáma				300,000

12. sz. rész		Medtronic Hungária Kft.		
	Súly- szám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pont- szám	Súlyozott pontszám
Gázpalack a cryoablációs rendszerhez				
Ajánlati ár	20	2 400 000	10,000	200,000
cryoablációs rendszerhez kompatibilis	10	igen	10,000	100,000
12. sz. rész összpontszáma				300,000

13. sz. rész		Medtronic Hungária Kft.			
Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Arctic Front cryoablációs katéterrel kompatibilis, 165 cm hosszú, 3,3 F vastagságú, pulmonális véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus mapping katéter	
				Ajánlati ár	20
Elérhető átmérők: 15 és 20mm	3	igen	10,000	30,000	
forgatható shaft	4	igen	10,000	40,000	
elektródák száma 8	3	igen	10,000	30,000	
13. sz. rész összpontszáma				300,000	

14. sz. rész		Biotronik Hungária Kft.			
Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Speciálisan a laterális és axiális nyomóerő folyamatos idejű megjelenítésére alkalmas, nem bidirekcionális, folyadékűtésű 7Fr külső átmérőjű 100-130 cm hosszúságú terápiás katéter	
				Ajánlati ár	20
Speciálisan kialakított üvegszálas nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel	5	igen	10,000	50,000	
3,5 mm-res katétervég	2	igen	10,000	20,000	
220°-os görbithetőség	3	igen	10,000	30,000	
14. sz. rész összpontszáma				300,000	

Diagnosztikus katéterek és összekötők

Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek

16. sz. rész		Variomedic Kft.			
Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	6F, 110 cm-res mozgatható, unidirekcionális decapolaris, 2-5-2 és 2-6-2 mm elektródátávolsággal femoralis behatolásra	
				Ajánlati ár	20
2-6-2 mm és 2-5-2 mm elektródátávolságok megléte	10	igen	10,000	100,000	
16. sz. rész összpontszáma				300,000	

Quadripoláris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

19. sz. rész		Biotronik Hungária Kft.			
Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	5 illetve 6F, Josephson és Cournard görbülettel, quadripoláris, diagnosztikus katéter	
				Ajánlati ár	20
2-5-2 elektróda távolság	2	igen	10,000	20,000	
nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború)	8	igen	10,000	80,000	
19. sz. rész összpontszáma				300,000	

20. sz. rész		Variomedic Kft.			St. Jude Medical Kft.			
Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	5F, Josephson és Cournard görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripoláris, diagnosztikus katéter	
							Ajánlati ár	20
minimum egy elérhető F méret	10	5	10,000	100,000	3	6,000	60,000	
20. sz. rész összpontszáma			300,000				237,854	

22. sz. rész	Variomedic Kft.			
	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
5Fr, 4 pólusú, Josephson és Damato görbületű, kifejezetten puha végű, kisgyermek elektrofiziológiai vizsgálatára alkalmas diagnosztikai katéter				
Ajánlati ár	20	4 052 250	10,000	200,000
minimum egy elérhető F méret	10	5	10,000	100,000
22. sz. rész összpontszáma				300,000

Multipoláris diagnosztikus elektródatételek és összekötő kábel

24. sz. rész	Biotronik Hungária Kft.			
	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
6F, mozgatható diagnosztikus katéter multipoláris (legalább 18 pólusú) görbülettel, pitvari flattern térképezésére				
Ajánlati ár	20	14 079 000	10,000	200,000
2-8-2 elektróda távolság	1	igen	10,000	10,000
atraumatikus soft tip kiképzés	8	igen	10,000	80,000
görcsület fixálhatóság	1	igen	10,000	10,000
24. sz. rész összpontszáma				300,000

29. sz. rész	Súlyszám	Medtech Kft.			St. Jude Medical Kft.			Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
legalább 8 F vastagságú, soft tip, mozgatható végű sheath a bal pitvarban történő térképezés és abláció támogatásához										
Ajánlati ár	20	2 340 000	7,949	158,974	2 560 000	7,266	145,313	1 860 000	10,000	200,000
180-90 fokos bidirectionalis mozgathatóság	10	igen	10,000	100,000	igen	10,000	100,000	igen	10,000	100,000
29. sz. rész összpontszáma				258,974			245,313			300,000

Intracardialis ultrahang katéterek

30. sz. rész	Johnson & Johnson Kft.			
	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
Intracardialis ultrahang katéter, hajlítható végű, Doppler kapacitással				
Ajánlati ár	20	5 500 000	10,000	200,000
UH generátorral kompatibilis	10	igen	10,000	100,000
30. sz. rész összpontszáma				300,000

Vaszkularis sheath-ek ablációs katéter stabilizálására

31. sz. rész	St. Jude Medical Kft.			
	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a tricuspidalis annulus térképezéséhez				
Ajánlati ár	20	260 000	10,000	200,000
görcsületek száma	5	11	10,000	50,000
hosszméretetek száma	5	2	10,000	50,000
31. sz. rész összpontszáma				300,000

32. sz. rész	St. Jude Medical Kft.			
	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a mitralis annulus térképezéséhez				

Ajánlati ár	20	13 000 000	10,000	200,000
hossz 62 cm	5	nem	1,000	5,000
irrigációs lyukak meléte	5	igen	10,000	50,000
32. sz. rész összpontszáma				255,000

Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra

34. sz. rész	Súlyszám	St. Jude Medical Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
5-13 F, dilatátorral, 0.038' méretű, rövid vezetővel ellátott, több mint 10 cm hosszú, teljes hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendel-kező				
Ajánlati ár	20	4 860 000	10,000	200,000
szécs méretprofil	2	igen	10,000	20,000
"cross-cut" technológia	8	igen	10,000	80,000
34. sz. rész összpontszáma				300,000

Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

36. sz. rész	Súlyszám	Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti nyomóerőt megjeleníteni tudó, mágneses szenzorral ellátott katéter, irrigációs szerelékekkel együtt.				
Ajánlati ár	20	56 250 000	10,000	200,000
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, mely képes a szöveti nyomóerő megjelenítésére	10	igen	10,000	100,000
36. sz. rész összpontszáma				300,000

37. sz. rész	Súlyszám	Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
7 F, 10 vagy 20 pólusú, mágneses szenzorral ellátott circuláris mapping katéter, amely alkal-mas FAM és MEM térképezéséhez				
Ajánlati ár	20	16 150 000	10,000	200,000
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	10	igen	10,000	100,000
37. sz. rész összpontszáma				300,000

38. sz. rész	Súlyszám	Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
Mágneses szenzorral ellátott, 5 ágú, 20 pólusú multielektrodos mapping diagnosztikus katéter, amely alkal-mas FAM és MEM térképezéshez				
Ajánlati ár	20	4 100 000	10,000	200,000
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	10	igen	10,000	100,000
38. sz. rész összpontszáma				300,000

39. sz. rész	Súlyszám	Johnson & Johnson Kft.		
		Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elktromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejú katétervéggel és irrigációs pumpaszerelekekkel				
Ajánlati ár	20	42 300 000	10,000	200,000
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	10	igen	10,000	100,000
39. sz. rész összpontszáma				300,000

40. sz. rész		Johnson & Johnson Kft.		
Referencia elektróda	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	20	18 200 000	10,000	200,000
kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel	10	igen	10,000	100,000
40. sz. rész összpontszáma				300,000

41. sz. rész		St. Jude Medical Kft.		
Referencia elektróda	Súlyszám	Ajánlat nettó Ft összesen	Pontszám	Súlyozott pontszám
Ajánlati ár	20	14 625 000	10,000	200,000
kompatibilitás NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel	10	igen	10,000	100,000
41. sz. rész összpontszáma				300,000

A 25.-28. sz. részek vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az értékelési szempont.

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

a.

A 25.-28. sz. részeken kívüli részek vonatkozásában az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az ajánlatok értékelési szempontja. Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Valamennyi részre tett ajánlat vonatkozásában:

1. Ajánlati ár - súlyszám: 20

Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze.

A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra: $A = (A_{min} / A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: A: a kapott pontszám, A_{min} : a legalacsonyabb érték, A_a : Az adott pályázó által megajánlott érték.

2. Szakmai szempontok értékelése, az egyes alább megjelölt részek vonatkozásában:

- abszolút értékelési módszer: igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont, majd a pontok felszorozásra kerülnek a súlyszámmal,

- értékarányosítás módszere:

* Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: $A = (A_{min} / A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: A: a kapott pontszám, A_{min} : a legalacsonyabb érték, A_a : az adott pályázó által megajánlott érték

* Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: $B = (B_a / B_{max}) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: B: a számított pontszám, B_a : az adott pályázó által adott érték, B_{max} : a legmagasabb érték

Rész sorszáma/ Megnevezés/ Szakmai szempontok/ Ajánlott paraméterek/ Megjegyzés/
Súlyszám

Elektrofiziológiai és ablációs katéterek, összekötők és ablációs tartozékok

1.rész: 7F, Pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben - mozgatható, plusz aszimmetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű ablációs katéter.

Szakmai szempontok

1)válsztható puhább/keményebb distalis shaft megléte

igen - nem

Súlyszám 3

2) bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség

igen - nem

Súlyszám 2

3)bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikro mozgásra alkalmas

igen - nem

Súlyszám 3

4) legalább három görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte

igen - nem

Súlyszám 2

2.rész: 7F, B, D-F-görbülettel, mozgatható, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott katétervég

minimum 3 elérhető görbület

igen - nem

Súlyszám 10

3.rész: 7 F,A, B, D, F görbülettel, mozgatható, quadripolaris, braided tip katéter fejjel,thermocouple érzékelővel ellátott katétervég

1) minimum 4 elérhető görbület

igen - nem

Súlyszám 3

2) 1-7-4 elektróda kiosztás

igen - nem

Súlyszám 7

4.rész:

7 vagy 8 F 4 mm-es tip elektródával rendelkező SmartAblate ablációs generátorral kompatibilis ablációs katéter.

Szakmai szempontok

1) minimum 4 elérhető görbület

igen - nem

Súlyszám :3

2) 2-5-2 elektróda kiosztás

igen - nem

Súlyszám :7

5.rész: 7F, B-F-görbülettel, speciálisan kiképzett, mély szöveti hatású külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel,
Szakmai szempontok

Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)

igen - nem

Súlyszám :10

6.rész

7F, speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter és irrigációs pumpa szerelék, thermocouple érzékelővel ellátott katétervéggel

Szakmai szempontok

kompatibilitás pumpaszerezlek biztosítása

igen - nem

Súlyszám :

10

7.rész: 7F külső átmérőjű egy irányban állítható görbületű, négypólusú thermocouple érzékelővel ellátott, speciálisan kialakított mélyszöveti hatású véggel (nem hűtött fejű), speciálisan pitvari flutter ablációhoz kialakított, többszörösen erősített szár résszel (a fonatosan erősített szárrészen felül), ablációs elektrofiziológiai katéter (B,D,F görbületekkel).

Szakmai szempontok

Azonos körülmények között PtIr elektródával összehasonlítva mélyebb szöveti hatás elérése (A megadott szakmai szempontok igazolására a megajánlott technológiára vonatkozó, a megajánlott termékkel végzett vizsgálatot és eredményeit csatolni kell.)

Igen-nem válasz

Súlyszám :

10

8.rész:

8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben - mozgatható, plusz aszimmetrikusgörbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablációs kezelésre, speciális, 8-10 mm-es végű ablációs katéter

Szakmai szempontok

1)150W magas energia kompatibilitás

igen - nem

Súlyszám:7

2) bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség;

igen - nem

Súlyszám:1

3) bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása

igen - nem

Súlyszám:1

4) választható 10 mm-es tip méret

igen - nem

Súlyszám:1

9.rész: 5F, mozgatható katéter fejű, quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott ablációs katéter speciális gyermekablációkhoz

Szakmai szempontok

választható görbületek (A-E)

igen - nem

Súlyszám:10

10.rész: ablációs katéter parahis lokalizációjú aritmia szubsztratum ablációjára

Szakmai szempontok

1) reverzibilis (fagyasztásos) lézió kialakítására alkalmas

igen - nem

Súlyszám: 7

2) változó görbület

igen - nem

Súlyszám: 3

11. rész:

Pitvarfibrilláció biztonságos kezelésére kialakított 28 mm-res ballonablációs katéter a hozzátartozó mozgatható sheath-tel és gázumbilicalis összekötővel (minden 10 db 28 mm-res ballonhoz 1 db 23 mm-res ballonkatéter és tartozékai megajánlása csomagban kötelező)

Szakmai szempontok

1) reverzibilis (fagyasztásos) lézió kialakítására alkalmas

igen - nem

Súlyszám: 7

2) választható ballonméret

igen - nem

Súlyszám: 3

12.rész

Gázpalack a cryoablációs rendszerhez

Szakmai szempontok

cryoablációs rendszerhez kompatibilis

igen - nem

súlyszám: 10

13.rész

Arctic Front cryoablációs katéterrel kompatibilis, 165 cm hosszú, 3,3 F vastagságú, pulmonális véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus mapping katéter

Szakmai szempontok

1)Elérhető átmérők: 15 és 20mm

igen - nem

Súlyszám:3

2)forgatható shaft

igen - nem

Súlyszám:4

3) elektródák száma 8

igen - nem

Súlyszám:3

14.rész:

Speciálisan a laterális és axiális nyomóerő folyamatos idejű megjelenítésére alkalmas, nem bi-direkcionális, folyadékűtésű 7Fr külső átmérőjű 100-130 cm hosszúságú terápiás katéter

Szakmai szempontok

1)Speciálisan kialakított üvegszál nyomóerő mérési technológia 1 gramm érzékenységgel

igen - nem

Súlyszám:5

2)3,5 mm-res katétervég

igen - nem

Súlyszám:2

3)220°-os görbíthetőség

igen - nem

Súlyszám 3

Diagnosztikus katéterek és összekötők

Sinus coronarius diagnosztikus katéterek és összekötő kábelek

15.rész:

6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis behatolásra legalább 105 cm es katéterhosszal

Szakmai szempontok

1) 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte

igen - nem

Súlyszám 5

2) a görbület sikja legyen jelzett a mozgatókaron

igen - nem

Súlyszám 5

16.rész:

6F, 110 cm-res mozgatható, unidirekcionális decapolaris, 2-5-2 és 2-6-2 mm elektrodatávolsággal femoralis behatolásra

Szakmai szempontok

2-6-2 mm és 2-5-2 mm elektródatávolságok megléte

igen - nem

Súlyszám 10

17.rész:

5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra

Szakmai szempontok

minimum egy elérhető F méret

Adja meg a F méreteket- előny a több

Súlyszám 10

Elektrofiziológiai diagnosztikai szett (sinus coronarius és quadripolaris) diagnosztikus katéterek és összekötő kábeleik

18.rész:

EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5F, Josephson, Cournard és Damato görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katétert

Szakmai szempontok

minimum egy elérhető F méret

Adja meg a F méreteket- előny a több

Súlyszám 10

Quadripolaris diagnosztikus katéterek jobb kamra, jobb pitvari és His pozícióba és összekötő kábelek

19.rész:

5 illetve 6F, Josephson és Cournard görbülettel, quadripolaris, diagnosztikus katéter

Szakmai szempontok

1) 2-5-2 elektróda távolság

igen - nem

Súlyszám 2

2) nagyobb felületű (jobb) endokardium tip érintkezést biztosító kiképzés (domború)

igen - nem

Súlyszám 8

20.rész

5F, Josephson és Cournard görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katéter

Szakmai szempontok

minimum egy elérhető F méret

Adja meg a F méreteket- előny a több

Súlyszám 10

21.rész

5Fr , 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére

Szakmai szempontok

megjeleníthető pólusok száma

Adja meg a pólusok számát- előny a több

Súlyszám 10

22.rész

5Fr ,4 pólusú, Josephson és Damato görbületű, kifejezetten puha végű, kisgyermek elektrofiziológiai vizsgálatára alkalmas diagnosztikai katéter

Szakmai szempontok

minimum egy elérhető F méret

Adja meg a F méreteket- előny a több

Súlyszám 10

23.rész:

2/6 F, stabilan rögzíthető, screw in diagnosztikai és referencia katéter

Szakmai szempontok

rögzíthető vég

igen - nem

Súlyszám 10

Multipoláris diagnosztikus elektródakatéter és összekötő kábel

24. rész:

6F, mozgatható diagnosztikus katéter multipolaris (legalább 18 pólusú) görbülettel, pitvari flutter térképezésére

Szakmai szempontok

1) 2-8-2 elektróda távolság

igen - nem

Súlyszám 1

2) atraumatikus soft tip kiképzés

igen - nem

Súlyszám 8

3) görbület fixálhatóság

igen - nem

Súlyszám 1

Pulmonalis véna mapping katéterek és összekötő kábelek

29.rész

legalább 8 F vastagságú, soft tip, mozgatható végű sheath a bal pitvarban történő térképezés és abláció támogatásához

Szakmai szempontok

180-90 fokos bidirectionális mozgathatóság

igen - nem

Súlyszám 10

Intracardialis ultrahang katéterek

30.rész:

Intracardialis ultrahang katéter, hajlítható véggel, Doppler kapacitással

Szakmai szempontok

UH generátorral kompatibilis

igen - nem

Súlyszám 10

Vaszkularis sheath-ek ablációs katéter stabilizálására

31. rész:

8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a tricuspidalis annulus térképezéséhez

Szakmai szempontok

1) görbületek száma

Adja meg a görbület - előny a több

Súlyszám 5

2) hosszméretek száma

Adja meg a hosszúság méreteket - előny a több

Súlyszám 5

32. rész:

8,5 F, hosszú, vaszkularis sheath a mitralis annulus térképezéséhez

Szakmai szempontok

1) hossz 62 cm

igen - nem

Súlyszám 5

2) irrigációs lyukak megléte

igen - nem

Súlyszám 5

33.rész:

6Fr 45 cm vaszkularis longsheat gyermek transzeptalis katéterezéshez

Szakmai szempontok

1) hossz 45 cm

igen - nem

Súlyszám 5

2) irrigációs lyukak megléte

igen - nem

Súlyszám 5

Vaszkuláris sheath-ek vénás és artériás behatolásra

34.rész:

5-13 F, dilatátorral, 0.038´ méretű, rövid vezetővel ellátott, több mint 10 cm hosszú, teljes hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező

Szakmai szempontok

1) széles méretprofil

igen - nem

Súlyszám 2

2) „cross-cut” technológia

igen - nem

Súlyszám 8

35. rész:

7-10 F, dilatátorral, 0.038´ méretű, rövid vezetővel ellátott, teljes hosszában kink rezisztens, oldalággal és azon csappal ellátott hemosztatikus szeleppel rendelkező, legalább 45 cm hosszú

1) széles méretprofil

igen - nem

Súlyszám 2

2) „cross-cut” technológia

igen - nem

Súlyszám 8

Eszközök elektroanatómiai térképezéshez

36. rész:

Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti nyomóerőt megjeleníteni tudó, mágneses szenzorral ellátott katéter, irrigációs szereléssel együtt.

kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel, mely képes a szöveti nyomóerő megjelenítésére

igen - nem

Súlyszám 10

37. rész

7 F, 10 vagy 20 pólusú, mágneses szenzorral ellátott circulás mapping katéter, amely alkalmas FAM és MEM térképezéséhez

kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai rendszerrel

igen - nem

Súlyszám 10

38.rész:

Mágneses szenzorral ellátott, 5 ágú, 20 pólusú multielektrodos mapping diagnosztikus katéter, amely alkalmas FAM és MEM térképezéshez

kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel

igen - nem

Súlyszám 10

39. rész:

Elektroanatómiai mapping katéter 7,5F, elektromágneses szenzorral ellátott, hűtött fejű katétervéggel és irrigációs pumпасzereléssel

kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel

igen - nem

Súlyszám 10

40. rész:

Referencia elektróda

kompatibilitás CARTO 3 elektroanatómiai térképező rendszerrel

igen - nem

Súlyszám 10

41-rész:

Referencia elektróda

kompatibilitás NaVx elektroanatómiai térképező rendszerrel
igen - nem
Súlyszám 10

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

6. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

Érvénytelenség indoklása: ajánlata a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert a hiánypótlást követően nem nyújtott be elegendő referenciát a rész vonatkozásában.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

2. rész: nettó 4 821 400 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

4. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

4. rész: nettó 5 200 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

5. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

5. rész: nettó 11 175 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

6. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

6. rész: nettó 3 421 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a

dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

7. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

7. rész: nettó 6 200 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

9. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

9. rész: nettó 1 320 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

10. rész:

Neve: Medtronic Hungária Kft.

Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

10. rész: nettó 12 875 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

11. rész:

Neve: Medtronic Hungária Kft.

Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

11. rész: nettó 54 120 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

12. rész:

Neve: Medtronic Hungária Kft.

Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

12. rész: nettó 2 400 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

13. rész:

Neve: Medtronic Hungária Kft.

Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

13. rész: nettó 10 935 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

14. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

14. rész: nettó 2 340 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

16. rész:

Neve: Variomedic Kft.

Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4.

16. rész: nettó 5 343 150 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

19. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

19. rész: nettó 1 610 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

20. rész:

Neve: Variomedic Kft.

Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4.

20. rész: nettó 5 406 750 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

22. rész:

Neve: Variomedic Kft.

Címe: 1119 Budapest , Andor u 8. földszint 4.

22. rész: nettó 4 052 250 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

24. rész:

Neve: Biotronik Hungária Kft.

Címe: 1025 Budapest, Fajd u 2/b

24. rész: nettó 14 079 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

25. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

25. rész: nettó 1 600 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

26. rész:

Neve: Medtech Kft.

Címe: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a

26. rész: nettó 14 400 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

27. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

27. rész: nettó 1 200 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

28. rész:

Neve: Medtronic Hungária Kft.

Címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

28. rész: nettó 102 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

29. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

29. rész: nettó 1 860 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

30. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

30. rész: nettó 5 500 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

31. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

31. rész: nettó 260 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

32. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

32. rész: nettó 13 000 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

34. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

34. rész: nettó 4 860 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

36. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

36. rész: nettó 56 250 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

37. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

37. rész: nettó 16 150 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

38. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

38. rész: nettó 4 100 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

39. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

39. rész: nettó 42 300 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

40. rész:

Neve: Johnson & Johnson Kft.

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.

40. rész: nettó 18 200 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

41. rész:

Neve: St. Jude Medical Kft.

Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

41. rész: nettó 14 625 000 Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

26. rész: Medtech Kft.: III.2.3 M2) Referencia nyilatkozat, korábbi szállítások ismertetése, műszaki szakmai szakértői tevékenység, határon túli logisztika.

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

26. rész: Medtech Kft.

Merit Medical Systems Inc. Merit Holdings Inc. EMEA III.2.3) Műszaki szakmai alkalmasság M2) pontja

16, 20, 22. rész. Variomedic Kft.: ZTS HAGMED III.2.3)

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2016.04.06.**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2016.04.15.**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2016.04.04**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2016.04.05**

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21.* Az összegezés javításának indoka:

22.* Az összegezés javításának időpontja:

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.