

Ez a hirdetés a TED weboldalán: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62956-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök
2017/S 035-062956**

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12157240
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12157240
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.kardio.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.kardio.hu>

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334,
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Egyéb típus: költségvetési intézmény

I.5) Fő tevékenység

Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével.
Hivatkozási szám: GOKI- 1/2017

II.1.2) Fő CPV-kód

33140000

II.1.3) **A szerződés típusa**

Árubeszerzés

II.1.4) **Rövid meghatározás:**

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével.

A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek.

- a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
- a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
- az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 08-11 óráig bonyolítja le,
- Soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
- A szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.

Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,

II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: igen

Ajánlatok valamennyi részre

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Seldinger tű

Rész száma: 1

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Seldinger tű

rozsdamentes acélból készült, két síkban köszörült, vékonyfalú

6,5-7,5 cm hosszú, 19 Gauge

0,038" méretű vezetődrót befogadására alkalmas

conuson jelölve a tű metszésiránya

hegykiképzés: teljesen sima, lépcsőmentes, a vezetődróra simuló tűheggyel

luer végű, pajzs nélküli

1400 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Több hossz-típus (a hossz-típusok darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Sheath (femorális punkcióhoz)

Rész száma: 2

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Sheath (femorális punkcióhoz)

4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F

egyszerhasználatos

hidrofil bevonattal ellátott

dilatátorral, 0 025", 0 035" vagy 0,038" méretű rövid guidewire-el

hossz >= 10cm

teljes hosszában kink – resistant

oldalággal és azon csappal ellátott

hemostatikus szeleppel rendelkező

20-30 cm hosszúságban is elérhető

1300 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Több hossz-típus (a hossz-típusok darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Sheath (radiális punkcióhoz)

Rész száma: 3

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Sheath (radiális punkcióhoz)

4F, 5F, 6F

egyszerhasználatos

dilatátorral, 20 vagy 22G tűvel és választhatóan 0,018", 0 021" vagy 0,025" méretű rövid guidewire-el
hossz >= 7cm

oldalággal és azon csappal ellátott

hemostatikus szeleppel rendelkező

teljes hosszában hidrofil bevonatú változat is elérhető

>=20 cm hosszúságban is elérhető

5600 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Több hossz-típus (a hossz-típusok darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Sheath (biopsziához)

Rész száma: 4

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Sheath (biopsziához)

7F

42-45 és 95-98 cm-es hosszúságban elérhető

egyenes és „multipurpose” végkialakítású változata is van

dilatátorral vagy 7F multipurpose katéterrel együtt szállítva

40 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 6 F méretben is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Sheath (strukturális intervenciókhoz)

Rész száma: 5

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Sheath (strukturális intervenciókhoz)

12F, 14F, 16F, 18F

egyszerhasználatos

oldalággal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező

25-35 cm hosszú

62 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb hossz méretválaszték (az elérhető hossz méretek darabszámát kérjük megadni, előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)

Rész száma: 6

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Feltágítható sheath (strukturális intervenciókhoz)

összecsukott állapotban 12-15F (külső átmérő), teljesen kinyitva 18-19F (belső átmérő)

egyszerhasználatos

oldalaggal és azon csappal ellátott, hemostatikus szeleppel rendelkező

20-40 cm hosszú

6 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb méretválaszték (az elérhető méretek darabszámát kérjük megadni, előny a több) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Visszacukható változatban is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus katéterek transzfemorális katéterezéshez

Rész száma: 7

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus katéterek transzfemorális katéterezéshez

5F, 6F, 7F

a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő

nagy flow kapacitású, belső átmérő $\geq 0,045$ " (5F)

nagy nyomás-állóságú (≥ 1000 psi, ≥ 15 ml/sec flow)

atraumatikus soft tippel ellátott

kívül-belül thrombo-resistens felületű

"kink-resistant", fémfonat-merevítésű

egyszerhasználatos

100-110 cm hosszúságú

>120 cm hosszúságban is elérhető (pigtail)

típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított),

IMA, Multipurpose (MP I, II), NIH, speciális radiális/brachiális görbületek (legalább 3 féle)

400 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérő értékét kérjük

megadni inch-ben 5 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (5F-nél) (előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez
Rész száma: 8
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Diagnosztikus katéterek transzradialis katéterezéshez
4F, 5F
a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő nagy flow kapacitású, belső átmérő >0,041" (4F)
nagy nyomás-állóságú (>=1000 psi, >=15ml/sec flow)
atraumatikus soft tippel ellátott
kívül-belül thrombo-resistens felületű
"kink-resistant", fémfonat-merevítésű
egyszerhasználatos
100-110 cm hosszúságú
típusok: radiális/brachiális görbületek (legalább 2 féle TIG görbület, IKARI), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy FR 3,5-5), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Pigtail (egyenes, hajlított), IMA, Multipurpose
7000 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérő értékét kérjük megadni inch-ben 5 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (5F-nél) (előny a magasabb érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Bioptom katéterek

Rész száma: 9

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Bioptom katéterek

6F kompatibilis

50-60 cm és 100-110 cm hosszúságban is elérhető (transjugularis, transfemoralis)

a bioptomnál 5-6 cm-rel rövidebb sheath, mely külön is rendelhető

min. 2,45 mm³ szövetminta vételére alkalmas

200 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 7F kompatibilis is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Vezetődrótok

Rész száma: 10

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Vezetődrótok

atrombogén felszínű

műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott

egyik végén 3 mm sugarú "J" végű

másik végén egyenes, soft tippel

150-180 és 260cm-es hosszban is elérhető

0,035" átmérőjű

350 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Többféle vég-kialakítás (az elérhető vég-kialakítások darabszámát kérjük megadni, előny a több) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Vezetődrótok hidrofil bevonattal
Rész száma: 11
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Vezetődrótok hidrofil bevonattal
atrombogén felszínű
hidrofil bevonattal ellátott
450-ban hajlított tip és egyenes vég is elérhető
120-150-180-260 és 300 cm-es hosszban is elérhető
0,018", 0,025", 0,032", 0,035" és 0,038" átmérőben is rendelhető
300 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többféle vég-kialakítás (az elérhető vég-kialakítások darabszámát kérjük megadni, előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Amplatz „super stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz
Rész száma: 12
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Amplatz "super stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz
atrombogén felszínű
egyik végén 3mm sugarú "J" végű
7cm hosszú lágy disztális rész
260cm-es hossz
0,035" átmérőjű
250 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Lunderquist „extra stiff” vezetődrót strukturális intervenciókhoz

Rész száma: 13

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Lunderquist "extra stiff" vezetődrót strukturális intervenciókhoz

atrombogén felszínű

egyik végén 7mm sugarú "J" végű

15cm fokozatosan csökkenő keménység, 4cm hosszú lágy disztális rész

260cm-es hossz

0,035" átmérőjű

10 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Összekötők

Rész száma: 14

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Összekötők

nagynyomású (min. 900 psi)

nagy flow kapacitású

egyik végén luer végű, másik végén rotating adapterrel ellátott

átlátszó összekötő line

70-80cm-es és 90-100cm-es hosszban is elérhető

10 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb nyomást bír (PSI) (PSI-ben kérjük megadni mekkora nyomást bír, előny a több) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Coronarográfias fecskendő

Rész száma: 15

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Coronarográfias fecskendő

10-12 ml kapacitású

biztonsági reservoirral rendelkező

gumigyűrűvel ellátott

male luer végű

rotating adapterrel ellátott

finger grip-típusú

kontrasztanyag fecskendő

230 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Minél nagyobb nyomásállóság (a nyomásállóságot kérjük megadni PSI-ben, előny a több) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Radialis komprimáló eszköz

Rész száma: 16

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Radialis komprimáló eszköz

szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követő komprimáláshoz

felépítése lehetővé teszi a szűrés helyének vizuális kontrollját

precíz, kontrollálható erősségű kompressziót biztosít

4600 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Két méretben elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses

feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására

köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására
Rész száma: 17
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Záróeszköz 12-18F artériás behatolási kapu zárására
a punkciós nyílás zárása sebészeti, nem felszívódó varrófonallal
gyorsvágó mechanizmus
1 eszközzel 6-8.5F, 2 varrattal akár 24F legyen zárható
80 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**

- II.2.1) **Elnevezés:**
Guiding katéterek I.
Rész száma: 18
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Guiding katéterek I.
6F, 7F, 8F
belső átmérő:6F >=0,070"; 7F >=0,081"; 8F >=0,091"
atraumatikus soft tip, végén sugárfogó markerrel
nagy back-up kontroll
kettős drót-fonat merevítés
PTFE belső bevonat
hossz 100cm
típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagyF 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS), Art (3,5-4,5)
a JL, JR, Extra back-up görbületek oldalnyílásos (SH) kivételben is elérhetőek
1140 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (6F-nél) (előny a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérőt kérjük megadni inchben, 6 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Guiding katéterek II.

Rész száma: 19

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Guiding katéterek II.

5F, 6F, 7F, 8F

belső átmérő: 5F $\geq 0,058$ "; 6F $\geq 0,070$ "; 7F $\geq 0,081$ "

atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel

nagy back-up kontroll

drót-fonat merevítés

PTFE belső bevonat

hossz 100cm

típusok: Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy F 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose (MP I, II, HS)

valamennyi forma oldalnyílásos (SH) kivitelben is elérhető

lehetőség egyéni végkialakítások megvalósítására

1100 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (6F-nél) (előny a több) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérőt kérjük megadni inchben, 6 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Guiding katéterek III.

Rész száma: 20

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Guiding katéterek III.

5F, 6F

belső átmérő: 5F $\geq 0,058$ " , 6F $\geq 0,071$ "

atraumatikus soft tip, sugárfogó markerrel

nagy back-up kontroll

drót-fonat merevítés

hidrofil külső bevonat a prox. és diszt. szegmentumok kivételével

hossz 100cm

>110 cm-es, flexibilis végű változatban is elérhető (5F)

típusok: radiális görbületek (TIG), Judkins (JL vagy FL 3,5-6; JR vagy F 3,5-6), Amplatz (AL I-III; AR I-II), Extra

back-up (XB, Voda vagy BL 3,0-4,5), IMA, Multipurpose

140 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb geometria/méret mátrix (6F-nél) (előny a több) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (a belső átmérőt kérjük megadni

inchben, 6 Fr-nél, előny a több) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Guide extension

Rész száma: 21

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Guide extension

mély katéter intubációt lehetővé tevő guiding meghosszabbító katéter

6F guiding katéterrel kompatibilis

>20 cm guiding rész

40 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Monorail kivitel (igen/nem) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (darabszámot kérünk megadni az elérhető kivitelekről, előny a több) /

Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Belső átmérő (5 Fr-nél kérjük megadni inchben, előny a több) / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Standard PCI guidewire

Rész száma: 22

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Standard PCI guidewire

0,014" átmérőjű

jó torque kontroll

merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú

a belső merev váz nem ér a drót disztális végéig

hidrofil bevonatú

sima, thromboresistens felületű

175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető

sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég

egyenes és J végű is elérhető

min. három különböző keménységű típusa van

2700 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek darabszámát kérjük megadni, előny a több) /

Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Hidrofil PCI guidewire

Rész száma: 23

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Hidrofil PCI guidewire

0,014" átmérőjű

jó torque kontroll

merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú

merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")

hidrofil polimer bevonatú

sima, thromboresistens felületű

175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető

sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég

egyenes és J végű is elérhető

min. három különböző keménységű típusa van

70 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Markeres változat is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek darabszámát kérjük megadni, előny a több) /

Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

CTO guidewire

Rész száma: 24

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

CTO guidewire

0,014" átmérőjű, sugárfogó vég elérhető legyen >15 cm-ben is jó torque kontroll

merev belső váz, mely a drót disztális végéig ér ("core to tip")

"tip load" <=0.6 – 12G<=, min. 3 keménységi fokozatban

sima, thromboresistens felületű

elkeskenyedő, <= 0,01" végű változatban is elérhető

175-190cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető

>9 cm-es sugárfogó, jó formatartású, vég

egyenes és J végződéssel is elérhető

hidrofil és polymer típus is elérhető

elzáródott coronáriák megnyitására alkalmas

100 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek darabszámát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Mikrokatéter anterográd CTO-hoz

Rész száma: 25

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Mikrokatéter anterográd CTO-hoz

OTW típusú

130 és 150 cm hosszban is elérhető

min. guiding katéter méret 5F

Distal külső/belső átmérő 0.60/0.45 mm

Hidrofil bevonat

10 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Elérhető típusok (az elérhető típusok darabszámát kérjük megadni, előny a több) /

Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Standard ballonkatéterek

Rész száma: 26

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Standard ballonkatéterek

Átmérő választék (Ø 3.0mm): semicompliant (SC) <=1,2-4,0<=mm; noncompliant (NC) <=2,0-5,0<=mm

Hossz választék (Ø 3.0mm): <=8-30<=mm (SC), legalább 6 féle

Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): SC >=14 ATM; NC >=18 ATM

Tip entry profile: <= 0 017" (SC)

Crossing profile: <= 0 026" (SC)

Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2.1F (SC), <= 2.4F (SC)

Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 142 cm (SC és NC)

Típus: SC (RX, OTW), NC

1000 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (SC+NC) (előny a több) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 1.5mm NC átmérő elérhetősége (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb tip entry profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Ballonkatéterek utódilatációhoz

Rész száma: 27

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Ballonkatéterek utódilatációhoz

Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,0 – 5,0<=

Hossz választék (Ø 3.0mm): <8 – 25 <=

Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >=12 ATM

Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >=20 ATM

Tip entry profile (Ø 3.0mm): < 0,018"

Shaft vastagság (Ø 3.0mm): < 2,0F, <=2.6F

Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab

Típus: NC

900 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: <2,0 mm-es átmérőben is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a több) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Semicompliant változat elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

CTO ballonkatéterek

Rész száma: 28

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

CTO ballonkatéterek

Átmérő választék (Ø 3.0mm):<=1,25 – 4,0<=

Hossz választék (Ø 3.0mm):<=10 – 30<=

Nominális nyomás (Ø 3.0mm):>= 6 ATM

Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm):>= 14 ATM

Tip entry profile (Ø 3.0mm):<= 0 017"

Crossing profile (Ø 3.0mm):<= 0 026"

Shaft vastagság (Ø 3.0mm):<= 2.0F, <= 2.5F
Shaft hosszúság (Ø 3.0mm):> 140 cm
Markerek (Ø 3.0mm):2 darab
Típus:SC (RX)
300 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb tip entry profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

„High pressure” ballonkatéterek

Rész száma: 29

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

"High pressure" ballonkatéterek

Átmérő választék (Ø 3.0mm): <=2,25 – 4,0<=

Hossz választék (Ø 3.0mm): <=10 – 20<=

Nominális nyomás (Ø 3.0mm): >= 6 ATM
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >18 ATM (2,25-4,0 átmérőnél)
Tip entry profile (Ø 3.0mm): <= 0,018"
Shaft vastagság (Ø 3.0mm): <= 2,0F, <= 2.7F
Shaft hosszúság (Ø 3.0mm): > 140 cm
Típus: NC
150 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: <2,25 mm-es átmérőben is elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a nagyobb érték) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a nagyobb érték) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Semicompliant változat elérhető (igen/nem) / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Gyógyszerkibocsátó ballon

Rész száma: 30

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Gyógyszerkibocsátó ballon
Hatékony gyógyszer-hordozóanyag mátrix bevonat
3 µg/mm² gyógyszer dózis
A megajánlott termékkel készült publikált klinikai vizsgálat megléte
Markerek (Ø 3.0mm): 2 darab
Átmérő választék: <=2,0 – 4,0<=
Hossz választék <15 – 30<=
Rated Burst Pressure (Ø 3.0mm): >= 12 ATM
Típus: semi-compliant vagy noncompliant
80 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Klinikai vizsgálat min. 1 éves utánkövetéssel (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Vágó ballon
Rész száma: 31

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Vágó ballon
mikrosebészeti ballonkatéter, éles microtome pengékkel
Átmérő választék: $\leq 2,0 - 4,0 \leq$
Hossz választék $\leq 6 - 15 \leq$
Rated Burst Pressure ($\varnothing 3.0\text{mm}$): $\geq 8 \text{ ATM}$
Típus: semi-compliant vagy noncompliant
25 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb átmérő/hossz mátrix (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyobb rated burst pressure (előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonyabb crossing profil (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Thrombus aspirációs katéter
Rész száma: 32

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Thrombus aspirációs katéter
friss thrombus eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter
6F és 7F változatban is elérhető
0,014" guidewire kompatibilis
zárható vákuum fecskendővel és filter kosárral szállítva
tip profile <= 0,03" (lesion entry profile)
crossing profile <=0,06"
100 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivitelek száma (az elérhető kivitelek számát kérjük megadni, előny a több) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hosszabb shaft (előny a hosszabb azaz nagyobb érték) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Indeflator + Y-adapter
Rész száma: 33

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Indeflator + Y-adapter

Indeflator:

- teljesen átlátszó műanyag fecskendő rész
- 12-20 ml űrtartalom
- biztonsági reservoir
- 10-15 cm-es – rotating adapterrel ellátott végű – hosszabbító
- hiteles, jól látható skálájú, ≥ 28 ATM nyomásig mérő manométer
- könnyű, gyors kezelhetőség
- pontos nyomás beállíthatóság

Y-adapter

- tökéletesen átlátszó
- belső átmérő $\geq 2,8$ mm
- egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter
- 0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep
- választható nyomógombos vagy csavarmenetes záródású szeleppel
- 2 ágú, 1 hemostatikus szeleppel

1800 db

A kereskedelmi ajánlatban az indeflator és az y-adapter ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Y adapterre vonatkozóan: a minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (előny a nagyobb) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Indeflatorra vonatkozóan: ≥ 30 ATM nyomásig mérő manométer (igen/nem) /

Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Y-adapter

Rész száma: 34

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Y-adapter

tökéletesen átlátszó

belső átmérő \geq 2,8mm

egyik végén luer csatlakozás, másik végén rotating adapter

0,014" guidewire befogadására alkalmas hemostatikus szelep

2 és 3 ágú (1 ill. 2 hemostatikus szeleppel) változatban is rendelhető

100 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: A minimálkövetelménynél nagyobb belső átmérő (előny a nagyobb) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 100

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

- II.2.1) **Elnevezés:**
Torquer
Rész száma: 35
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Torquer
csavaros szerkezettel rögzíthető, mely nem ragad be
csúszásmentes illeszthetőség
0,014" guidewire-hez illeszthető
22 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 0.035" guidewire-hez is használható (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 100
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
Rész száma: 36
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000

- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
Vékonyfalú, 4 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
mennyiség 30 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /
Rész száma: 37
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Angiográfiás tű / artéria és/vagy véna punkcióhoz /

Vékonyfalú, 2.5 cm hosszú, 0 021 inch méretű vezetődrót befogadására alkalmas, egyszer-használatos, luer végű – „ base plate ” nélküli, – punkciós tű.
70 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Speciális hosszú sheath

Rész száma: 38

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Speciális hosszú sheath

Méretetek: 10F, 11F, 12F, 14F

Típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

A szilikon bevonatú sheath 60-90 cm hosszban álljon rendelkezésre, egyenes, vagy un. Mullins görbülettel rendelkezzen. A proximális szakaszán megerősített /un. kink-resistant/, oldalággal és azon csappal ellátott, maximális biztonságú hemostatikus szeleppel rendelkezzen.

35 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Rész száma: 39

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,

- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hossz méretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok:

1., Vég-, és oldalnyílással rendelkező, nagy flow kapacitású Pigtail típusú katéter szívüreges és nagyerek katéterezésére, angiográfiájára, amely PSI értéke: 1200, és 0 038 inch méretű guidewire befogadására alkalmas.

méretes:

4 F – 40 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

4 F / 80 cm

4 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/

4 F / 110 cm hajlított /min. 6 oldalnyílás/

5 F – 30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

5 F / 65 cm

5 F / 80 cm

5 F / 110 cm egyenes /min. 6 oldalnyílás/

5 F / 110 cm hajlított (min. 6 oldalnyílás).

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 40

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszúságú valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 2., Judkins típusú, soft tip-el ellátott, 100 cm hosszú, 0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású, coronarográfiás katéterek.

méretek:

4 F / JR 2.5 max. 85 cm hosszú
130 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Rész száma: 41

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készülékekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszmeretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 3., Multipurpose típusú, oldal-végnyílású, és soft-tip-el ellátott, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.

270 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

méretek:

4 F / 65 cm

4 F / 80 cm

5 F / 100 cm.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Rész száma: 42

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszúságú valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 4., NIH típusú, 0 035-0 038 inch guidewire befogadására alkalmas, nagy flow kapacitású katéterek.

méretek:

- 4 F / 65 cm – 10 db
- 5 F / 65 cm – 5 db
- 5 F / 80 cm – 40 db
- 5 F / 100 cm – 200 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 43

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hossz méretű valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 5., Berman típusú, 50 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén elhelyezkedő 0.60 ml irtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 018 inch guidewire befogadására alkalmas angiográfiás katéter és guidewire.

méretek:

4 F – 35 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Rész száma: 44

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,

- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszúságú valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 6., Berman típusú, 80 cm hosszú, csak oldalnyílású, nagy flow kapacitású, a katéter végén elhelyezkedő 0.75 ml űrtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0.025 inch guidewire befogadására alkalmas angiográfiás katéter.

méretek:

5 F – 40 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a felhívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Rész száma: 45

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek

Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszúságú valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 7./ Berman típusú, 60-80-110 cm hosszú, csak végnyílású, a katéter végén elhelyezkedő 0.75 ml irtartalmú felfújható ballonnal rendelkező, min. 0 021 inch guidewire befogadására alkalmas katéter. méretek:

5 F (110 cm) – 10 db

4 F – 45 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Diagnosztikus szívkatéterek
Rész száma: 46

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Diagnosztikus szívkatéterek
Általános jellemzők:

- az előzőekben leírt introducer készletekkel teljesen kompatibilis,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő,
- nagy flow kapacitású,
- nagy nyomás állóságú /900-1200 psi/,
- atraumatikus soft-tip-el ellátott,
- kiváló torque-kontrollal bíró,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- megfelelő sugárfogó képességű,
- optimális kezelhetőségű,
- külméretéhez képest lehető legnagyobb belső átmérőjű,
- „kink-resistant” kialakítású,
- kívül-belül thrombo-resistens felületű,
- sima felszínű, saját sheath-ében akadálytalanul mozgatható,
- egyszerhasználatos katéter legyen.

A beteg biztonsága, az anyagfelhasználás gazdaságossága lehetőleg megkívánja, hogy az alább felsorolt átmérőjű és hosszúságú valamennyi katéter típus azonos márkájú legyen. Ugyanakkor a teljes körű, hatékony szívkatéterezés szükségessé teszi, hogy a beteg állapotától, aktuális anatómiai viszonyaitól függően eltérő karakterisztikájú katéterek is rendelkezésre álljanak.

Katéter típusok: 8./ MULTI -TRACK típusú katéter, amely segítségével az angiográfia és a nyomásmérés a vezetődröt eltávolítása és ujrappozicionálása nélkül kivitelezhető; pontos pull-back és push-up nyomásmérési útvonal biztosítható. A katéter kiváló mozgathatóságú, nagy flow kapacitású (900 – 1000 PSI), és max. 0.035 inch guide wire befogadására legyen alkalmas.

méretek:

4 F 80 cm – 5 db

4 F 100 cm – 5 db.

- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Vezetődrótok
Rész száma: 47
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Vezetődrótok
1., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyik végén 3 mm sugarú „J” végű, másik végén egyenes soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszos felületű 150 cm hosszú guidewire.
méretek:
0,025 inch – 18 db
0,032 inch – 5 db
0,035 inch – 25db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Vezetődrótok

Rész száma: 48

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Vezetődrótok

2., Atrombogén, műanyag – lehetőleg teflon – bevonattal ellátott egyenes, soft-tip-el és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 145-150 cm hosszú guidewire.

méretek:

0,018 inch – 20 db

0,021 inch – 60 db

0,025 inch – 10 db

0,032 inch – 30 db

0,035 inch – 138 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Vezetődrótok

Rész száma: 49

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Vezetődrótok

3., Atrombogén, „hydrophil” bevonattal ellátott hajlított végű, és fix core-al rendelkező, csúszós felületű 150 cm hosszú guidewire.

méretek:

0,025 inch – 10 db

0,032 inch – 20 db

0,035 inch – 10 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Coronarográfias fecskendő

Rész száma: 50

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Coronarográfias fecskendő

10-12 ml kapacitású, biztonsági reservoirral rendelkező, gumigyűrűvel ellátott, fix male luer végű, rotating adapterrel ellátott / lehetőleg finger grip – típusú / , kontrasztanyag fecskendő.

5 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/
Rész száma: 51

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

80 db

Interventios ballon katéterek /valvuloplasztikás és nagyér angioplasztikás ballonok/

Újszülött, csecsemő, kisdud veleszületett obstruktív szív- és nagyér elváltozásainak kezelésére használatos ballon katéterek.

Általános jellemzők:

- egyszer használatos,
- a laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszthető,
- kiváló mozgathatóságú és alaktartású,
- optimális kezelhetőségű,
- kívül-belül thromboresistens felületkialakítású,
- egyenes végű, alacsony shaft profilú,
- coaxialis helyzetű shafttal bíró,
- kellő hajlékonyságú distális tip-el rendelkező,
- minimum 2 kellő intenzitású sugárfogó markerű,
- noncompliant ballon, amely thermoplasticus elastomer vagy fizikai tulajdonságaiban azonos alapanyagból készült.
- További kívánalom a polymer katétertest,
- igen rövid inflációs és deflációs idő,
- biztonságos ballon deflációs karakterisztika,
- min. nyomástűrő képesség: 1,5-5 atm.

Szükséges méretek: A felfújt ballon átmérő 4-25 mm-ig terjedően 1-2 mm-ként növekvő méretben. Valamennyi mérettartományban 2-4 cm között a ballonhossz szabadon választható legyen. A katéterhossz 70-100 cm között.

Katétermérettől függően a bevezető guidewire mérettartománya: 0 018 inch – 0 035 inch.

80 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

Az introducer set – ballonkatéter méret viszonya 4-11F között az alábbiak szerint változzon:

4 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be

6 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be

8 mm-s ballonkatéter 4F sheat-be

10 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
12 mm-s ballonkatéter 5F sheat-be
14 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
16 mm-s ballonkatéter 8F sheat-be
18 mm-s ballonkatéter 9F sheat-be
20 mm-s ballonkatéter 10F sheat-be
22 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
25 mm-s ballonkatéter 11F sheat-be
legyen bevezethető.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Interventióhoz használatos vezetődrótok

Rész száma: 52

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1./ A,

Interventióhoz használatos vezetődrótok

Sugárfogó, sima felszínű, thropmboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0,025 – 0,035 inch-g terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, egyenes végű csere guidewire, amelynek flexibilis tipje 3 cm

Méretek:

méret: 3 cm-es flex. Tip

0 025 inch

0 032 inch

0 035 inch

120 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Interventióhoz használatos vezetődrótok

Rész száma: 53

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1./ B,

Interventióhoz használatos vezetődrótok

(Road runner)

Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/ extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 018 inch átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, csere guidewire, amelynek flexibilis tipje min 2, max 3 cm

Csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.

50 db

Megjegyzés: 0 018 inch esetén csak nitinol merevítéssel ellátott hajlított végű drót jöhet szóba.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Interventióhoz használatos vezetődrótok

Rész száma: 54

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Interventióhoz használatos vezetődrótok

2./ Sugárfogó, sima felszínű, thromboresistens felületű, extra support/extra stiff típusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon bevonatú, 0 025 inch-től – 0 035 inch-ig terjedő átmérőjű, 260-300 cm hosszúságú, „J” végű csere guidewire, amelynek valamennyi átmérőben flexibilis tip-je 3-6 cm között változik.

220 db, amely az alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
méretek:
0 025 inch
0 032 inch
0 035 inch.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Interventióhoz használatos vezetődrotok
Rész száma: 55

II.2.2) További CPV-kód(ok)

33140000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Interventióhoz használatos vezetődrotok

3./ Stent implantációra alkalmas, extra keménységű csere guidewire.

Sugárfogó, 5 cm-es flexibilis véggel rendelkező, sima felszínű, thromboresistens felületű, kontrollal, irányíthatósággal és alaktartással, valamint a stent behelyezéséhez szükséges különösen erős támasztékot / „extra support”/ és biztos pozicionálhatóságot biztosító 0,035 inch átmérőjű 260-300 cm hosszú vezetődrot.
Mennyiség: 20 db.

- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Snare eszköz
Rész száma: 56
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Snare eszköz
18 db
4 Fr 10 mm – 5 db
5 Fr 15 mm – 11 db
6 Fr 20 mm – 2 db
6 F vagy ennél kisebb, 100 cm vagy annál hosszabb eszköz, amelynek vége kinyitott állapotban 90 fokos szöget zárjon be a katéter hossz tengelyével, legyen kívülről hajlítható, nyitható valamint zárható, és intracardiális – intravasculáris eszközök, fragmentumok biztonságos elérésére szükség esetén eltávolítására is alkalmas. A „lasszó” átmérője 15-30 mm között legalább 2 méretben álljon rendelkezésre.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál

Rész száma: 57

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál

Általános jellemzők:

— felületaktív bevonat

— acél spirálszerkezet

— csavarmentes vagy hasonló technikai megoldású biztonsági spirálleoldás

— jó sugárfogó képesség.

30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

Méret átmérő: 5 – 8 mm Menetek száma: 3 – 5

Típusok:

5 mm – 3 menettel

5 mm – 4 menettel

5 mm – 5 menettel

6,5 mm – 3 menettel

- 6,5 mm – 4 menettel
- 6,5 mm – 5 menettel
- 8 mm – 3 menettel
- 8 mm – 4 menettel
- 8 mm – 5 menettel

A spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet, mely az alábbi részekből áll: 30 db, amely az fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

a./bejuttató szett:

- 0 038 inch, 80-120 cm hosszú
- 80 cm-es
- 110 – 120 cm-es

b./ katéter:

az introducer set-hez illeszkedő, 5F-6F, kizárólag végnylású, non-tapered, speciális nagy bel-lumenű min. 0 041 inch belső átmérő, hajlított katétervégű, ún. multipurpose görbületű katéter.

amely a fenti típusok és alábbi méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

Hossza: 70 – 80 cm

- 5 F
- 6 F

A kereskedelmi ajánlatban az occlusiós spirál és a bevezető drót ellenértékét külön-külön kérjük megadni.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Retriever-idegentest fogó

Rész száma: 58

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Retriever-idegentest fogó

Jellemzői:

— 4 F átmérőjű vagy annál kisebb

— soft tip kialakítás

— rozsdamentes alapanyaggal és felületi védő bevonattal ellátott

— kívülről működtethető, harapófogó szerű, coil-hoz illeszthető

Hossz: 60-120 cm

Mennyiség: 5 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Ballon septostomiás katéterek

Rész száma: 59

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
Ballon septostomiás katéterek
1./ 4-5 F méretű, pitvari ballonseptostomiára alkalmas, vég- vagy oldalnyílás nélküli, egyszeres bellumenű, 50-60 cm hosszú, max. 6 F sheath – be jól bevezethető, 2 mm /6 F/ shaft átmérőjű, nem konikus kiképzésű ballonnal rendelkező katéter, /ún. Rashkind katéter/, melynek distalis végén minimum 1,0 mm flexibilis tip legyen. A megerősített anyagból készült, felfújott ballon űrtartalma min. 1,5 ml, amely min. 12,0 mm ballonátmérőt biztosít.
30 db, amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.
4 F – 15 db
5 F – 15 db.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.
- II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
- II.2.14) **További információk**
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
Ballon septostomiás katéterek
Rész száma: 60
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33140000
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Ballon septostomiás katéterek

2./ Pitvari ballonseptostomiára alkalmas, kívülről irányítható, 50-60 cm hosszú, max. 6 F. sheath – be jól bevezethető, kellően sugárfogó biztonságosan nyitható és zárható ún. „blade” septostomias katéter.
5 db amely az alábbi típusok és méretek szerinti bontásban igényeknek megfelelően szállítandó.

Méret:

4 F

5 F.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

Rész száma: 61

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Speciális stent (bare) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

A szett álljon:

A beültethető stentből

A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)

A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.

A Stent specifikációi:

Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása céljából. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti hosszától függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).

A bejuttató ballonkatéter specifikációi:

A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatandó stent még repozicionálható legyen. A külső ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzítését. Kivánatos, hogy a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.

10 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

Rész száma: 62

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33140000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Speciális stent (covered) szett veleszületett szívhibák kezeléséhez

A szett álljon:

A beültethető covered stentből

A beültetéshez szükséges speciális kiképzésű kettős ballon katéterből (BIB ballon-in-ballon)

A beavatkozáshoz szükséges méretű sheath és az alkalmazandó vezetődrót más soron lett specifikálva.

A stent specifikációi:

Nitinolból készült closed cell technology. Kifejezett radial force-al rendelkezzen nagy méretű erek nyitvatartása céljából. PTFE borítással legyen ellátva. A stent hossza zárt állapotban 16- 45 mm között változzon. Átmérőtől függően, a stent kinyitás után a stent eredeti hosszának rövidülése a 40 %-ot nem haladja meg. A behelyezett stent utántágítható legyen, hogy az általa nyitva tartott ér átmérője a növekedéssel lépést tarthasson. A stent maximális átmérője az eredeti hosszától függetlenül érjen el minimum 24 mm-t (felnőtt a.thoracica átmérője).

A bejuttató ballonkatéter specifikációi:

A katéter hossza min. 100 cm, vagy hosszabb legyen. Kettős ballon kiképzéssel (ballon-in-ballon), mely lehetővé teszi, hogy a belső ballon felfújása után a bejuttatandó stent még repozicionálható legyen. A külső ballon rendelkezzen 3 atm-nál nagyobb nyomással, ami lehetővé teszi a stent érben való rögzítését. Kívánatos, hogy a külső és belső ballon átmérőjének arány 2:1 legyen. A bejuttatandó stent változó hosszának függvényében a külső ballon is különböző hosszúságban álljon rendelkezésre oly módon, hogy a külső ballon hossza a fenti specifikált stent hosszát minden méretben csupán 0,5-1 cm-rel haladja meg.

10 db.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a teljesítés során a II.2.4) pontban előírt mennyiségtől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet, azaz legalább a teljes mennyiség 70 %-ának a lehívására köteles.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) **Részvételi feltételek**

III.1.1) **Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pont kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Ajánlatkérő nem zárja ki a gazdasági szereplőt, amennyiben a Közb Hata 188.§(4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti-jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Alkr.) 8. § és 10-16. § szerint kell igazolnia.

A Közb Hat a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. §(5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát – amely kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdaságis szereplő megbízhatóságát – a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

Nem szükséges igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az EU bármely tagállamában működő, ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításacsatolandó. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

A kizáró okok fenn nem állását az Alkr. 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a fent kizáró okok hatálya alá. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitását ártamaskodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fent megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ha nem releváns akkor is.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdaságis szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Nyilatkozat szükséges arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha nem jegyzik, akkor a Pmtv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs

a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Nyilatkozat szükséges arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résssel vagyszavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;

Az ajánlati felhívás közzétételét követő keltű igazolások és nyilatkozatok szükségesek. Irányadó a Hatóság vonatkozó útmutatója is.

III.1.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint.

Az Alkr. 19. § (1) b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékolni kell) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha nem írja elő, csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó 3 lezárt üzleti év üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredményéről.

A Kbt. 69. § (11) szerint a beszámolót nem kötelező csatolni, ez esetben azt ajánlatkérő a <http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu> oldalról ellenőrzi.

Ha ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő az Alkr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni.

Az Alkr. 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben az Alkr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő.

(Tájékoztatásul: a felhívás feladásának dátuma a felhívás VI.5) pontjában szereplő adat.)

Ajánlattevő a Pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdés szerint is megfelelhet.

Irányadó a Kbt. 65. § (5) és (11) és a 69. § (1)-(7),(9)-(14). Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr.2-7. §-ában foglaltak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az utolsó 3 lezárt üzleti évre becsatolt saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolóinak közül több, mint 1 évben üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye negatív volt. Az Alkr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hemodinamikai és/vagy angiográfias eszközök értékesítéséből) származó – árbevétele nem éri el:

— a 23., 1., 4., 10., 12., 13., , 15., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 46., 48., 49., 55., 58.

részteljesítés esetén: a nettó 10 000 HUF-ot,

— a ., 20., 21., 24., 25., 28., 29., 31., 32., 2., 5., 6., 11., 17., 47., 52., 54., 56., 57., 59., 60., 62. részteljesítés

esetén: a nettó 1 000 000 HUF-ot

— a 18., 19., 22., 26., 27., , 33., 3., 8., , 16., 51. részteljesítés esetén: a nettó 10 000 000 HUF-ot.

7. részteljesítés esetén nettó 800 000- HUF-ot

9. részteljesítés esetén nettó 9 800 000- HUF-ot

14. részteljesítés esetén nettó 9 000- HUF-ot

30. részteljesítés esetén nettó 9 000 000- HUF-ot

45. részteljesítés esetén nettó 900 000- HUF-ot

50. részteljesítés esetén nettó 5 000- HUF-ot

53. részteljesítés esetén nettó 800 000- HUF-ot

61. részteljesítés esetén nettó 6 700 000- HUF-ot.

III.1.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani, illetve választása szerint már az ajánlatban benyújthatja az igazolásokat/nyilatkozatokat/dokumentumokat. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint.

M1)

Az Alkr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) csatolnia kell a megajánlott termék tekintetében tételenként 1-1 db termékmintát, gyártói termék-leírását vagy – külföldi gyártó esetén – azzal egyező, a forgalmazó által készített vagy fordított termék-leírást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét – nem megfelelés gyanúja esetén – Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell. Ajánlatkérő gyártói termék-leírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselője által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentum.

(Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, cikkszámát, forgalmazóját, forgalomba hozatali engedélyének számát, a gyártmány minőségbiztosítási számát is) A felhívás II.2.4. pontja szerinti részenként 1-1 db steril, klinikai körülmények között kipróbálható mintapéldányt kérünk benyújtani, szállítólevéllel. A mintapéldány csomagolása tartalmazza a termékre vonatkozó kódszámot

és a megajánlott rész számát az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben több részre is azonos termékmintát csatolna be ajánlattevő, úgy elégséges 1 db minta becsatolása, de fel kell tüntetni az összes rész-számot, amelyre a termékminta tartozik. A megajánlott termékekből elégséges 1 méretből a termékmintát csatolni. A benyújtott mintapéldányoknak 100 %-ban meg kell egyeznie a termékkel, amivel pályázni kívánnak (tehát minőségben és minden más szempontból egyezni kell), és sterilnek kell lennie, hogy ki lehessen betegen próbálni.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a II.2.4. pontokban előírt tulajdonság megléte.

M2)

az Alkr. 21. § (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (azaz 3 x 365 nap) legjelentősebb szállításainak ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- referenciát adó személy nevét, telefonszámát
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, nap szerint),
- a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés részenként)
- a teljesített mennyiséget
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az Alkr. 22. § (1) bekezdés a) b) pontja alapján kell a szállításokat ismertetni

A minősített ajánlattevők a Kbt. 24. § (1) bekezdése szerint járhatnak el.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr.2-7. §-ában foglaltak.

M3)

a megajánlott termék vonatkozásában az Alkr. 21. § (1) i) pontja alapján a kapcsolódó 93/42/EC irányelvnek vagy a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletnek megfelelő érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő az adott rész vonatkozásában, ha

M1)

az adott rész tételeiként meghatározott termékek a termékleírás és a termékminta alapján megfelelnek a felhívás II.2.4. pontjaiban felsorolt általános jellemzőkként, illetve az ajánlat felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek.

M2)

rendelkezik legalább:

részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a II.2.4. pontban felsorolt valamennyi termékkör vonatkozásában, a megajánlott termék leszállításáról szóló szállítási referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként összesen legalább eléri az alábbi darabszámokat:

1. sz. rész: 1050 db
2. sz. rész: 975 db
3. sz. rész: 4200 db
4. sz. rész: 30 db
5. sz. rész: 46 db
6. sz. rész: 4 db
7. sz. rész: 300 db

- 8. sz. rész:5250 db
- 9. sz. rész:150 db
- 10. sz. rész:262 db
- 11. sz. rész:225 db
- 12. sz. rész:187 db
- 13. sz. rész:7 db
- 14. sz. rész:7 db
- 15. sz. rész:172 db
- 16. sz. rész:3450 db
- 17. sz. rész:60 db
- 18. sz. rész:855 db
- 19. sz. rész:825 db
- 20. sz. rész:105 db
- 21. sz. rész:30 db
- 22. sz. rész:2025 db
- 23. sz. rész:52 db
- 24. sz. rész:75 db
- 25. sz. rész: 7 db
- 26. sz. rész:750 db
- 27. sz. rész:675 db
- 28. sz. rész:225 db
- 29. sz. rész:112 db
- 30. sz. rész:60 db
- 31. sz. rész:18 db
- 32. sz. rész:75 db
- 33. sz. rész:1350 db
- 34. sz. rész:75 db
- 35. sz. rész:16 db
- 36. sz. rész:22 db
- 37. sz. rész:52 db
- 38. sz. rész:26 db
- 39. sz. rész:52 db
- 40. sz. rész:97 db
- 41. sz. rész:202 db
- 42. sz. rész:191 db
- 43. sz. rész:26 db
- 44. sz. rész:30 db
- 45. sz. rész:41 db
- 46. sz. rész:7 db
- 47. sz. rész:36db
- 48. sz. rész:193 db
- 49. sz. rész:30 db
- 50. sz. rész:3 db
- 51. sz. rész:60 db
- 52. sz. rész:90 db

- 53. sz. rész: 37 db
- 54. sz. rész: 165 db
- 55. sz. rész: 15 db
- 56. sz. rész: 13 db
- 57. sz. rész: 22 db Leválasztható – visszahúzható occlusiós spirál és 22 db spirál bevezetéshez szükséges speciálisan hozzátartozó bevezető drótkészlet
- 58. sz. rész: 3 db
- 59. sz. rész: 22 db
- 60. sz. rész: 3 db
- 61. sz. rész: 7 db
- 62. sz. rész: 7 db

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 3x365 napban) összesen. (Nem szükséges valamennyi méretre vonatkozó referencia bemutatása, de minden termékkörre kérünk referenciát bemutatni). Ajánlatkérő kizárólag emberi felhasználás céljára leszállított termékről fogad el referenciát.

M3)

rendelkezik valamennyi megajánlott termék vonatkozásában érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a Kbt. 67. § (1) és 65. § (5) és (11) és 69. § (1)-(7),(9)-(14) bekezdésekre. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr.2-7. §-ában foglaltak.

III.1.5) **Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**

III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

A.kérő az ellenszolg.összegét havonta,a kihelyezettáruraktárból történő fogyásalapján kiállított számla ellenében bankiátutalással egyenlíti,60napon belül,figyelemmel aKbt.135.§(1)és(5-6)-ra és a Ptk.6:130.§(3)-ra és az 1997.éviLXXXIII.törvény9/A.§a)ra. Előleg nemfizethető. Az adózásrendjéről szóló2003.évi XCII.Tv.36/A § alapján kifizetés csakakkor történhet, ha a számlázófél nemlegesadóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózási adatbázisában szerepel. Az A.tétel az elszámolás és a kifizetés pénzneme a FT A kötbérmértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével napi 1 százalék, legfeljebb azonban az érintett nettó áru-érték 15 %-a.Vevő hibás teljesítés esetén kéri a hibával érintett termék kicserélését.A hibával érintett termék kicseréléséig az Eladó a késedelmi kötbér szabályai szerint köteles kötbér fizetésére.Elállás vagy felmondás esetén az érintett termékek nettó értékének 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vevő.

III.2.3) **A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) **Meghatározás**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

IV.1.4) **A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ**

IV.1.6) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) **Adminisztratív információk**

IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzétételek**

IV.2.2) **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

Dátum: 24/03/2017

Helyi idő: 09:00

IV.2.3) **Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma**

IV.2.4) **Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:**

Magyar

IV.2.6) **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) **Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum: 24/03/2017

Helyi idő: 09:00

Hely:

1096 Budapest, Haller u. 29., Gazdasági Igazgatóság 1.emelet. közbeszerzési csoport.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől csütörtökig reggel 8:00 és délután 16:00 óra között, pénteken reggel 8:00 és délután 14:00 óra között, az ajánlattétel napján reggel 8:00 és 9:00 óra között nyújthatók be. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi igazolást ad.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) **A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) **Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

VI.3) **További információk:**

A.

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a legjobb ár-érték arányú ajánlat vonatkozásában:

Ajánlati ár

Nettó HUF összegben kérjük megadni; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást. Az Ajánlatkérő az adott részajánlati körökhöz tartozó nettó mindösszesen ajánlati árakat hasonlítja össze.

A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra (fordított arányosítás, KH útmutató A.1.ba): a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme/a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa-a pontskála alsó határa)+a pontskála alsó határa

Szakmai szempontok értékelése, a II.2.5) pont szerinti részek vonatkozásában:

— abszolút értékelési módszer (igen/nem): igen válasz: 10 pont, nem: 1 pont, majd a pontok felszorozásra kerülnek a súlyszámmal,

— értékarányosítás módszere:

a. Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: az ajánlati árnál részletezett számítási módszer.

b. Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb (egyenes arányosítás, KH útmutató A.1.bb)): a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a vizsgált ajánlat tartalmi eleme/a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) \times (a pontskála felső határa-a pontskála alsó határa)+a pontskála alsó határa

Az értékelési szempont egyes részek vonatkozásában a legalacsonyabb ár, az alábbi indokok miatt. Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A beszerzés tárgya nem tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatás, valamint építési beruházás. Továbbá a specifikációban ajánlatkérő meghatározott minden szükséges minőségi követelményt.

B.

A dokumentáció elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció letöltéséről értesítést kell küldeni a tothne.ildiko@kardio.hu e-mail címre vagy a +3612157240 faxszámra, megadva a dokumentációt letöltő nevét, székhelyét, adószámát és/vagy cégjegyzékszámát, e-mail, telefon, telefax elérhetőségét. Ennek tényéről az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld, amennyiben a letöltő nem kapott visszaigazolást, úgy az úgy minősül, hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentáció elektronikus letöltéséről szóló értesítés. Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben tudja a dokumentációt letöltő szervezetet ajánlattevőként kezelni, amennyiben a dokumentáció letöltéséről szóló értesítést küldött.

A dokumentáció letöltéséről szóló értesítésre a dokumentáció tartalmaz mintát.

C.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az Alkr-ben meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit.

D.

Ha az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, csatolja a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő jogosult az eszközt forgalmazni.

E.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó

F.

Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (a nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani!)

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Kbt.75.§ (2) e nem releváns

A termékminta az 1/2002. (I. 11.) EüM r. 2. § szerint veszélyes hulladéknak minősül, melynek ártalmatlanításáról Ajánlatkérő gondoskodik.

FAKSZ: dr. Király Róbert (00435).

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

16/02/2017