



Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

1096 Budapest, Haller u. 29.
Telefon: 215-7240, Fax: 215-7240



GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

«Cég_neve»

«Vezetéknév» «Utónév»

«Beosztás»

«Város»

«A cím első sora»

«Irányítószám»

Fax: «Fax»

Email: «Email cím»

Ikt.sz.: 151-10 /2016.

Tárgy. „Occluder beszerzése, kihelyezett
áruraktár üzemeltetésével” –
Kiegészítő tájékoztatás

Melléklet: -

Tisztelt «Megszólítás»!

Az Európai Unió hivatalos lapjában TED: **2016/S 089-156055** hirdetmény számon 2016. május 07-én megjelent, „Occluder beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő a következő választ adja.

Kérdés:

„Az 1., 2., 3. rész vonatkozásában előírás, hogy álljon rendelkezésre hazai tapasztalat. Előírás továbbá, hogy a megajánlott termék rendelkezze irodalomban közölt nagy beteganyagra vonatkozó referenciával. Ezen kívánalmakkal kapcsolatban az lenne a kérdésünk, hogy az irodalomban közölt nagy beteganyagra vonatkozó referencia elegendő-e? Ugyanis ilyen beavatkozásokat nagy számban csak az Önök intézménye végez Magyarországon, tehát hazai tapasztalat csak az Önök által eddig használt termékekkel kapcsolatban van. Más Európában nagy számban évek óta használt eszközzel emiatt nem lehet elindulni a fenti pályázaton. Mindezek tükrében kérjük, hogy az Ajánlatkérő tekintsen el a magyarországi tapasztalatoktól és elégedjen meg nagy számú nemzetközi, (európai) irodalomban közölt beteganyagra vonatkozó referenciával”

Válasz:

Az occluder technika egy forradalmian új, rendkívül eszköz- és szakmai tapasztalat igényes intervenciós eljárás. Európaszerte dedikált szakemberek, speciális felkészültség után végzik, ezen szakemberek jelentős többsége gyermekkardiológus végzettségű. Ezt az indokolja, hogy az un. struktális-kongenitális intervenciók technikája és a szükséges tudás sokkal inkább a kongenitális intervenciókat végző gyermekkardiológus tudása, sem mint a coronaria intervenciókat végző felnőtt intervenciós kollégáké. Ezen túl – mint minden manuális szakmában, az operátor szakmai preferenciája lényeges szempont.

Az eszközök tekintetében elmondható, hogy több évtizedes (1971-1995) kudarcokkal teli időszak előzte meg a ma alkalmazott eszközök elterjedését. Az azóta eltelt időszakban számtalan – lényegében azonos filozófián alapuló – eszköz kerül gyártásra a legkülönbözőbb cégek által, többük esetén sajnos már a klinikai alkalmazás során derültek ki nem várt súlyos szövödmények, ami után gyártásuk abba is maradt, annak ellenére, hogy rendelkezésre állt nemzetközi (kisebb nagyobb, inkább kisebb) referencia. Így a magunk részéről az országos

ellátó felelősségét szem előtt tartva ragaszkodunk a kettős biztonság elvén alapuló nemzetközi referencia ÉS hazai tapasztalat elvéhez, amit lazítani nem szándékozunk.

Tekintve a magyarországi esetszámot, igényt, szakemberszámot, az „új” eszköz kiképzéséhez szükséges hosszú időt és legelső helyen a betegbiztonságot, a helyzetet megfelelőnek ítéljük. Tekintettel a fentiekre, messzemenően ragaszkodunk a magyarországi referencia szükségességéhez. A betegek veszélyeztetéseként értelmezzük az igen kevés számú dedikált magyar szakember számára ismeretlen, ismeretlen morbiditású, eddig nem használt eszköz magyar kórházakban történő esetleges használatát.

Kérem T. Ajánlattevőt, hogy levellem kézhezvételét visszaigazolni szíveskedjen elektronikusan a pethone@kardio.hu e-mail címen, vagy faxon a **215-7240** számon.

B u d a p e s t, 2016. június 06.



Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos