

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185406-2016:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök
2016/S 104-185406**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árbeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 090-159787)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet
Telefon: +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu
Fax: +36 12157240
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.kardio.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.kardio.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Elektrofiziológiai, rádiófrekvenciás ablációs és cryoablációs anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével II.

II.1.2) Fő CPV-kód

33140000

II.1.3) A szerződés típusa

Árbeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

10 részben összesen 1 032 db eszköz beszerzése, a II.2.4) pont szerinti specifikáció szerint.

A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 124 983 600 HUF; ebből az EFI keret: nettó 124 758 600 HUF.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezetet csoportosítson át az egyes részek között.

A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek:

- Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére,
- a kihelyezett árraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
- a kihelyezett árraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
- az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 8:00-11:00 óráig bonyolítja le,
- soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,
- a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**
27/05/2016

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2016/S 090-159787](#)

VII. szakasz: Változások

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 1

A következő helyett:

7F, Pontosán mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel – több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű ablációs katéter.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.

70 + 4 db.

Helyesen:

7F, Pontosán mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel – több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermistoros érzékelővel ellátott katétervégű ablációs katéter (70 db).

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel. (4 db).

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 1

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Választható puhább/keményebb distalis shaft megléte: igen – nem / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas: igen – nem / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: igen – nem / Súlyszám: 2

Ár - Súlyszám: 20

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: A megajánlott termékből választható puhább/keményebb distalis shaft: igen – nem / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas: igen – nem /
Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Legalább 3 görbület méret plusz az aszimmetrikus görbület megléte: előny a minél
több görbület (görbületek darabszámát kérjük megadni, min. 3 plusz aszimmetrikus) / Súlyszám: 2

Ár – Súlyszám: 20.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A következő helyett:

7 F, A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter fejjel, thermocouple érzékelővel ellátott
katétervég.

A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.

70 + 6 db.

Helyesen:

7 F, A, B, D, F görbülettel, mozgatható, qadripolaris, braided tip katéter fejjel, thermocouple érzékelővel ellátott
katétervég (70 db).

A fenti braided tip katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (6 db).

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 2

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Minimum 4 elérhető görbület: igen – nem / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: 1-7-4 elektróda kiosztás: igen – nem / Súlyszám: 7

Ár - Súlyszám: 20

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: Minimum 4 elérhető görbület: előny a minél több görbület (görbületek darabszámát
kérjük megadni) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: 1-7-4 elektróda kiosztás: igen – nem / Súlyszám: 7

Ár - Súlyszám: 20

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3

A következő helyett:

8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft
kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus
görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros
érezékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablációs kezelésre, speciális, 8–10 mm-es végű ablációs katéter.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.

25 + 4.

Helyesen:

8F, a pitvarlebegés ablációs kezelésre, pontosan mozgatható a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft
kiképzéssel is rendelkező, bidirekcionális görbületekkel -több méretben – mozgatható, plusz aszimmetrikus
görbülettel is rendelkező, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető qadripolaris, thermistoros
érezékelővel ellátott katétervégű pitvarlebegés ablációs kezelésre, speciális, 8–10 mm-es végű ablációs katéter
(25 db).

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (4 db).

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 3

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 150 W magas energia kompatibilitás: igen – nem / Súlyszám: 7

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: igen – nem / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Választható 10 mm-es tip méret: igen – nem / Súlyszám: 1

Ár - Súlyszám: 20

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 150 W magas energia kompatibilitás: igen – nem / Súlyszám: 7

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális hajlíthatóság és rögzíthetőség: igen – nem / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatása: igen – nem / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Előny a 10 mm-es tip megléte: igen – nem / Súlyszám: 1

Ár - Súlyszám: 20

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A következő helyett:

6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis behatolásra legalább 105 cm-es katéterhosszal.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.

110 + 3 db.

Helyesen:

6F, Unidirekcionálisan mozgatható, decapolaris, több fajta elektródatávolsággal választható femoralis behatolásra legalább 105 cm-es katéterhosszal (110 db).

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (3 db).

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 4

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok megléte: igen – nem / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: igen – nem / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 20

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2,5-5-2,5 mm és 2,5 mm elektródatávolságok: előny a több elektróda kiosztás megléte / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: A görbület síkja legyen jelzett a mozgatókaron: igen – nem / Súlyszám: 5

Ár – Súlyszám: 20

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 5

A következő helyett:

5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként.

390 + 6 db.

Helyesen:

5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra (390 db).
A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként (6 db).

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 6

A következő helyett:

EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5 F, Josephson, Cournard és Damato görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katétert.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként.

250 + 15 db.

Helyesen:

EP diagnosztikus szett, mely tartalmaz 1 db. 5F, CS görbülettel, decapolaris, 2-5-2 mm elektróda távolsággal, 65 cm hosszú, subclavia behatolásra katétert és 1 db. 5 F, Josephson, Cournard és Damato görbülettel, négyféle elektróda kiosztással rendelkező, quadripolaris, diagnosztikus katétert (250 db).

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel katéter típusonként (15 db).

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 7

A következő helyett:

5Fr, 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.

10 + 2 db.

Helyesen:

5Fr, 8 pólusú, 110 cm hosszú mapping katéter His elektrogram pontos megjelenítésére (10 db).

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (2 db).

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 8

A következő helyett:

2/6 F, stabilan rögzíthető, screw-in diagnosztikai és referencia katéter.

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel.

5 + 2 db.

Helyesen:

2/6 F, stabilan rögzíthető, screw-in diagnosztikai és referencia katéter (5 db).

A fenti katéterekhez csatlakozó összekötő kábel (2 db).

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 9

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Hossz 45 cm: igen – nem / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Irrigációs lyukak megléte: igen – nem / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 20

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: Hossz legalább 45 cm, maximum 65 cm: előny a minél nagyobb hossz (cm-ben kérjük megadni a hosszt) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Irrigációs lyukak megléte: igen – nem / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 20

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 10

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Széles méretprofil: igen – nem / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: „cross-cut” technológia: igen – nem / Súlyszám: 8

Ár - Súlyszám: 20

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: Széles méretprofil: előny a minél több méret (elérhető méretek számát kérjük megadni) / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: „cross-cut” technológia: igen – nem / Súlyszám: 8

Ár - Súlyszám: 20

Szakasz száma: III.1.2

A következő helyett:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) alapján saját vagy jogelődje utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló (a kiegészítő melléklet nélkül, és a könyvvizsgálói záradék nélkül). A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a <http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/> oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani.

Saját vagy jogelődje utolsó 2 lezárt évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók közül legalább az egyik évben az üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye 0 vagy pozitív.

Helyesen:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló (a kiegészítő melléklet nélkül, és a könyvvizsgálói záradék nélkül). A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a <http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/> oldalról ellenőrzi.

Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók közül legfeljebb 1 évben az üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye negatív.

Szakasz száma: III.1.3

A módosítandó szöveg helye: M2

A következő helyett:

M2) rendelkezik legalább részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a felhívás II.2.4. pontjában felsorolt valamennyi termékkör vonatkozásában, a megajánlott termék leszállításáról szóló szállítási referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított termékek mennyisége megajánlott részenként összesen legalább eléri a felhívás II.2.4. pontjában megadott darabszám 75 %-át az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 3 x 365 napban) összesen.

Helyesen:

M2) rendelkezik legalább részenként vizsgálva, az adott részben szereplő, a felhívás II.2.4) pontjában felsorolt valamennyi termékkör vonatkozásában, a megajánlott vagy azzal egyenértékű termék leszállításáról szóló szállítási referenciával, ahol a referenciában szereplő leszállított vagy azzal egyenértékű termékek mennyisége megajánlott részenként eléri az alábbi mennyiséget:

1. sz. rész esetében: 52 db katéter és 3 db összekötő kábel;
2. sz. rész esetében: 52 db katéter és 4 db összekötő kábel;
3. sz. rész esetében: 18 db katéter és 3 db összekötő kábel;
4. sz. rész esetében: 82 db katéter és 2 db összekötő kábel;
5. sz. rész esetében: 292 db katéter és 4 db összekötő kábel;
6. sz. rész esetében: 187 db katéter és 11 db összekötő kábel;

7. sz. rész esetében: 7 db katéter és 1 db összekötő kábel;

8. sz. rész esetében: 3 db katéter és 1 db összekötő kábel;

9. sz. rész esetében: 7 db;

10. sz. rész esetében: 37 db

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 3 x 365 napban) összesen.

Szakasz száma: IV.1.8

A következő helyett:

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

Helyesen:

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: A.2

A következő helyett:

* Ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: $A = (A_{min}/A_a) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: A: a kapott pontszám, A_{min} : a legalacsonyabb érték, A_a : az adott pályázó által megajánlott érték;

* Ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: $B = (B_a/B_{max}) \times 10 \times \text{súlyszám}$, ahol: B: a számított pontszám, B_a : az adott pályázó által adott érték, B_{max} : a legmagasabb érték.

Helyesen:

* ahol az alacsonyabb/kisebb érték a kedvezőbb: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó határa) + a pontskála alsó határa;

* ahol a magasabb/nagyobb/több érték a kedvezőbb: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a vizsgált ajánlat tartalmi eleme / a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa – a pontskála alsó határa) + a pontskála alsó határa.

Szakasz száma: IV.2.7

A következő helyett:

Dátum: 26/05/2016

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 16/06/2016

Helyi idő: 11:00

VII.2) **További információk:**

Ajánlatkérő a felhívás VI.3. pontját az alábbi H. ponttal egészíti ki: Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot (az ajánlatkérési dokumentációt) is módosítja, melyet az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé tesz, http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334