



Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

1096 Budapest, Haller u. 29.
Telefon: 215-7240, Fax: 215-7240



GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

«Cég_neve»

«Vezetéknév» «Utónév»

«Beosztás»

«Város»

«A cím első sora»

«Irányítószám»

Ikt.sz.: 10-12 /2017,
Tárgy: „Egyszerhasználatos műtéti textilá
beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével”

Kiegészítő tájékoztatás I.

Fax: «Fax»

Email:«Email cím»

Tisztelt «Megszólítás»!

Az Európai Unió hivatalos lapjában TED: **2016/S 248-453796** hirdetmény számon 2016.12.23-án megjelent, „**Egyszerhasználatos műtéti textilá beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével**” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a következő válaszokat adja.

1. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

4.rész Nyitott mellkas zárás „A”

„1 db belső csomagolás 100x100 cm minimum” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 90x90 cm-es méretű belső csomagolást?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

2. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

5.rész Zárt műtét „A”

„1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörölővel – „M” méretben ” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt L-es méretjelölésű speciális kabátot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

3. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

6.rész Zárt műtét „B”

„1 db Műszerasztal huzat 80x150 cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 79x145 cm-es méretű Műszerasztal huzatot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

4. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

6.rész Zárt műtét „B”

„1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel – „M” méretben ” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt L-es méretjelölésű speciális kabátot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

5. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

7.rész Motoros műtét „A”

„1 db Műszerasztal huzat 80x150 cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 79x145 cm-es méretű Műszerasztal huzatot?

VÁLASZ

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

6. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

7.rész Motoros műtét „A”

„1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel – „M” méretben ” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt L-es méretjelölésű speciális kabátot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

7. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

8.rész Motoros műtét „B”

„1 db Műszerasztal huzat 80x150 cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 79x145 cm-es méretű Műszerasztal huzatot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

8. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

8.rész Motoros műtét „B”

„1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel – „M” méretben ” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt L-es méretjelölésű speciális kabátot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

9. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

10.rész Anaesthesiai Beav.

„1 db belső csomagolás 100x100 cm minimum” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 75x75 cm-es méretű belső csomagolást?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

10. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

11.rész Cardiasculáris szett

”1 db asztal terítő 150x200 cm 2 rétegű” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 150x240 cm-es méretű asztalterítőt?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

11. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

11.rész Cardiasculáris szett

”6 db zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasitörő , rtg árnyékot adó lapkával” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 45x45 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasitörőt, rtg árnyékot adó szalaggal?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

12. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

11.rész Cardiacasculáris szett

"2 db tépőzár 1.3x25 cm" méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 2,5x30 cm méretű tépőzárát?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

13. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

12.rész Tracheotómiás szett

"1db ragasztós szélű excenrtikus lyukas lepedő /lyuk:12 cm/ 200x240 cm 2 rétegű" meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, 200x280cm-es 2 rétegű excentrikus lyukas lepedőt Lyuk: 15 cm?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő nem fogadja el a módosítási javaslatot, tekintettel arra, hogy a műtéti terület mérete miatt (nyak) túl nagy a 15 cm-es lepedőlyuk. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően kérjük megadni.

14. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

12.rész Tracheotómiás szett

"2 db speciál kabát "L", hossza a váll legmagasabb pontjától 121 cm, szélessége 73 cm, alkar és a front területén vízhatlan megerősítéssel ellátva, 2 db törölő kendővel" meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező XL-es méretjelölésű a váll legmagasabb pontjától mért 126 cm hosszú, 74 cm széles, speciális kabátot?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével

egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

15. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

12.rész Tracheotómias szett

"3 db zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasítórlő , rtg árnyékot adó lapkával" meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 45x45 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasítórlőt, rtg árnyékot adó szalaggal?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

16. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

13.rész Tépőzáras kábeltartó

„Tépőzáras kábeltartó 1.3x25 cm” méret meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező, az intézet által jelenleg is használt 2,5x30 cm méretű tépőzáras kábeltartót?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

17. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

17.rész Steril alapsomag coron - I. műtő „CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező CMS 2000 ACIST készülékhez használható Handcontrollt a csomaghoz külön csomagolva?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt

érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

18. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

18.rész Steril alapsomag coron - III. műtő „CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező CMS 2000 ACIST készülékhez használható Handcontrollt a csomaghoz külön csomagolva?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

19. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

19.rész Steril alapsomag coron - gyerek „CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező CMS 2000 ACIST készülékhez használható Handcontrollt a csomaghoz külön csomagolva?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

20.kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

20.rész Steril alapsomag coron – felnőtt, kongenitális „CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban” meghatározás szerepel.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadottakkal mindenben megegyező CMS 2000 ACIST készülékhez használható Handcontrollt a csomaghoz külön csomagolva?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan

elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

21. Kérdés:

Ajánlati Dokumentáció Műszaki Leírás (specifikáció)

17.rész Steril alapsomag coron - I. műtő

18.rész Steril alapsomag coron - III. műtő,

19.rész Steril alapsomag coron – gyerek,

20.rész Steril alapsomag coron – felnőtt, kongenitális, részekenél az alábbi meghatározás szerepel:

„CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban”,

„CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva”,

továbbá „CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva”.

Kérdésünk:

Ajánlatkérő elfogadja-e a specifikációban megadott CMS 2000 ACIST készülékkel funkcionálisan mindenben megegyező más típusú kontrasztanyag adagolót és a hozzá tartozó Handcontrollt, fecskendőt, valamint transducert külön csomagolva?

VÁLASZ

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban előírt beszerzendő termékekkel egyenértékű megajánlást is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség csak olyan módon biztosított, ha a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ahhoz, hogy az egyenértékűség biztosított legyen, ajánlatkérő megadja az alábbi paramétereket:

Kontrasztanyagpumpa

Kontraszt befecskendezés előre beállítható paraméterei:

- áramlási értéke 1-35ml/s
- beadott mennyiség 1-90ml
- nyomásküszöb 200-1200psi

Előre definiált programok:

- coronaria
- szívüreg/nagyér
- periféria
- szabadon programozható tárhelyek

Kontraszt adagoló fecskendő min. 100ml, alkalmas automatikus és kézi újratöltésre
Befecskendezés indítása:

- kézi adagolóval, melynél a nyomás hossza és erőssége befolyásolja a kontraszt befecskendezés sebességét és mennyiségét
- RTG géppel való szinkronizálásra is alkalmas, ebben az esetben az Hemodinamikai Osztályban lévő C-íves berendezés pedáljával is indítható

Rendelkezzen nyomásmérővel ellátott egyenirányítóval, beépített nyomásátalakító rendszerrel
Valamennyi összekötő legyen teljesen átlátszó, a könnyű légtelenítés érdekében

Rendelkezzen légbuborék-érzékelővel és levegő észlelés esetén automatikus vészleállítóval
Betegenként regisztrálja a beadott kontrasztanyag mennyiségét.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

22.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 10. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, az 1. sorban 1 darab ragasztós szélű lyukas lepedőt nevez meg, azonban a megajánlandó lepedő rétegszámára vonatkozó minimum követelményt nem tünteti fel.

Ugyanezen eljáráscsomag vonatkozásában, a tartalom felsorolása 3. sorában, Ajánlatkérő, 10 darab hajtogatott mull lap minimum 40 x 50 cm komponenst specifikál, azonban a mull lap rétegszámára vonatkozó minimum elvárását nem adja meg.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a lyukas lepedőre vonatkozó minimum elvárt rétegszámot, továbbá a mull lapra vonatkozó minimum elvárt rétegszámot megadni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

23.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 14. és 21. részekre közzétett komponenslistában, több alkotóelem tételsorában is szerepelteti a „steril” meghatározást – például: Steril, ~ 250-500 ml folyadék tárolására alkalmas mércézett mérőpohár. Kérdés: Ajánlatkérő a steril eljáráscsomagon belül, steril csomagolásban kéri elhelyezni azon komponenseket, amelyeknél a steril meghatározást szerepelteti a komponenslistában?

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen tisztázni elvárását, a specifikációs táblázat egyes tételsorainál alkalmazott „steril” megjelöléssel ellátott komponensek tekintetében.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

24.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 14. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, többek között a következő komponenseket is megjelöli:

a) - „Steril fecskendők gumidugós 20 m³ - 2 darab”

Feltételezzük, hogy T. Ajánlatkérő a térfogat megadásánál 20 cm³ méretre gondolt. Kérjük ennek szíves megerősítését. Egyben kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy megadni szíveskedjen, miszerint a fecskendő Luer vagy Luer-Lock csatlakozással bírjon.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan

elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

b) - „Steril tűk: 18G, 21G méretben – 1-1 darab”

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a steril tűkre vonatkozó elvárt hosszúságokat is szíveskedjen megadni.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

25.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 17. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, többek között a következő komponenseket is megjelöli:

a) - 1 darab – háromrétegű antibakteriális lyukas lepedő

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az antibakteriális kifejezés jelentését az adott lyukas lepedő vonatkozásában, kifejtteni szíveskedjen. Milyen tulajdonságok, paraméterek, műszaki megoldások teljesítését várja el T. Ajánlatkérő a szóban forgó komponenstől, amely alapján a lepedőt antibakteriális terméknek tekinti.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

b) - 100 darab – 40 x 50 cm-es 16 rétegű hajtogatott gézlap

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy pontosítani szíveskedjen, miszerint az elvárt 40 x 50 cm-es méret a 16 rétegre összehajtogatott gézlapra vonatkozó adat vagy a gézlap 16 rétegének szétajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

c) - Fecskendők: 10 cm³ - 2 darab; 5 cm³ - 3 darab; 2 cm³ - 2 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt fecskendőkre vonatkozó elvárását, miszerint a termékek Luer vagy Luer-Lock csatlakozással rendelkezzenek. Továbbá

kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a termékek vonatkozásában a 2-részes és 3-részes fecskendőket egyenértékű teljesítésnek szíveskedjen elfogadni.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

d) - Tűk: 18G – 1 darab; 20G – 1 darab; 21G – 1 darab; 23G – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt tűk hosszára vonatkozó elvárását is.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

e) - Vezetődrót 0.035", 150 cm-es, „J” végű – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a „J” vég elvárt méretét, illetve tájékoztatni arról, miszerint bevonat nélküli rozsdamentes acél vagy PTFE bevonattal ellátott vezetődróra kér ajánlatot.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

26.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 18. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, többek között a következő komponenseket is megjelöli:

a) - 1 darab – háromrétegű antibakteriális lyukas lepedő

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az antibakteriális kifejezés jelentését az adott lyukas lepedő vonatkozásában, kifejtteni szíveskedjen. Milyen tulajdonságok, paraméterek, műszaki megoldások teljesítését várja el T. Ajánlatkérő a szóban forgó komponenstől, amely alapján a lepedőt antibakteriális terméknek tekinti.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt

érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

b) - 100 darab – 40 x 50 cm-es 16 rétegű hajtogatott gézlap

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy pontosítani szíveskedjen, miszerint az elvárt 40 x 50 cm-es méret a 16 rétegre összehajtogatott gézlapra vonatkozó adat vagy a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

c) - Fecskendők: 10 cm³ - 2 darab; 5 cm³ - 3 darab; 2 cm³ - 2 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt fecskendőkre vonatkozó elvárását, miszerint a termékek Luer vagy Luer-Lock csatlakozással rendelkezzenek. Továbbá kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a termékek vonatkozásában a 2-részes és 3-részes fecskendőket egyenértékű teljesítésnek szíveskedjen elfogadni.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

d) - Tűk: 18G – 1 darab; 20G – 1 darab; 21G – 1 darab; 23G – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt tűk hosszára vonatkozó elvárását is.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

e) - Vezetődrót 0.035", 150 cm-es, „J” végű – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a „J” vég elvárt méretét, illetve tájékoztatni arról, miszerint bevonat nélküli rozsdamentes acél vagy PTFE bevonattal ellátott vezetődróra kér ajánlatot.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

27.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 19. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, többek között a következő komponenseket is megjelöli:

a) - 1 darab – háromrétegű antibakteriális lyukas lepedő

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az antibakteriális kifejezés jelentését az adott lyukas lepedő vonatkozásában, kifejteni szíveskedjen. Milyen tulajdonságok, paraméterek, műszaki megoldások teljesítését várja el T. Ajánlatkérő a szóban forgó komponenstől, amely alapján a lepedőt antibakteriális terméknek tekinti.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

b) - 100 darab – 40 x 50 cm-es 16 rétegű hajtogatott gézlap

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy pontosítani szíveskedjen, miszerint az elvárt 40 x 50 cm-es méret a 16 rétegre összehajtogatott gézlapra vonatkozó adat vagy a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

c) - Fecskendők: 10 cm³ - 1 darab; 5 cm³ - 3 darab; 2 cm³ - 3 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt fecskendőkre vonatkozó elvárását, miszerint a termékek Luer vagy Luer-Lock csatlakozással rendelkezzenek. Továbbá kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a termékek vonatkozásában a 2-részes és 3-részes fecskendőket egyenértékű teljesítésnek szíveskedjen elfogadni.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan

elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

d) - Tűk: 18G – 1 darab; 20G – 1 darab; 21G – 1 darab; 23G – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt tűk hosszára vonatkozó elvárását is.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

28.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 20. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, többek között a következő komponenseket is megjelöli:

a)- 1 darab – háromrétegű antibakteriális lyukas lepedő

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az antibakteriális kifejezés jelentését az adott lyukas lepedő vonatkozásában, kifejteni szíveskedjen. Milyen tulajdonságok, paraméterek, műszaki megoldások teljesítését várja el T. Ajánlatkérő a szóban forgó komponenstől, amely alapján a lepedőt antibakteriális terméknek tekinti.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

b) - 100 darab – 40 x 50 cm-es 16 rétegű hajtogatott gézlap

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy pontosítani szíveskedjen, miszerint az elvárt 40 x 50 cm-es méret a 16 rétegre összehajtogatott gézlapra vonatkozó adat vagy a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

c) - Tűk: 18G – 1 darab; 20G – 1 darab; 21G – 1 darab; 23G – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt tűk hosszára vonatkozó elvárását is.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

29.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 20. részre vonatkozó eljáráscsomag tartalmaként, többek között a következő komponenseket is megjelöli:

a) - Steril fecskendők: 20 cm³ - 2 darab; 10 cm³ - 2 darab; 5 cm³ - 2 darab; csavaros fecskendő 20ml - 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megerősíteni, miszerint az első három tétel vonatkozásában Luer csatlakozású fecskendőre kér ajánlatot. Továbbá kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a termékek vonatkozásában a 2-részes és 3-részes fecskendőket egyenértékű teljesítésnek szíveskedjen elfogadni.

VÁLASZ:

Kiegészítő tájékoztatást kérő a 20. részt jelölte meg kérdésében, azonban a 20. részben a kérdésben szereplő tételek nem szerepelnek. Ajánlatkérő feltételezi, hogy a kérdés a 21. részre vonatkozik. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

b)- Steril tűk: 18G – 1 darab; 20G – 1 darab; 22G – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni a felsorolt tűk hosszára vonatkozó elvárását is.

VÁLASZ:

Kiegészítő tájékoztatást kérő a 20. részt jelölte meg kérdésében, azonban a 20. részben a kérdésben szereplő tételek nem szerepelnek. Ajánlatkérő feltételezi, hogy a kérdés a 21. részre vonatkozik. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

c) - Steril, műanyag, kábelkiforgatására is alkalmas textilkifogó – 1 darab

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a megnevezett eszköz egyértelműsítése végett, szíveskedjen Ajánlattevőkkel az eszközre vonatkozóan rajzos ábrát vagy fotót megosztani.

VÁLASZ:

Kiegészítő tájékoztatást kérő a 20. részt jelölte meg kérdésében, azonban a 20. részben a kérdésben szereplő tételek nem szerepelnek. Ajánlatkérő feltételezi, hogy a kérdés a 21. részre vonatkozik. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

30.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 23. részre vonatkozóan, többek között a következő elvárást fogalmazza meg: egyes színben.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az elvárt színeket szíveskedjen részletezni.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

31.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 24. részre vonatkozóan, a következő elvárt specifikációt tette közé: 2 rétegű /aneszt./ lepedő 45x75cm.

Kérjük T. Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, miszerint az „/aneszt./” megjelölés bármilyen egyéb, a specifikációban meg nem adott és elvárt paramétert, jellemzőt határoz-e meg.

VÁLASZ:

Az aneszt megjelölés nem jellemzőt határoz meg, hanem felhasználási területet ad meg, hogy hol használják.

32.kérdés:

Ajánlatkérő, az Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás (specifikáció) dokumentum részeként, a 25. részre vonatkozóan, többek között a következő elvárást fogalmazza meg: papír.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy ezen termék vonatkozásában a nem-szőtt textil alapanyagot egyenértékű teljesítésnek szíveskedjen elfogadni.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang= 1&selectedmenu=334>).

33.kérdés:

*Közbeszerzési dokumentáció: Műszaki leírás (specifikáció): 18. rész Steril alapsomag coron - III. műtő 2.208 db szettben a fecskendők: nagynyomású coronarográfás 10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár -1db,
Kérdés: Elfogad-e a Tisztelt Ajánlatkérő rotating adapter nélküli nagynyomású fecskendőt?*

VÁLASZ:

Ajánlatkérő nem fogadja el a rotating adapter nélküli nagynyomású fecskendőt.

34.kérdés:

SZERZŐDÉS Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére
3. pont: A Kórház jogai és kötelezettségei
Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a raktárkészleten tárolt termékek a sterilítási és/vagy felhasználhatósági idő figyelembe vételével, annak sorrendjében kerülnek felhasználásra a Kórház által?

VÁLASZ:

Igen.

35.kérdés:

Hivatkozva a tárgyban megnevezett eljárásra, ezúton kérem, hogy engedélyezze Tisztelt Ajánlatkérő a 10. rész Anesthesiai beav. Hajtogatott mull 40x40 cm termék helyett a 40x40 cm hajtogatott mull megajánlását azzal a kitételrel, hogy a 40cmx40 cm- es méretű termék nagy nedvszívó képességgel rendelkezik.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

36.kérdés:

23. rész Műtős sapka kerek női
Ajánlatkérő által meghatározott "vegyes színben" azat jelenti, hogy bármilyen színű termék (csak kék vagy csak zöld) megajánlása elfogadott?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334).

37.kérdés:

25. rész Védőköpeny egyszer használatos normál méret. Megajánlható nem szőtt anyagú termék, amennyiben az összes többi kritériumnak megfelel a termék?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő a módosításról hirdetményt adott fel. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen is közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (<http://www.kardio.hu/index.php?lang=1&selectedmenu=334>).

B u d a p e s t, 2017. február 10.


Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

